



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DMS - DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

E-MAIL

FERNANDA-MIRANDA@SUSEPE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38065

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/10/2024

EDITAL NÚMERO: 1050 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 04/11/2024 10:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 21/0602-0008055-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

TRATA-SE O PRESENTE EXPEDIENTE QUE VISA A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MANUAL TIPO ESPORTIVA, PARA O AGENTE PENITENCIÁRIO APOSENTADO LEANDRO ROSA DE OLIVEIRA. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DO ITEM CADEIRA DE RODAS - MONOBLOCO SMART MODELO ONE SUPREMA ALUMÍNIO T6 120 KG, CÓDIGO GCE 0870.0065.000017. TENDO EM VISTA A SRO 058035, COM O RECURSO 0001 DO PROJETO 6825, ENTENDE-SE COMO VIÁVEL A AQUISIÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA DE RODAS MANUAL

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 9.629,33

Item 1 - 0870.0065.000017

CADEIRA DE RODAS - MONOBLOCO SMART MODELO ONE SUPREMA ALUMÍNIO T6 120 KG

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 9.629,33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CADEIRA DE RODAS - TIPO DE CADEIRA: MONOBLOCO MARCA SMART, MODELO ONE SUPREMA; ESTRUTURA CADEIRA: ALUMÍNIO; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO T6; QUANTIDADE DE MOTORES: NENHUM; PESO MÍNIMO SUPORTADO: 120 KG; GARANTIA: 02 ANOS (PARA QUEBRA DA ESTRUTURA) 06 MESES PARA PEÇAS E COMPONENTES QUE APRESENTEM MAL FUNCIONAMENTO MECÂNICO OU DEFEITO DE FABRICA. 1 MÊS PARA: PNEUS, CÂMARAS E TAPEÇARIA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ SER FABRICADA COM MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS PARA USUÁRIOS DE VIDA ATIVA, COM ÓTIMA HABILIDADE NO MANUSEIO DA CADEIRA; DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA DO TIPO MONOBLOCO; DEVERÁ SER FABRICADA EM ALUMÍNIO T6 MONTADA COM TUBOS DE ALTA RESISTÊNCIA DE 38MM COMBINADAS COM DEMAIS PERFIS ESTRUTURAIS; DEVERÁ POSSUIR ENCOSTO ANATÔMICO WING DE SÉRIE; DEVERÁ POSSUIR ASSENTO RÍGIDO DE SÉRIE; DEVERÁ POSSUIR CENTRO DE GRAVIDADE FIXO; DEVERÁ POSSUIR EIXO TRANSVERSAL COM BUCHAS RECEPTORAS DE 0º OU 3º DE INCLINAÇÃO, QUE PERMITEM O AJUSTE DE DISTANCIAMENTO DAS RODAS EM RELAÇÃO A LATERAL DA CADEIRA; DEVERÁ POSSUIR PROTETORES LATERAIS DE ROUPA FIXOS A ESTRUTURA; DEVERÁ POSSUIR PEDAL AJUSTÁVEL NA ALTURA, INCLINAÇÃO DA BASE E POSICIONAMENTO; DEVERÁ POSSUIR RODAS TRASEIRAS XR3 18R; DEVERÁ POSSUIR FREIOS AJUSTÁVEIS; DEVERÁ POSSUIR GARFO LITE MONTADO COM RODAS DE 5" X 38 MM; DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DEVERÁ POSSUIR: TOLERÂNCIA DE PESO 120 KG LARGURA DO ASSENTO 33 À 50 (CM) PROFUNDIDADE DO ASSENTO 36 À 50 (CM) ALTURA FRONTAL DO ASSENTO AO PISO: 45 A 53 (CM) ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO AO PISO: 40 A 50 (CM) ALTURA DO ENCOSTO 30 À 50 (CM) CAMBAGEM 0 – 3 – (GRAUS) RODAS DIANTEIRAS 3" – 4" – 5" POSIÇÃO DO CG – 4 À 12 DEVERÁ POSSUIR PESO PARA TRANSPORTE DE 8,2 KG (SEM RODAS TRASEIRAS); DEVERÁ SER DA MARCA SMART, MODELO ONE SUPREMA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SUSEPE - ALMOXARIFADO CENTRAL RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.