



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38083

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 29/10/2024

EDITAL NÚMERO: 1073 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/11/2024 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2158-0001685-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

BENS NECESSÁRIOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NO NOVO CASE OSÓRIO, ASSIM COMO, A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS EM OUTROS CENTROS DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVOS DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO AQUISIÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, VISANDO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES INTERNOS, CFE PREVISTO NO ECA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 SELADORA - ACIONAMENTO PEDAL BIVOLT MÍNIMO 120W

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 8.773,50

Item 1 - 0870.0700.000008

SELADORA - ACIONAMENTO PEDAL BIVOLT MÍNIMO 120W

QUANTIDADE: 5,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.754,70

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SELADORA - MODELO: ACIONAMENTO PEDAL; ESPESSURA DA SOLDAGEM: MÍNIMA 0,2MM; TIPO DE MATERIAL DA SELADORA: AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA; IMPULSÃO: PEDAL; VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: MÍNIMO 120W; GARANTIA: MÍNIMO 06 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:: DEVERÁ TER CAPACIDADE DE SOLDA PARA SACOS PLÁSTICOS EM POLIETILENO DE BAIXA, MÉDIA E ALTA DENSIDADE, PVC, CELOFANE, POLIPROPILENO E FILME PLÁSTICO TERMOS-SENSÍVEL COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CAPACIDADE DE SOLDA NA LARGURA MÍNIMA DE 40 CM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL FASE - NÚCLEO DE PATRIMÔNIO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.