



## Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

## SECRETARIA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

## UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SCOM - SERV. COMPRAS

## E-MAIL

COMPRAS@FEPAM.RS.GOV.BR

## ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

## TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38218

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 12/11/2024

EDITAL NÚMERO: 1131 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/11/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/0567-0000695-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

## JUSTIFICATIVA

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A ROTINA DE ANÁLISES DO LABORATÓRIO, EM ATENDIMENTO AO MONITORAMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL, FISCALIZAÇÃO E QUALIÁGUA. AQUISIÇÃO COM RECURSO QUALIÁGUA. ENTENDE-SE COMO VIÁVEL ESTA AQUISIÇÃO

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

## Lote 1 DISPENSADOR DE LÍQUIDOS PARA REAGENTES AGRESSIVOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.595,70

Item 1 - 0830.0183.010122

DISPENSADOR DE LÍQUIDOS PARA REAGENTES AGRESSIVOS,

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.797,85

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISPENSADOR DE LÍQUIDOS - DESCRIÇÃO: DISPENSADOR PARA REAGENTES AGRESSIVOS, ADAPTÁVEL A FRASCOS REAGENTES; FÁCIL LEITURA; TUBO DE ASPIRAÇÃO TELESÓPICO; VÁLVULA DE RECIRCULAÇÃO E SEGURANÇA; DESMONTÁVEL; CALIBRÁVEL; PARTES EM CONTATO COM O MEIO FABRICADAS EM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; GARANTIA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES, ADAPTADORES PARA VÁRIOS TIPOS DE FRASCO, CHAVE DE MONTAGEM; VOLUME: 1 - 10 mL; AUTOCLAVÁVEL: SIM; SUBDIVISÃO (GRADUAÇÃO) DE MARCAÇÃO DE VOLUME: MÁXIMO DE 1mL; GARANTIA: 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 1011, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCais DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

## Lote 2 SOLUÇÕES PÁDRÃO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.177,47



Item 1 - 0830.0637.009988

SOLUÇÃO PADRÃO - DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGÊNIO (DBO) 200 MG/L 250 ML

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 119,52

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SOLUÇÃO PADRÃO - NOME DA SOLUÇÃO PADRÃO: DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGÊNIO (DBO); CONCENTRAÇÃO: 200 MG/L ; DILUENTE: ÁGUA; VOLUME: 250 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, A VALIDADE DO MESMO NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 80% DO INDICADO PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 2 - 0830.0637.009989

SOLUÇÃO PADRÃO - DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO) 1000 MG/L (1000 PPM) 500ML

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 228,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SOLUÇÃO PADRÃO - NOME DA SOLUÇÃO PADRÃO: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO); CONCENTRAÇÃO: 1000 MG/L (1000 PPM); VOLUME: 500ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 3 - 0830.0639.010114

REAGENTE - SOLUÇÃO PADRÃO MULTIELEMENTAR EM MATRIZ DE HNO3

QUANTIDADE: 125,0000

UNIDADE: ml

VALOR UNITÁRIO: R\$ 7,98

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

REAGENTE - TIPO: SOLUÇÃO PADRÃO MULTIELEMENTAR EM MATRIZ DE HNO3; VOLUME: EM FRASCO CONFORME FABRICANTE; CERTIFICADO DE ANÁLISE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; CONCENTRAÇÃO: 100 PPM OU 100UG/M; UNIDADE LICITATÓRIA: MILÍLITRO CONFORME UNIDADE DE MEDIDA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: SOLUÇÃO DEVERÁ CONTER PELO MENOS OS ELEMENTOS: AG, AL, AS, B, BA, BE, CD, CO, CR, CU , FE, MN, MO, NI , PB, SB, SE, SN, V E ZN.. CERTIFICADO DE ANÁLISE: RASTREÁVEL AO NIST E/OU RBC;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 125

Item 4 - 0830.0637.009991

SOLUÇÃO PADRÃO - CLORETO 1000 MG/L (1000 PPM) 500ML

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 279,68

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SOLUÇÃO PADRÃO - NOME DA SOLUÇÃO PADRÃO: CLORETO; CONCENTRAÇÃO: 1000 MG/L (1000 PPM); VOLUME: 500ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 5 - 0830.0637.009987

**SOLUÇÃO PADRÃO - DUREZA TOTAL 1000 MG/L (1000 PPM) CACO3 250 ML**

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 130,36

**FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

SOLUÇÃO PADRÃO - NOME DA SOLUÇÃO PADRÃO: DUREZA TOTAL; CONCENTRAÇÃO: 1000 MG/L (1000 PPM) CACO3; DILUENTE: ÁGUA; VOLUME: 250 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, A VALIDADE DO MESMO NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 80% DO INDICADO PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAS DE ENTREGA:**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 6 - 0830.0639.000474

**SOLUÇÃO PADRÃO CROMATOGR IONS FOSFATO 1000MG/L 500ML**

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 274,67

**FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

SOLUÇÃO PADRÃO; PUREZA: ELEVADA; USO: CROMATOGRAFIA IONS FOSFATO 1000MG/L; CONDIÇÃO: CERTIFICADO RASTREABILIDADE CORRESPONDENTE PADRÃO NIST CONCENTRAÇÃO INCERTEZA DETERMINADA LOTE; FORNECIMENTO: FRASCO 500M

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 197****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAS DE ENTREGA:**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Item 7 - 0830.0637.009990

**SOLUÇÃO PADRÃO - ALCALINIDADE 1000 MG/L (1000PPM) 250 ML**

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 147,74

**FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

SOLUÇÃO PADRÃO - NOME DA SOLUÇÃO PADRÃO: ALCALINIDADE; CONCENTRAÇÃO: 1000 MG/L (1000PPM); DILUENTE: ÁGUA; VOLUME: 250 ML; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAS DE ENTREGA:**FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESSA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIÇÃO A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO; 4. Q(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE



GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PÉRIODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARCIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUIÇÃO(ES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONSENTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

#### OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

#### OBSERVAÇÃO 1011

O OBJETO LICITADO DEVERÁ POSSUIR "CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO" SALVO QUANDO COMPROVADAMENTE DISPENSÁVEL PELO REFERIDO ÓRGÃO. \*\* FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE COMPROVAR QUE O REFERIDO ITEM É ISENTO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.

#### OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.\*