



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38254

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 14/11/2024

EDITAL NÚMERO: 1149 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/11/2024 09:35

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0024639-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 KIT HOSPITALAR - CAMPOS CIRÚRGICOS ESTÉREIS

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Item 1 - 0870.0507.009995

KIT HOSPITALAR - CAMPOS CIRÚRGICOS ESTÉREIS

QUANTIDADE: 500,0000

UNIDADE: kt

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT HOSPITALAR - **CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL:** 1(UM) CAMPO CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL PARA MESA INSTRUMENTAL E SUPERFÍCIES EM GERAL, COMPOSTO POR UMA CAMADA DE NÃO TECIDO SMS. LARGURA: 1,2 A 1,3M; COMPRIMENTO: 1,8 A 2,2M; **CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR:** 1(UM) CAMPO CIRÚRGICO SUPERIOR COMPOSTO DE NÃO TECIDO SMS; LARGURA: 1,5 A 1,8M; COMPRIMENTO: 1,8 A 2,6M; **CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR:** 1(UM) CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR COMPOSTO DE NÃO TECIDO SMS; LARGURA: 1,5 A 1,8M; COMPRIMENTO: 1,8 A 2,6M; **CAMPO CIRÚRGICO LATERAL:** 2(DOIS) CAMPOS CIRÚRGICOS LATERAIS COMPOSTOS DE NÃO TECIDO SMS; LARGURA: 1M; COMPRIMENTO: 1,5 A 1,8M; **USO:** CIRURGIAS; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM:** EMBALADOS EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO, FORMANDO UM KIT.; **DESCARTÁVEL:** SIM; **REGISTRO:** ANVISA; **COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA:** CAMPOS COM FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA PARA FIXAÇÃO.; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 18, 200

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 18



OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA.

OBSERVAÇÃO 200

O MATERIAL DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.