



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SCOM - SERV. COMPRAS

E-MAIL

COMPRAS@FEPAM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38445

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 04/12/2024

EDITAL NÚMERO: 1266 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/12/2024 14:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/0567-0000675-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AMBIENTE NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM. ENTENDE-SE COMO VIÁVEL ESTA AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MEDIDOR VELOCIDADE VENTO - DESCRIÇÃO: TERMO HIGROANEMOMETRO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.260,00

Item 1 - 0830.0183.010159

MEDIDOR VELOCIDADE VENTO - DESCRIÇÃO: TERMO HIGROANEMOMETRO

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 315,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEDIDOR VELOCIDADE VENTO - **DESCRIÇÃO:** TERMO HIGROANEMOMETRO; **FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA:** -10 A 50°C; **RESOLUÇÃO** DE 0,1°C E **EXATIDÃO** DE ±1°C; **FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR:** 0 A 99%UR; **RESOLUÇÃO** 1%UR; **EXATIDÃO** ±5%; **FAIXA DE MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO:** 0,3 A 30M/S; **RESOLUÇÃO** 0,1M/S; **EXATIDÃO** ±5%; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL:** SIM; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** AMPLO VISOR LCD DE TRIPLA INDICAÇÃO; VISOR ILUMINADO (BACKLIGHT) ; UNIDADES DE TEMPERATURA: °C / °F ; UNIDADES DE VELOCIDADE: M/S, KM/H, FT/MIN, KNOTS, MPH ; REGISTROS DE MÁXIMAS (MAX), MÍNIMAS (MIN) E MÉDIAS (AVG) ; CONGELAMENTO DA INDICAÇÃO NO VISOR (HOLD) ; BARRA GRÁFICA COM 12 NÍVEIS DE VELOCIDADE (ESCALA BEAUFORT) ; CALIBRAÇÃO DAS 3 GRANDEZAS PELO USUÁRIO (AJUSTE DE OFFSET) ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 10 MIN. DE INATIVIDADE ; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA . **TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:**-10 A 50°C ; **UMIDADE DE OPERAÇÃO:** 0 A 99%UR (SEM CONDENSAÇÃO) ; **ALIMENTAÇÃO:** 73V (1 BATERIA CR2032). ALÇA DE MÃO ; ESTOJO PARA TRANSPORTE ; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE



DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.