



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38475

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 06/12/2024

EDITAL NÚMERO: 1298 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/12/2024 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2000-0162758-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO QUE O HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON É UMA INSTITUIÇÃO DE REFERÊNCIA ESTADUAL PARA O TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA TUBERCULOSE ATENDENDO, TAMBÉM, A POPULAÇÃO E PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS HOSPITAIS DO INTERIOR DO ESTADO. A TUBERCULOSE É UMA DOENÇA INFECTO CONTAGIOSA, DE TRANSMISSÃO AÉREA E TRANSMISSÍVEL DURANTE A FALA, ESPIRRO OU TOSSE DAS PESSOAS COM TUBERCULOSE ATIVA (PULMONAR OU LARÍNGEA). AS ATIVIDADES DO HSP SÃO VOLTADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NÃO SOMENTE COM INTERNAÇÕES HOSPITALARES, MAS, TAMBÉM, A NÍVEL AMBULATORIAL PARA TRATAMENTO AOS PORTADORES DO VÍRUS HIV/AIDS, ATRAVÉS DO HOSPITAL DIA (ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO) E CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (COM LIVRE DEMANDA DA POPULAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS; SENDO ESTE UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA TODOS OS MUNICÍPIOS QUE NÃO TEM ATENDIMENTO PARA HIV/AIDS; PESQUISAS LIGADAS À FIOCRUZ, COMO ESTRATÉGIA DE USO DE MEDICAÇÃO PARA HIV; E QUE ATUA COMO RETAGUARDA PARA ESCLARECIMENTOS DO DIAGNÓSTICO DE HIV/SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS PARA O HEMORGS). AQUISIÇÃO DE 03 BOMBAS DE INFUSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR E SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO HSP. SURTIU A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO, TENDO EM VISTA QUE ATUALMENTE POSSUÍMOS 03 LEITOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS, ACAMADOS. ESTE PERFIL DE PACIENTES TEM A POSSIBILIDADE DE NECESSITAR DE MEDICAÇÕES INTRAVENOSAS E ALIMENTAÇÃO VIA Sonda NASCENTÉRICA POR FALTA DE CONDIÇÕES DE ALIMENTAR-SE VIA ORAL, PORTANTO NÃO PODEMOS FICAR SEM ESTE RECURSO DISPONÍVEL, JUSTIFICANDO A AQUISIÇÃO DE PELO MENOS 3 BOMBAS DE INFUSÃO NO PERFIL ESPECIFICADO. DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE ATENDER A ESTA NECESSIDADE E A EXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO QUE PODERÁ SER UTILIZADO PARA ESTE FIM, DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 BOMBA DE INFUSÃO PORTÁTIL - PARAMEDICAMENTOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 11.525,43

Item 1 - 0870.0190.010134

BOMBA DE INFUSÃO PORTÁTIL - PARAMEDICAMENTOS

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.841,81

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOMBA DE INFUSÃO PORTÁTIL - TIPO DE BOMBA: PARA MEDICAMENTOS; TIPO DE TELA: TOUCHSCREEN; TIPO DE PACIENTE: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT E BATERIA RECARREGÁVEL; REGISTRO: ANVISA; GARANTIA: CONFORME FABRICANTE; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A BOMBA DE INFUSÃO PORTÁTIL DEVERA: - POSSUIR DIFERENTES MODOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO (MODO ML/H; MODO DE PESO CORPORAL; MODO DE GOTEJAMENTO; MODO DE SEQUÊNCIA; MODO DE DOSE DE CARREGAMENTO; MODO DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO; MODO DE RETRANSMISSÃO) E RECURSOS DE CUSTOMIZAÇÃO, ALÉM DE FUNÇÕES DE REGISTROS DE HISTÓRICOS, BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS, ANTI-BOLUS. - POSSUIR DIVERSOS ALARMES COMO: VTBI PRÓXIMO AO FIM, VTBI INFUNDIDO, PRESSÃO ALTA, VERIFICAÇÃO A MONTANTE, BATERIA QUASE VAZIA, BATERIA VAZIA, NENHUMA BATERIA INSERIDA, SEM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ALARME DE LEMBRETE, TEMPO DE ESPERA EXPIRADO, KVO CONCLUÍDO, CONEXÃO DO SENSOR DE QUEDA, ERRO DE QUEDA, BOLHA DE AR, VERIFICAÇÃO DE PORTA ABERTA, INSTALAÇÃO DO CONJUNTO IV, QUEDA DE PRESSÃO, LIMITES DA DOSE DA DROGA EXCEDIDOS, ERRO DO SISTEMA, BOLHA CUMULATIVA. - POSSUIR PRECISÃO DE $\pm 1 \text{ ML/H}$, $\pm 5\% < 1 \text{ ML/H}$, PRECISÃO $\pm 5\%$ OU $\pm 0,005 \text{ ML/H}$ PARA O VALOR MAIS ALTO, TER TAXA DE INFUSÃO DE 10-20 GOTAS/ML: 0,01 - 2000 ML/H DE 21-40 GOTAS/ML: 0,01 - 800 ML/H DE 41-60 GOTAS/ML: 0,01 - 400 ML/H. TER TAXA DE BOLUS DE 10-20 GOTAS/ML: 0,1 - 2000 ML/H DE 21-40 GOTAS/ML: 0,1 - 800 ML/H DE 41-60 GOTAS/ML: 0,1 - 400 ML/H, TER TAXA DE EXPURGO DE 10-20 GOTAS/ML: 2000ML/H DE 21-40 GOTAS/ML: 800ML/H DE 41-60 GOTAS/ML: 400ML/H. TAXA DE KVO ("KEEP VEIN OPEN", É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PROMOVE A MANUTENÇÃO DO ACESSO VENOSO) DE 0,01 - 5,00 ML/H; VOLUME TOTAL INFUNDIDO DE 0,01 - 9999,99 ML. A ETAPA MÍNIMA É 0,01 ML. - POSSUIR SISTEMA DE



ENCAIXE INTELIGENTE QUE PERMITE EMPILHAMENTO DE VÁRIAS BOMBAS NUM MESMO SUPORTE. - PERMITIR O USO DE EQUIPO UNIVERSAL PARA MEDICAÇÃO, DIETA ENTERAL E PARENTERAL DEVERA ACOMPANHAR A BOMBA DE INFUSÃO PORTÁTIL 01 BATERIA RECARREGÁVEL 01 PRENEADOR DE SUPORTE 01 SENSOR DE GOTAS 01 CABO DE FORÇA 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*