

#### Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

#### SECRETARIA

CELIC

#### UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

TERMO DE REFERÊNCIA

E-MAIL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

NÚMERO DA COMPRA: 38959

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/02/2025

EDITAL NÚMERO: 146 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/03/2025 14:10 NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1950-0000161-8 TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

### OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0805-EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL;

#### JUSTIFICATIVA

O OBJETO DA PRESENTE COMPRA É A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA USO NO LABORATÓRIO DE DO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, NO PRÉDIO 5. O NITROGÊNIO LÍQUIDO SERÁ UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO QUE ENVOLVEM UTILIZAÇÃO DESTE RECURSO PARA ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, CRIOGENIA, ENTRE OUTRAS FINALIDADES CORRELACIONADAS A ESTAS ATIVIDADES. A COMPRA DO NITROGÊNIO LÍQUIDO É VIÁVEL TENDO EM VISTA QUE HÁ RECURSO ORÇAMENTÁRIO PARA ESTA AQUISIÇÃO CONFORME A SRO NÚMERO 007123 QUE CONSTA ANEXADA AO PROA 25/1950-0000161-8 E ATENDERÁ A DEMANDA PARA SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DA UERGS PARA ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO.

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

#### Lote 1 GAS NITROGENIO LIQUIDO-ABASTECIMENTO EM DEWARS

TIPO DE ENTREGA: PROGRAMADA

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 3.219,00

Item 1 - 0805.0265.000026

GAS NITROGENIO LIQUIDO-ABASTECIMENTO EM DEWARS

**QUANTIDADE**: 150,0000 **UNIDADE**: 1 **VALOR UNITÁRIO**: **R\$** 21,46

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

NITROGENIO LIQUIDO (N2), PARA USO NO EQUIPAMENTO DEWARS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS MNIMAS: - GRAU DE PUREZA MNIMA: 99,996 %; - GRAU DE IMPUREZAS: H2O < 3,5 PPM; OZ < 6 PPM. OBS: ABASTECIMENTO EM EQUIPAMENTO DEWARS (TANQUE)

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ 675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ 675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ 675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ 675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ 675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30



Emissão: 26/02/2025 - 17:06

Página: 2 de 2



# OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

#### OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMTIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

# OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

HÁ UMA PREVISÃO DE 05 ENTREGAS E O QUANTITATIVO E O MÊS PODE VARIAR CONFORME NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO.