



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38981

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 05/03/2025

EDITAL NÚMERO: 157 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 11/03/2025 09:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0001582-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 DISPOSITIVO HOSPITALAR - ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 960,00

Item 1 - 0870.0507.000622

DISPOSITIVO HOSPITALAR - ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO

QUANTIDADE: 1.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,96

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISPOSITIVO HOSPITALAR - USO: ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO; FUNÇÃO DO MATERIAL: TRANSFERÊNCIA DE SOLUÇÕES; DESCARTÁVEL: SIM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL E APIROGÊNICA;

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME FABRICANTE; REGISTRO: ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

Lote 2 AGULHA DESCARTÁVEL - 22G X 3 1/2" PARA ANESTESIA REGIONAL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.406,00

Item 1 - 0870.0507.000453



AGULHA DESCARTÁVEL - 22G X 3 1/2" PARA ANESTESIA REGIONAL

QUANTIDADE: 100,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,06

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AGULHA DESCARTÁVEL - MEDIDA DA AGULHA: 22G X 3 1/2"; MATERIAL DA AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; HIPOALERGÊNICA: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: UNIDADE; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DE ENTREGA: 12 MESES; USO: ANESTESIA REGIONAL; REGISTRO: ANVISA; TIPO DE BISEL: QUINCKE; CANHÃO: TRANSPARENTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 177, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Lote 3 ATADURA CREPOM - 15 X 180

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 636,00

Item 1 - 0870.0507.007859

ATADURA CREPOM - 15 X 180

QUANTIDADE: 600,0000 UNIDADE: rl VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,06

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS P/CM2, EM ROLO COM 15 X 180 CM

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 600

Lote 4 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 471,00

Item 1 - 0870.0507.000618

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUANTIDADE: 300,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,57

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CATETER - USO: HOSPITALAR; TIPO DO CATETER: INTRAVENOSO PERIFÉRICO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; RADIOPAVIDADE: RADIOPACO; DESCARTÁVEL: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; NORMA: NR 32; CALIBRE: 18G; COMPOSIÇÃO: AGULHA SILICONIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA E PROTETOR TRANSPARENTE DO CONJUNTO CATETER/AGULHA; REGISTRO: ANVISA; CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: APIROGÊNICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

Lote 5 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA



TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 8.225,00

Item 1 - 0870.0507.000611

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUANTIDADE: 3.500,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,35

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CATETER - USO: HOSPITALAR; TIPO DO CATETER: INTRAVENOSO PERIFÉRICO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DESCARTÁVEL: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; NORMA: NR 32; CALIBRE: 20G; COMPOSIÇÃO: AGULHA SILICONIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA E PROTETOR TRANSPARENTE DO CONJUNTO CATETER/AGULHA; REGISTRO: ANVISA; CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: APIROGÊNICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3500

Lote 6 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.740,00

Item 1 - 0870.0507.000614

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUANTIDADE: 2.000,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,37

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CATETER - USO: HOSPITALAR; TIPO DO CATETER: INTRAVENOSO PERIFÉRICO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DESCARTÁVEL: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; NORMA: NR 32; CALIBRE: 24G; COMPOSIÇÃO: AGULHA SILICONIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA E PROTETOR TRANSPARENTE DO CONJUNTO CATETER/AGULHA; REGISTRO: ANVISA; CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: APIROGÊNICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Lote 7 ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ECG E TESTES ERGOMÉTRICOS COM FIBRA DE CARBONO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 14.000,00

Item 1 - 0870.0507.009855

ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ECG E TESTES ERGOMÉTRICOS COM FIBRA DE CARBONO



QUANTIDADE: 25.000,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,56
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
ELETRODO HOSPITALAR - USO: ADULTO; TIPO DE MATERIAL: ESPUMA COMPACTA; GEL CONDUTOR SÓLIDO E FIBRA DE CARBONO; COMPOSIÇÃO: PINO EM PRATA/CLORETO DE PRATA; FUNÇÃO DO MATERIAL: ELETROCARDIOGRAMA E TESTES ERGOMÉTRICOS; IMPERMEÁVEL: FLUIDOS; DESCARTÁVEL: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; FORMATO: GOTA; ADERÊNCIA: ATÉ 72H; ADESIVO: AUTO-ADESIVO; HIPOALERGÊNICA: SIM; REGISTRO: ANVISA; TAMANHO MÍNIMO: 4X3 CM; TAMANHO MÁXIMO: 5X5 CM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE; UNIDADE LICITATÓRIA: UNIDADE;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 18, 183, 187, 197, 207		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 25000		

Lote 8 LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - FOSCA LAPIDADA - 26,0 MM X 76,0 MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 84,60

Item 1 - 0830.0868.010000		
LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - FOSCA LAPIDADA - 26,0 MM X 76,0 MM		
QUANTIDADE: 10,0000	UNIDADE: em	VALOR UNITÁRIO: R\$ 8,46
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
LÂMINA DE VIDRO - USO: MICROSCOPIA; EXTREMIDADE: FOSCA; BORDAS: LAPIDADA; LARGURA: 26,0 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL: - 0,6 MM); COMPRIMENTO: 76,0 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL: + 0,2 MM);		
ESPESSURA: 1,1 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL: +/- 0,2 MM); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 50 UNIDADES;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10		

Lote 9 DISPOSITIVO HOSPITALAR - OCLUSÃO DE CONEXÕES LUER FÊMEA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 6.600,00

Item 1 - 0870.0507.000474		
DISPOSITIVO HOSPITALAR - OCLUSÃO DE CONEXÕES LUER FÊMEA		
QUANTIDADE: 20.000,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,33
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
DISPOSITIVO HOSPITALAR - USO: OCLUSÃO DE CONEXÕES LUER FÊMEA; FUNÇÃO DO MATERIAL.: PROTEGER OS SISTEMAS APÓS A RETIRADA DE EQUIPOS E SERINGAS DAS CONEXÕES LUER FÊMEA;		
FECHAMENTO: LUER LOCK; DESCARTÁVEL: SIM; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: UNIDADE; REGISTRO: ANVISA;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 18, 183		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAIS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20000		

Lote 10 SONDA - FOLEY 20 30ML 2 VIAS



TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.066,00

Item 1 - 0870.0507.000616

SONDA - FOLEY 20 30ML 2 VIAS

QUANTIDADE: 200,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 5,33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SONDA - TIPO DE Sonda: FOLEY; CALIBRE: 20; VIA DE ADMINISTRAÇÃO: URETRAL; MATERIAL: LÁTEX; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL: SIM; CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM: INDIVIDUAL; USO: ADULTO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 10 UNIDADES; REGISTRO: ANVISA; CAPACIDADE DO BALÃO: 30ML; NÚMERO VIAS: 2 VIAS; UNIDADE LICITATÓRIA: UNIDADE; GARANTIA: O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 18, 187, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 18

OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA.

OBSERVAÇÃO 177

AS AGULHAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DEVERÃO SER EMBALADAS UNITARIAMENTE EM EMBALAGEM HERMÉTICA E ABERTURA COM TÉCNICAS ASSÉPTICAS,(AGULHA, SERINGA E O CONJUNTO AGULHA + SERINGA), DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 9752/97.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.