



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39014

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 07/03/2025

EDITAL NÚMERO: 170 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/03/2025 09:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0005057-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0245-VESTUÁRIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUÁRIO DE SEGURANÇA);0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATÓRIO;0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;0880-MEDICAMENTOS DE USO HUMANO;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.350,00

Item 1 - 0870.0507.000611

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 20G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUANTIDADE: 1.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,35

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CATETER - USO: HOSPITALAR; TIPO DO CATETER: INTRAVENOSO PERIFÉRICO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DESCARTÁVEL: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; NORMA: NR 32;

CALIBRE: 20G; COMPOSIÇÃO: AGULHA SILICONIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA E PROTETOR TRANSPARENTE DO CONJUNTO CATETER/AGULHA; REGISTRO: ANVISA; CARACTERÍSTICAS

DO MATERIAL: APIROGÊNICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1000

Lote 2 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.960,00



Item 1 - 0870.0507.000612

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 22G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUANTIDADE: 2.000,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,98

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CATETER - USO: HOSPITALAR; TIPO DO CATETER: INTRAVENOSO PERIFÉRICO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DESCARTÁVEL: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; NORMA: NR 32; CALIBRE: 22G; COMPOSIÇÃO: AGULHA SILICONIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA E PROTETOR TRANSPARENTE DO CONJUNTO CATETER/AGULHA; REGISTRO: ANVISA; CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: APIROGÊNICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2000

Lote 3 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 548,00

Item 1 - 0870.0507.000614

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUANTIDADE: 400,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,37

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CATETER - USO: HOSPITALAR; TIPO DO CATETER: INTRAVENOSO PERIFÉRICO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DESCARTÁVEL: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; NORMA: NR 32; CALIBRE: 24G; COMPOSIÇÃO: AGULHA SILICONIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA E PROTETOR TRANSPARENTE DO CONJUNTO CATETER/AGULHA; REGISTRO: ANVISA; CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: APIROGÊNICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 400

Lote 4 AGULHA DESCARTÁVEL - 1,20MM X 25MM USO: PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.485,00

Item 1 - 0870.0507.010063

AGULHA DESCARTÁVEL - 1,20MM X 25MM USO: PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

QUANTIDADE: 100,0000 UNIDADE: cx VALOR UNITÁRIO: R\$ 14,85

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AGULHA DESCARTÁVEL - MEDIDA DA AGULHA: 1,20MM X 25MM; USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; HIPOALERGÊNICA: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: NÃO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 100 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO 80% DA VALIDADE TOTAL INFORMADA NO PRODUTO; MATERIAL DA AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL; REGISTRO: ANVISA; TIPO DE BISEL: PONTA ROMBA; CANHÃO: PLÁSTICO; COMPRIMENTO: 25MM; NORMA: NR 32; UNIDADE LICITATÓRIA: CAIXA COM 100 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 177, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100

Lote 5 AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 920,00

Item 1 - 0870.0507.000503

AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 07 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,46

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AGULHA DESCARTÁVEL - MEDIDA DA AGULHA: 25 X 07; USO: HOSPITALAR; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; HIPOALERGÊNICA: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: UNIDADE;

VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; MATERIAL DA AGULHA: AÇO INOXIDÁVEL; REGISTRO: NA ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 177, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2000

Lote 6 ATADURA CREPOM ALGODAO 13 FIOS CM2 10,00 450,00 CM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 424,80

Item 1 - 0870.0507.000134

ATADURA CREPOM ALGODAO 13 FIOS CM2 10,00 450,00 CM

QUANTIDADE: 720,0000

UNIDADE: rl

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,59

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ATADURA; TIPO ATADURA: CREPOM; MATERIAL: 100% ALGODAO; DENSIDADE: 13 FIOS CM2; LARGURA: 10,00 CM; COMPRIMENTO ESTICADO: MÍNIMO 450,00 CM; COMPRIMENTO EM REPOUSO: 180 CM;

FORNECIMENTO: ROLO.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 720

Lote 7 AVENTAL CIRURGICO ESTERIL, USO UNICO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 8.040,00



Item 1 - 0245.0003.000001		
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL, USO UNICO		
QUANTIDADE: 400,0000	UNIDADE: pc	VALOR UNITÁRIO: R\$ 20,10
FAMÍLIA DO ITEM: VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL, DE USO UNICO; COMPOSTO POR NAO TE CIDO SMS HIDRORREPELENTE E DOBRADURA ASSEPTICA; EMBALADO IN DIVIDUALMENTE, PERMITINDO APRESENTACAO ASSEPTICA; ESTERILI ZADO EM OXIDO DE ETILENO; TAMANHO "G"; DEVERA ACOMPANHAR TOA LHA DE NAO TECIDO ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MACS; COR A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE; VALIDADE 05 (CINCO) ANOS		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 400		

Lote 8 EXTENSOR EQUIPO INFUSÃO - COMPRIMENTO: 20 CM; CALIBRE: 12 FR;

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 904,00

Item 1 - 0870.0507.010067		
EXTENSOR EQUIPO INFUSÃO - COMPRIMENTO: 20 CM; CALIBRE: 12 FR;		
QUANTIDADE: 400,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,26
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALES/ENFERMAGEM		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
EXTENSOR EQUIPO INFUSÃO - ESTERIL: SIM; DECATAVEL: SIM; COMPRIMENTO: 20 CM; CALIBRE: 12 FR;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 400		

Lote 9 SAPATILHA HOSPITALAR - PROPÉ DESCARTÁVEL G (COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33,5CM)

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 556,00

Item 1 - 0870.0507.000374		
SAPATILHA HOSPITALAR - PROPÉ DESCARTÁVEL G (COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33,5CM)		
QUANTIDADE: 50,0000	UNIDADE: em	VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,12
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALES/ENFERMAGEM		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
SAPATILHA HOSPITALAR - TIPO: PROPÉ DESCARTÁVEL; TAMANHO: G (COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33,5CM); MATERIAL: TNT; GRAMATURA MÍNIMA: 30 G/M2; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 50		



Lote 10 SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LUER LOCK

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.960,00

Item 1 - 0870.0735.000024

SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA LUER LOCK

QUANTIDADE: 4.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,74

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SERINGA - USO: DESCARTÁVEL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; MATERIAL: PLÁSTICO ATÓXICO; TAMANHO: 10ML; APIROGÊNICA: SIM; ESCALA GRADUADA: MLIMETRADA E NUMERADA A CADA ML; PRESENÇA DE AGULHA: NÃO; TIPO DE BICO: LUER LOCK; ÊMBOLO: BORRACHA SILICONIZADA; NORMA REGULAMENTADORA A SER OBSERVADA: NR 32; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; REGISTRO: ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 177, 183, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 4000

Lote 11 ACIDO PERACETICO 0,2% - 05 L

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.416,30

Item 1 - 0830.0637.000355

ACIDO PERACETICO 0,2% - 05 L

QUANTIDADE: 6,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 236,05

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ACIDO PERACETICO, 0,2% , PRONTO PARA USO. EM EMBALAGEM COM 05 LITROS DE PRODUTO. OBS: CADA EMBALAGEM DEVERA VIR ACOMPANHADO DE COADJUVANTE/ADJUVANTE CONFORME CONSTAR DA FORMULACAO DO PRODUTO (ATIVADOR/ INIBIDOR DE CORROSAO), E DEZ FITAS REAGENTES ESPECIFICAS COM LAUDO DE COMPATIBILIDADE COM O PRODUTO OFERTADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM RESOLUCAO - RDC Nº 31/11 DA ANVISA OU LEGISLACAO POSTERIOR QUE VENHA A SUBSTITUI-LA.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 194, 200

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 6

Lote 12 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.702,00

Item 1 - 0880.0012.009993

**DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML****QUANTIDADE:** 600,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 6,17**FAMÍLIA DO ITEM:** MEDICAMENTOS DE USO HUMANO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

SOLUÇÃO ANTISSEPTICA - **PRINCÍPIO ATIVO:** DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE; **CONCENTRAÇÃO:** 0,2%; **TIPO DE SOLUÇÃO:** AQUOSA; **USO:** ANTISSEPTICO TÓPICO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO 100ML; **REGISTRO:** NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 18, 183**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 600

Lote 13 FITA TESTE - PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO**TIPO DE ENTREGA :** TOTAL**TRATAMENTO ME/EPP :** Preferência**PRAZO DE ENTREGA :** 10 Dias**VALIDADE DA PROPOSTA :** 60 Dias**VALOR DO LOTE :** R\$ 1.251,70**Item 1 - 0870.0190.010078****FITA TESTE - PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 125,17**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

FITA TESTE - **INDICAÇÃO DE USO:** PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO; **FAIXA:** 250 À 2000 PPM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 30 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 18

OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA.

OBSERVAÇÃO 177

AS AGULHAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DEVERÃO SER EMBALADAS UNITARIAMENTE EM EMBALAGEM HERMÉTICA E ABERTURA COM TÉCNICAS ASSÉPTICAS,(AGULHA, SERINGA E O CONJUNTO AGULHA + SERINGA), DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 9752/97.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 194

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O REGISTRO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM QUESTÃO, NA SECRETARIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 200

O MATERIAL DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*