



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

PROA nº 24/2000-0153144-5

Info nº 20143/2025

DGAE, Divisão da Atenção Especializada, 06/03/2025.

1. Trata este expediente da solicitação de avaliação técnica de dois itens apresentados para concorrência no Pregão 738/2024 a saber:

a. **Item 61 – POLÍMERO ACRÍLICO, FRASCO 30G, COM DOSADOR.**

*Insumo avaliado: Shelter Gel (Casex)*

O parecer foi **favorável**. Com a seguinte observação:

“A amostra enviada para testagem não contém carvão ativado. O grupo técnico entende não ser uma obrigatoriedade ter carvão ativado já que o produto é utilizado em ileostomia, que não tem cheiro”.

b. **Item 70 - ABSORVENTE HIGIÊNICO.**

*Insumo avaliado: Maxi absorvente InContinence (Medihouse).*

O parecer foi **desfavorável** pelos motivos abaixo elencados:

- Não possui adesivo;
- Não é anatômico;
- Algodão compactou e dividiu-se, piorando o vazamento;
- Gel se desfez ao movimento.

2. À consideração superior e, se de acordo, encaminha-se para o DA-DA-COMPRA para prosseguimento.





DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA



**Nome do documento:** INFO 20143\_PE\_738\_24.docx

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
MARA ROSANI AZAMBUJA SOARES Karen Godoi	SES / DGAE-AE / 4749006 SES / DGAE-SPD / 4465520	06/03/2025 14:15:50 06/03/2025 14:17:18

