



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

E-MAIL

DIVISAO-COMPRAS@SAUDE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39127

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/03/2025

EDITAL NÚMERO: 222 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/03/2025 09:45

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2000-0016155-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

TRATA-SE DE UM INSUMO COM ESTOQUE REDUZIDO NA SES/RS NO MOMENTO, E CUJA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE SERIA UTILIZADA PARA O ABASTECIMENTO EM 2025, FOI CANCELADA. A AQUISIÇÃO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O ABASTECIMENTO DA SES ATÉ QUE UMA NOVA ARP (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) SEJA ESTABELECIDA. ESSE INSUMO É DE USO IMPRESCINDÍVEL PARA ASSEGURAR A BIOSEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SES QUE ATUAM NOS LABORATÓRIOS E NO ATENDIMENTO DIRETO A PACIENTE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 LUVA HOSPITALAR-PROCEDIMENTO- LÁTEX - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ -TAM G EMB. 100 UN

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 50.505,00

Item 1 - 0870.0507.000578

LUVA HOSPITALAR-PROCEDIMENTO- LÁTEX - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ -TAM G EMB. 100 UN

QUANTIDADE: 1.500,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 33,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LUVA HOSPITALAR - TIPO: PROCEDIMENTO; USO: HOSPITALAR; MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: G; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; ESPESSURA MÍNIMA: 0,08MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 240 MILÍMETROS; SUPERFÍCIE: LISA; CORES: NATURAL; LUBRIFICAÇÃO: SEM PÓ; REGISTRO: NA ANVISA; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 30 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; CA

VÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS: SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1500

Lote 2 LUVA HOSPITALAR-PROCEDIMENTO- LÁTEX - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ -TAM M EMB. 100 UN

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 83.260,00



Item 1 - 0870.0507.000579

LUVAS HOSPITALAR-PROCEDIMENTO- LÁTEX - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ -TAM M EMB. 100 UN

QUANTIDADE: 2.300,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 36,20

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVAS HOSPITALAR - TIPO: PROCEDIMENTO; USO: HOSPITALAR; MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: M; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; ESPESSURA MÍNIMA: 0,08MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 240 MLÍMETROS; SUPERFÍCIE: LISA; CORES: NATURAL; LUBRIFICAÇÃO: SEM PÓ; REGISTRO: NA ANVISA; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 30 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; CÁVULIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS: SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1500**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 800**Lote 3 LUVAS HOSPITALAR-PROCEDIMENTO-LATEX - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ -TAM P EMB. 100 UN**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 45.810,00

Item 1 - 0870.0507.000580

LUVAS HOSPITALAR-PROCEDIMENTO-LATEX - NÃO ESTÉRIL-S/PÓ -TAM P EMB. 100 UN

QUANTIDADE: 1.800,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 25,45

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVAS HOSPITALAR - TIPO: PROCEDIMENTO; USO: HOSPITALAR; MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: P; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; ESPESSURA MÍNIMA: 0,08MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 240 MLÍMETROS; SUPERFÍCIE: LISA; CORES: NATURAL; LUBRIFICAÇÃO: SEM PÓ; REGISTRO: NA ANVISA; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 30 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; CÁVULIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS: SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 800**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.