

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39168

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/03/2025

EDITAL NÚMERO: / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0006301-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.370,00

Item 1 - 0870.0507.000614

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUANTIDADE: 1.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,37

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CATETER - USO: HOSPITALAR; TIPO DO CATETER: INTRAVENOSO PERIFÉRICO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; RADIOPAIDADE: RADIOPACO; DESCARTÁVEL: SIM; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: SIM; NORMA: NR 32; CALIBRE: 24G; COMPOSIÇÃO: AGULHA SILICONIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA E PROTETOR TRANSPARENTE DO CONJUNTO CATETER/AGULHA; REGISTRO: ANVISA; CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: APIROGÊNICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

Lote 2 ESTERILIZANTE A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VAPORIZADO - VAPROX MARCA STERIS.

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 35.600,04

Item 1 - 0870.0507.010034

ESTERILIZANTE A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VAPORIZADO - VAPROX MARCA STERIS.

QUANTIDADE: 12,0000

UNIDADE: pt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.966,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ESTERILIZANTE - TIPO: A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; **COMPOSIÇÃO:** CONTÉM 59% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO; **USO:** ESTERILIZADORA DE BAIXA TEMPERATURA POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VAPORIZADO.; **FUNÇÃO DO MATERIAL:** AGENTE ESTERILIZANTE CARACTERIZADO POR SUA EFICÁCIA CONTRA VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E ESPOROS; **COMPATIBILIDADE:** APRESENTAR DOCUMENTOS DE COMPATIBILIDADE E VALIDAÇÃO COM A ESTERILIZADORA DE BAIXA TEMPERATURA V-PROMAX 2.; **CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL:** CARTUCHO PARA UTILIZAÇÃO EM 5 CICLOS; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** POTE COM 3 CARTUCHOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** POTE CONTENDO 3 CARTUCHOS; **OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:** VAPROX MARCA STERIS.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*