



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39193

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 27/03/2025

EDITAL NÚMERO: 265 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 04/04/2025 09:05

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0006758-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 SPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE VÁCUO (VACUÔMETRO) 400 ML

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 7.776,30

Item 1 - 0870.0190.010299

ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE VÁCUO (VACUÔMETRO) 400 ML

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 259,21

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

VACUÔMETRO PARA REDE DE GASES - **MEDIDAS DE COMPRIMENTO::** COMPRIMENTO MÍN. DE 26 CM; **MEDIDAS DE ALTURA::** ALTURA MÍN. DE 8 CM; **MATERIAL DO FRASCO COLETOR::** POLICARBONATO; **CAPACIDADE RESERVATÓRIO:** FRASCO COLETOR NO MÍN. DE 400ML; **NORMA REGULAMENTADORA A SER OBSERVADA:** CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906; **MEDIDAS DE LARGURA:** LARGURA MÍN. DE 10 CM; **GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FÁBRICA:** GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FÁBRICA; **MATERIAL DO MANÔMETRO::** METAL; **MEDIDAS DO MANÔMETRO::** 0 A 30 HG; **ESTERELIZAÇÃO:** AUTOCLAVÁVEL; **TIPO MATERIAL DA TAMPA:** TAMPA EM POLIPROPILENO COM INSERTO DE METAL, MANÔMETRO, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUÇÃO E BÓIA DE SEGURANÇA; **TIPO DE MATERIAL DA BOIA:** EM POLIPROPILENO; **INFORMAÇÕES ADICIONAIS::** PRODUTO NÃO ESTÉRIL, E NÃO DEVE SER UTILIZADO SEM A BOIA DE SEGURANÇA, SOB RISCO DE CONTAMINAÇÃO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.