



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

POLÍCIA CIVIL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DMP PC - DMP PC - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

E-MAIL

DMP-SPA@POLICIACIVIL.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39199

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/03/2025

EDITAL NÚMERO: 270 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 03/04/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1204-0008860-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

FOTÓFORO - HOSPITALAR ILUMINAÇÃO: LED 5W

JUSTIFICATIVA

PRESTAR ATENDIMENTO SIM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 LOTE 1 - FOTÓFORO HOSPITALAR

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 6.144,01

Item 1 - 0870.0005.009993

FOTÓFORO - HOSPITALAR ILUMINAÇÃO: LED 5W

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.144,01

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FOTÓFORO - USO: HOSPITALAR; **INDICAÇÃO DE USO:** PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; **FUNÇÃO DO MATERIAL:** VISUALIZAÇÃO EM ÁREAS POUCO ILUMINADAS; **ILUMINAÇÃO:** LED 5W; **INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO:** MÍNIMA DE 50.000 LUX; **COR DA LUZ:** BRANCA; **TEMPERATURA COR:** 6000K; **FILTRO:** UV ESCAMOTEÁVEL; **ALIMENTAÇÃO:** DC (BATERIA) E AC (110/220V); **REGISTRO:** ANVISA; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O APARELHO DEVERA: • POSSUIR ILUMINAÇÃO COAXIAL HOMOGÊNEA E LIVRE DE SOMBRAS; • POSSUIR BATERIA DE LÍTIO 7,2V RECARREGÁVEL PARA APROXIMADAMENTE 2,5 HORAS; • PERMITIR QUE O USUÁRIO VEJA AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO SEM DISTORÇÕES; • SER LIVRE DE MANUTENÇÃO; • SER LIVRE DE RAIOS UV. O APARELHO DEVERA POSSUIR AS SEGUINTE DIMENSÕES: • DIÂMETRO DO FOCO 20 - 100MM; • REGULADOR DE INTENSIDADE E ABERTURA DO CAMPO DE VISÃO DE 20 A 100 MM; • DISTÂNCIA DE TRABALHO 500 MM; • DISTÂNCIA DE FLUTUAÇÃO 12.5 MM APROXIMADAMENTE; • ÂNGULO ILUMINAÇÃO ±25° GRAUS (AJUSTÁVEL); ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO: • 01 SUPORTE PARA CABEÇA COM ILUMINAÇÃO LED E CAPACETE REGULÁVEL; • 01 BATERIA LÍ-ON DE LÍTIO, BATERIA QUE NÃO VICIA; • 01 TRANSFORMADOR BIVOLT; • 01 ESTOJO PARA TRANSPORTE EM ALUMÍNIO; • 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLICLÍNICA - DIVISÃO DE SAÚDE DELEGADO GRANT 115 SANTANA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O



ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.



ANEXOS

TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL
