



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39110

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 14/03/2025

EDITAL NÚMERO: 224 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 23/04/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0001568-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECEER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM DOIS GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 FOTÓFORO HOSPITALAR BINOCULAR

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 26.443,83

Item 1 - 0870.0005.009999

FOTÓFORO HOSPITALAR BINOCULAR

QUANTIDADE: 7,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.777,69

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FOTÓFORO - USO: HOSPITALAR; INDICAÇÃO DE USO: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; FUNÇÃO DO MATERIAL: VISUALIZAÇÃO EM ÁREAS POUCO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO: LED 5W; INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO: MÍNIMA DE 30.000 LUX; COR DA LUZ: BRANCA; TEMPERATURA COR: 6000K; FILTRO: UV ESCAMOTEÁVEL; ALIMENTAÇÃO: BATERIA LÍ-ION DE LÍTIO; REGISTRO: ANVISA; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O APARELHO DEVERÁ: POSSUIR LUPAS BINOCULAR AMPLIAÇÃO DE 2,5X OU 3,5X; MODO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO: CONTÍNUO; GARANTIA DE 1 ANO; POSSUIR ILUMINAÇÃO COAXIAL HOMOGÊNEA E LIVRE DE SOMBRAS; POSSUIR BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL DE NO MÍNIMO 1200MAH COM APROXIMADAMENTE 2 HORAS DE AUTONOMIA; PERMITIR QUE O USUÁRIO VEJA AS CARACTERÍSTICAS DO TECIDO SEM DISTORÇÕES; SER LIVRE DE MANUTENÇÃO; SER LIVRE DE RAIOS UV. O APARELHO DEVERA POSSUIR: DIÂMETRO DO FOCO 60 - 120MM; REGULADOR DE INTENSIDADE (MÍNIMO 3 NÍVEIS) E ABERTURA DO CAMPO DE VISÃO DE 60 A 120 MM; • DISTÂNCIA DE TRABALHO ENTRE 340MM A 500 MM; ÂNGULO ILUMINAÇÃO ±25° GRAUS A ±100° GRAUS (AJUSTÁVEL); ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO: • 01 SUPORTE PARA CABEÇA COM ILUMINAÇÃO LED E CAPACETE REGULÁVEL; • 01 BATERIA LÍ-ION DE LÍTIO; • 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO: 127-220V/50-60HZ • 01 ESTOJO PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO; • DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO; • MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA - ZOO BR 116, KM 252 S/N PARADA 41 COLONIAL SAPUCAIA DO SUL RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL - DSA DR. CASTRO DE MENESES 275 ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

Lote 2 AUTOCLAVE VERTICAL DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR- VOLUME 75L - 1 PORTA- TAMPABRONZE

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 234.913,90

Item 1 - 0870.0008.010001

AUTOCLAVE VERTICAL DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR- VOLUME 75L - 1 PORTA- TAMPABRONZE

QUANTIDADE: 13,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.070,30

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - VOLUME INTERNO: 75L; NÚMERO DE PORTAS: 1 PORTA; TIPO DE PORTA: TAMP A EM BRONZE FUNDIDO; TIPO DE IMPRESSORA: NÃO SE APLICA; QUANTIDADE DE CARROS EXTERNO: NÃO SE APLICA; QUANTIDADE DE CESTOS: 2; QUANTIDADE DE RACK: NÃO SE APLICA; DESCRIÇÕES COMPLEMENTARES: CALDEIRA VERTICAL SIMPLES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; VÁLVULA DE CONTROLE COM SISTEMA CONTRA PESO REGULÁVEL PARA LIBERAR PRESSÃO; MANÍPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR; PEDAL PARA AUXILIAR NA ABERTURA DA TAMP A; PAINEL COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA COM 3 POSIÇÕES (MIN.MED.MAX); REGISTRO ESFERA: PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA; MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C; VOLTAGEM: 220V;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 9

LOC/AS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 1

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

Lote 3 VÍDEO - LARINGOSCÓPIO PARA PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 73.400,00

Item 1 - 0870.0190.010135

VÍDEO - LARINGOSCÓPIO PARA PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO

QUANTIDADE: 4,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.350,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

VÍDEO - TIPO: LARINGOSCÓPIO; INDICAÇÃO DE USO: PARA PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO; TIPO DE TELA: LCD COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640/480; TAMANHO DA TELA: MÍNIMO 3,5 POLEGADAS; TIPO DE ILUMINAÇÃO DA LÂMINA: LED; TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE VÍDEO: MÍNIMO DE 30 FPS; MEMÓRIA INTERNA: MÍNIMO 4 GB; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL; TEMPO DE DURAÇÃO DA BATERIA: MÍNIMO 200 MINUTOS; GARANTIA: MÍNIMA DE 06 MESES; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O VÍDEO LARINGOSCÓPIO DEVERÁ POSSUIR: - CÂMERA DE LÂMINA INCLUSA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2.0 MEGA PIXELS E ÂNGULO DE CAMPO DE 68º GRAUS E ILUMINAÇÃO >1.000 LUX - FUNÇÃO ANTI-EMBAÇANTE AO LIGAR SEM PREAQUECIMENTO. - FUNÇÃO DE FOTOVÍDEO; DEVERÁ ACOMPANHAR O VÍDEO LARINGOSCÓPIO: - MÍNIMO 3 LAMINAS REUTILIZÁVEIS DE TAMANHOS DIFERENTES (Nº 3, Nº 4 E LÂMINA VIA AÉREA DIFÍCIL Nº 3 OU Nº 4). 01 - CABO USB PARA CONEXÃO COM MONITOR EXTERNO E CARREGAMENTO 01 - CABO



METÁLICO 01 - MANUAL DE USO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 4

Lote 4 ASPIRADOR DE SECREÇÕES MANUAL PORTÁTIL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 7.502,85

Item 1 - 0870.0190.010227

ASPIRADOR DE SECREÇÕES MANUAL PORTÁTIL

QUANTIDADE: 15,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 500,19

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL - TIPO: ASPIRADOR MANUAL PORTÁTIL; INDICAÇÃO DE USO: AMBIENTE EXTRA HOSPITALAR, DURANTE TRANSPORTE DE VÍTIMAS.; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, MOLDADO NO FORMATO PISTOLA; OS MATERIAIS DOS TUBOS E RESERVATÓRIO SER EM POLIETILENO.; CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL: LEVE, PORTÁTIL E FÁCIL DE USAR (POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM UMA DAS MÃOS);; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVERÁ CONTER UM GATILHO PARA BOMBEAMENTO DE SECREÇÃO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO; ATINGIR UM VÁCUO DE, NO MÍNIMO, 500MMHG; DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UM RECIPIENTE RESERVATÓRIO DE SECREÇÃO DE, NO MÍNIMO, 250ML; DEVERÁ FUNCIONAR COM PRESSÃO NEGATIVA ATRAVÉS DO TUBO, SUGANDO O LÍQUIDO PARA O RESERVATÓRIO; ; REGISTRO: ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7º BBM RUA INDEPENDENCIA 1320 CENTRO PASSO FUNDO RS QUANTIDADE: 15

Lote 5 CARRO MACA - 1 LEITO SUPORTAR 200KG - HIDRAULICO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 133.426,70

Item 1 - 0870.0190.010253

CARRO MACA - 1 LEITO SUPORTAR 200KG - HIDRAULICO

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 13.342,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRO MACA - TIPO DO CARRO: HIDRAULICO; NUMERO DE LEITOS: UM; TIPO DE MATERIAL: AÇO CARBONO; ESTRUTURA: AÇO1020; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA; PESO MÁXIMO SUPORTADO: ATÉ 200KG; LARGURA MÍNIMA: 0,77 M; ALTURA MÍNIMA: 0,71 M; COMPRIMENTO MÍNIMO: 2,13 M; CERTIFICAÇÃO: ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA: 12 MESES; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - LEITO RADIO TRANSPARENTE EM FENOLITE. - SISTEMA DE REALIZA MOVIMENTOS INDIVIDUAIS DE ELEVAÇÃO DO DORSO E DE ELEVAÇÃO DA SEÇÃO DAS PERNAS EM CONJUNTO COM A ELEVAÇÃO DA SEÇÃO DAS COXAS, ATRAVÉS DE MOLA A GÁS, PERMITINDO A POSIÇÃO DE FOWLER. TAMBÉM REALIZA O MOVIMENTO DE TRENDELENBURG. OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO LEITO SE DÃO ATRAVÉS DE PISTÃO HIDRÁULICO. - COLCHONETE DE ESPUMA ORTOPÉDICA DENSIDADE 23 COM DIMENSÕES 1840 X 620 X 60 [MM] ISENTO DE LÁTEX COM REVESTIMENTO CERTIFICADO BIOCAMPÁTIVEL, CONFORME NORMA DA ABNT NBR ISO 10993-1. - PARA-CHOQUE (BUMPER): DE MATERIAL PLÁSTICO NOS QUATRO CANTOS E NAS LATERAIS DA MACA, PROJETADO PARA ABSORVER ALTOS IMPACTOS. - GRADES LATERAIS TIPO EMPALHÁVEL, COM COLUNAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM ALAVANCA EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ACIONAMENTO DO RECOLHIMENTO DAS GRADES. DEVERÁ POSSUIR MECANISMO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO EM SUA ELEVAÇÃO MÁXIMA, FÁCIL DE OPERAR E ESTÁVEL PARA USO. - ACESSÓRIOS INTEGRANTES: SUPORTE DE SORO (INOX), SUPORTE DE DRENO (INOX) E SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. - ACESSÓRIOS OPCIONAIS: SUPORTE DE ÉCRAN (INOX), QUINTA RODA, CILINDRO DE OXIGÊNIO E SUPORTE PARA MONITOR. PESO SUPORTADO 200KG OU SUPERIOR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**Lote 6 ASPIRADOR CIRÚRGICO CONTINUO OU INTERMITENTE - 460MM X 400MM X 850MM**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 73.744,98

Item 1 - 0870.0190.010259

ASPIRADOR CIRÚRGICO CONTINUO OU INTERMITENTE - 460MM X 400MM X 850MM**QUANTIDADE:** 6,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 12.290,83**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ASPIRADOR CIRÚRGICO - **TIPO:** CIRÚRGICO; **UTILIZAÇÃO:** PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM OU SUÇÃO OU VÁCUO OU ASPIRAÇÃO; **MODO DE FUNCIONAMENTO:** CONTINUO OU INTERMITENTE; **REGISTRO ANVISA:** SIM; **ISENTO DE ÓLEO:** SIM; **ALIMENTAÇÃO:** 110-240V OU 220/110-127V OU 127/220V; **FREQUÊNCIA:** 50 OU 60 HZ; **ALÇAS OU BARRAS:** SIM; **NÍVEL DE RUÍDO:** MÁXIMO 60 DBA; **VAZÃO LIVRE OU FLUXO DE ASPIRAÇÃO:** MÍNIMA 60 LPM; **FRASCOS:** MÍNIMO 02 COM CAPACIDADE DE 5L; **COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE:** MÍNIMA 460MM; **LARGURA:** MÍNIMA 400MM; **ALTURA:** MÍNIMA 850MM; **GARANTIA:** MÍNIMA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 18, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 6**Lote 7 CARRO PARA MEDICAMENTOS/INSTRUMENTOS - 4 GAVETAS**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 156.990,18

Item 1 - 0870.0190.010303

CARRO PARA MEDICAMENTOS/INSTRUMENTOS - 4 GAVETAS**QUANTIDADE:** 23,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 6.825,66**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CARRO PARA MEDICAMENTOS/INSTRUMENTOS - **PINTURA:** PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA EM EPOXI; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO; **RODÍZIOS:** SIM, COM FREIOS NAS RODAS FRONTAIS; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **NÚMERO DE GAVETAS:** MÍNIMO 4 GAVETAS; **FORMAS DE TRAVA:** SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS GAVETAS; **MATERIAL PUXADORES:** PUXADOR LATERAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO INOX; **DEMAIS CARACTERÍSTICAS::** • SUPORTE PARA PERFURO CORTANTE E SIMILARES; • SUPORTE PARA LIXEIRA COM LIXEIRA PLÁSTICA; • GAVETEIRO COM GAVETAS, INCLUINDO BANDEJAS COM DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS; • GAVETAS PORTA-OBJETOS (DOCUMENTOS), COM DIVISÓRIAS INTERNAS E PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO • SUPORTE PARA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS; • SUPORTE PARA TECLADO E MOUSE OU PARA NOTEBOOK; • SUPORTE PARA MONITOR COM REGULAGEM DE ALTURA; • TOPO E BANDEJA LATERAL COM BORDAS ELEVADAS. ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20**LOCAS DE ENTREGA:**SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA - ZOO BR 116, KM 252 S/N PARADA 41 COLONIAL SAPUCAIA DO SUL RS QUANTIDADE: 1**LOCAS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL - DSA DR. CASTRO DE MENESES 275 ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2**Lote 8 BOMBA - INFUSÃO COMPATÍVEL COM SERINGAS PERFUSORAS HOSPITALAR**



TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 48.655,28

Item 1 - 0870.0190.010304

BOMBA - INFUSÃO COMPATÍVEL COM SERINGAS PERFUSORAS HOSPITALAR

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 12.163,82

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOMBA - TIPO: BOMBA DE INFUSÃO COMPATÍVEIS COM SERINGAS PERFUSORAS; USO: HOSPITALAR; VELOCIDADE DE FLUXO: 0,01 A 1000 ML/H; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** 1. COMPATÍVEIS COM PELO MENOS 3 SERINGAS PERFUSORAS (COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO PARA USO EM BOMBA DE SERINGA) COMERCIALIZADAS NO MERCADO, PARA OS TAMANHOS DE 5/10/20/30/50/60 ML E TER RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TAMANHO DA SERINGA; 2. MODO TCIALVO CONTROLADA COM NO MÍNIMO 4 PROCTOLOS; 3. COM TELA PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE NO MÍNIMO TRÊS POLEGADAS COM TECNOLOGIA TOUCHSCREEN, COM BRILHO DE TELA AJUSTÁVEL; 4. PESO MÁXIMO DE 2,5KG; 5. PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 2,5%; 6. MODOS: TCI, TIVA, ML/H, DOSAGEM, TEMPO DA DOSAGEM, TEMPO, SEQUENCIAL, RAMPA, MODO DESPERTAR, MODO PARA NEONATO; 7. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP32; 8. COM PROGRAMAÇÃO DO VOLUME DE 0,01 A 9.999 ML; 9. GARANTIR TAXA DE FLUXO DE 0,01 A 1000 ML/H; 10. PERMITIR A TROCA DA VAZÃO SEM PAUSAR A INFUSÃO; 11. KVO PROGRAMÁVEL; 12. DEVE CONTER O NOME DA DROGA NA TELA DE INFUSÃO; 13. DETECÇÃO DE OCLUSÃO DE NO MÍNIMO 3 NÍVEIS; 14. COM SISTEMA DE ALARMES E PRÉ-ALARMES VISUAIS E SONOROS; 15. COM PELO MENOS 2 NÍVEIS DE ALARME E VOLUME SELECIONÁVEL. 16. BATERIA DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 5 HORASE COM CARREGAMENTO DE CARGA MÁXIMA DE ATÉ 8 HORAS. 17. POSSUIR CLAMP PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO; 18. DEVE ACOMPANHAR MANUAIS IMPRESSOS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL) E SERVIÇO/SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL). 19. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO OPERACIONAL DE FORMA PRESENCIAL ADEQUADO AOS USUÁRIOS E DE SERVIÇO PARA EQUIPE TÉCNICA; 20. POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DEVERÁ SER INDICADA NA PROPOSTA); 21. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO; 22. FORNECER DEMAIS ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;; **ALIMENTAÇÃO:** 100-240V~50HZ/60HZ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO E CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (PADRÃO BRASILEIRO - NBR 14136); **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **REGISTRO:** NA ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 4

Lote 9 GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER - MARCA: CARDIOS MODELO: CARDIOLIGHT

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 425.630,00

Item 1 - 0870.0190.010306

GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER - MARCA: CARDIOS MODELO: CARDIOLIGHT

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 42.563,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GRAVADOR DIGITAL DE HOLTER - TAMANHO: 82X60X14 MM; MARCA: CARDIOS; **ALIMENTAÇÃO:** 01 PILHA AAA (PALITO) E OU PILHA AAA RECARREGÁVEL; PESO: 47 G; **REGISTRO:** ANVISA/MS: 10361050006; **GARANTIA:** 3 ANOS DE GARANTIA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS); **TIPO DE MÍDIA:** CARTÃO SD (SECURE DIGITAL); **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** AQUISIÇÃO DO SINAL: 800 PPS. – 12 BITS; CIRCUITO DE DETECÇÃO DE MARCA-PASSO; RELÓGIO INTERNO; ALARMES LUMINOSOS E SONOROS; **ACESSÓRIOS:** -CABO DE 4 VIAS, -CLYPE; -CAPANGA DE COURO E 02 CARTÕES DE MEMÓRIA; **TIPO DE SOFTWARE:** CARDIOSMART 550; **MODELO:** CARDIOLIGHT;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Lote 10 FOCO CIRÚRGICO - DIVERSOS TIPOS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total



TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 77.826,60

Item 1 - 0870.0222.009994

FOCO CIRÚRGICO - FOCO MÓVEL MÍNIMO DE 100.000 LUX

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 24.827,20

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FOCO CIRÚRGICO - TIPO DE FOCO CIRÚRGICO: FOCO MÓVEL; INTENSIDADE DAILUMINAÇÃO: MÍNIMO DE 100.000 LUX; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: BRASIL; TENSÃO: BIVOLT; TIPO DE REDE: BIFÁSICA; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA. CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL. VIDA UTIL DOS LEDS NO MÍNIMO DE 30.000 HORAS. COM MANOPLA AUTOCLAVAVEL PARA FOCALIZAÇÃO. AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 3000 E 6000 LUX. PAINEL DIGITAL. DURAÇÃO DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA DE NO MÍNIMO 3 HORAS .;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGASECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA - ZOO BR 116, KM 252 S/N PARADA 41 COLONIAL SAPUCAIA DO SUL RS QUANTIDADE: 1**LOCAS DE ENTREGA**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Item 2 - 0870.0222.009995

FOCO CIRÚRGICO - FOCO AUXILIAR MÍNIMA DE 8.000 LUX

QUANTIDADE: 5,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 669,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FOCO CIRÚRGICO - TIPO DE FOCO CLÍNICO/ CIRÚRGICO: FOCO AUXILIAR; INTENSIDADE DAILUMINAÇÃO: MÍNIMA DE 8.000 LUX; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: DEVERÁ SER REALIZADA NO LOCAL DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO OU, QUANDO TECNICAMENTE INVIÁVEL, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER RETIRADO NO LOCAL DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DEVOLVIDO NO MESMO LOCAL AO TÉRMINO DOS TRABALHOS; TENSÃO: 110 V OU 220 V; TIPO DE REDE: BIFÁSICA; GARANTIA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED ALTURA VARIÁVEL MÍNIMA ENTRE 90 CM E 164 CM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS ; NORMA REGULAMENTADORA A SER OBSERVADA: ANVISA; CERTIFICAÇÃO: INMETRO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGASECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2**LOCAS DE ENTREGA**SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA - ZOO BR 116, KM 252 S/N PARADA 41 COLONIAL SAPUCAIA DO SUL RS QUANTIDADE: 1**LOCAS DE ENTREGA**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 18

OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO



TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO; 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS E/OU DE INSTRUÇÕES ATUALIZADOS E, QUANDO NECESSÁRIO, ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPPEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA *