



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39122

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/03/2025

EDITAL NÚMERO: 239 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0001602-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECEER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM QUATRO GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 INCUBADORA MICROBIOLÓGICA - MICROPROC. TEMP. AMBIENTE

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 259.837,94

Item 1 - 0830.0183.010145

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA - MICROPROC. TEMP. AMBIENTE + 5°C ATÉ 65°/105°C 150 L

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 48.623,63

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA - TIPO: MICROPROCESSADA; TEMPERATURA: TEMP. AMBIENTE + 5°C ATÉ 65°/105°C; VOLUME: MÍNIMO 150 L; TENSÃO: 110 V OU 220 V; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES;

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: FAIXA DE AJUSTE DA TEMPERATURA: TEMPERATURA MÍNIMA: TEMPERATURA AMBIENTE MAIS 5 °C; TEMPERATURA MÁXIMA: DE 65°C ATÉ 105°C; COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO E PROGRAMÁVEL; COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA COM AJUSTE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR; COM ESTABILIDADE DA TEMPERATURA: ± 0,1 °C A 37 °C; COM UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA: ATÉ ± 0,4 °C A 37 °C; COM ALARME AUTOMÁTICO PARA EXCESSO DE TEMPERATURA; TEMPO DE RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA APÓS A ABERTURA DA PORTA POR 30 SEGUNDOS A 37 °C MENOR OU IGUAL A 4 MINUTOS; COM PARTE EXTERNA EM AÇO REVESTIDO EM PÓ OU COM PINTURA EPÓXI; COM PARTE INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL; ACOMPANHA DUAS PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL; NÍVEL DE RUÍDO MENOR OU IGUAL A 45 DB; DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS (L X P X A) EM MM: 710 X 825 X 970; PESO: ATÉ 92 KG; COM INTERFACE RS 485 E 422 OU RS232; COM PORTA DE ACESSO COM ABERTURA DE 42 MM DE DIÂMETRO PARA INTRODUÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AMOSTRAS INDEPENDENTE; COM CERTIFICAÇÕES CCSAUS, CE OU EQUIVALENTES A NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS; TENSÃO E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ORGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO";

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA ENOLÓGICA (LAREN) AV. DA VINDIMA 1855 EXPOSICAO CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 1

Item 2 - 0830.0183.010146

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA - MICROP TEMP. AMBIENTE + 5°C ATÉ 65°C/75°C MÍN 400 L

QUANTIDADE: 1,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 65.343,42

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA - TIPO: MICROPROCESSADA; **TEMPERATURA:** TEMP. AMBIENTE + 5°C ATÉ 65°C/75°C; **VOLUME:** MÍNIMO 400 L; **TIMER:** SIM; **CIRCULAÇÃO DE AR:** CONVECÇÃO OU FORÇADA; **TENSÃO:** 110 V OU 220 V; **GARANTIA MÍNIMA:** MÍNIMO 12 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** TEMPERATURA MÍNIMA: TEMPERATURA DO AMBIENTE MAIS 5°C; TEMPERATURA MÁXIMA: DE 65°C A 75°C; COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADA E PROGRAMÁVEL; COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR POR CONVECÇÃO GRAVIDADE OU FORÇADA COM AJUSTE DA VELOCIDADE DO VENTILADOR; COM ESTABILIDADE DA TEMPERATURA: ATÉ ± 0,4 °C A 37 °C; COM UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA: ATÉ ± 0,5 °C A 37 °C; COM ALARME AUTOMÁTICO PARA EXCESSO DE TEMPERATURA; TEMPO DE RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA APÓS A ABERTURA DA PORTA POR 30 SEGUNDOS A 37 °C MENOR OU IGUAL A 8 MINUTOS; COM PARTE EXTERNA EMAÇO REVESTIDO EMPÓ OU COM PINTURA EPÓXI; COM PARTE INTERNA EMAÇO INOXIDÁVEL; ACOMPANHAM NO MÍNIMO DUAS PRATELEIRAS EMAÇO INOXIDÁVEL; NÍVEL DE RUÍDO MENOR OU IGUAL A 41 DB, OU SEM RUÍDO INERENTE; DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS (L X P X A) EM MM: 780 X 825 X 1990; PESO: ATÉ 170 KG; COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS NA BASE; COM INTERFACE RS 485 E 422 OU RS232; COM PORTA DE ACESSO COM ABERTURA DE 42 MM DE DIÂMETRO PARA INTRODUÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AMOSTRAS INDEPENDENTE; COM CERTIFICAÇÕES CCSAUS, CE OU EQUIVALENTES A NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS; TENSÃO E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ORGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Lote 2 AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO 10-12 LITROS 500°C

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 56.184,15

Item 1 - 0830.0183.010151

AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO 10-12 LITROS 500°C

QUANTIDADE: 11,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 5.107,65

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AGITADOR MAGNETICO - USO: AGITAÇÃO E AQUECIMENTO DE LÍQUIDOS; TIPO: COM AQUECIMENTO; **DISPLAY DIGITAL:** SIM; **NÍVEL DE AGITACAO:** 10 A 12 LITROS; **SUPORTE PARA TUBOS:** NÃO; **VELOCIDADE DE ROTACAO:** 0 A 1500 RPM; **TEMPERATURA DE TRABALHO:** 50°C A 500°; **VOLTAGEM:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE; **CERTIFICACAO CE:** NÃO; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **ACOMPANHA:** CABO DE FORÇA CONFORME ABNT; **INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM CERÂMICA OU VIDRO-CERÂMICA, MEDINDO 180MM X 180MM; TEMPERATURA DO CIRCUITO DE SEGURANÇA: 550° C; PRECISÃO TEMPERATURA NO PRATO ± 10°C; POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 1000W OU SUPERIOR; DEVERÁ POSSUIR CONTROLE DE TEMPERATURA E CONTROLE DE VELOCIDADE; DISPLAY DIGITAL DE LED; DEVERÁ POSSUIR AVISO DE CHAPA QUENTE ; CLASSE DE PROTEÇÃO: IP21; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO; PESO MÁXIMO: 5KG; FREQUÊNCIA: 50/60HZ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 9

LOCAS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Lote 3 ARMAZENADOR DE DADOS DIGITAL (DATALOGGER) DE TEMPERATURA E UMIDADE



TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 911.021,55

Item 1 - 0830.0183.010160

ARMAZENADOR DE DADOS DIGITAL (DATALOGGER) DE TEMPERATURA E UMDADE

QUANTIDADE: 1.531,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 595,05

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ARMAZENADOR DE DADOS DIGITAL (DATALOGGER) - FINALIDADE: DATALOGGER TEMPERATURA E UMDADE; TIPO: NÃO SE APLICA; CANAIS DE ENTRADA: NÃO SE APLICA; COMPATIBILIDADE: NÃO SE APLICA; INTERVALO DE LEITURAS: TAXA DE MEDIÇÃO: 1SEG. A 24H; ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA: 32.000 (16.000 CADA PARA TEMPERATURA E UMDADE); AMBIENTE DE OPERAÇÃO: FAIXAS ACEITÁVEIS DE TEMPERATURA ENTRE: -40 A 70 °C / -40 A 158 °F; PRECISÃO TEMPORÁRIA: ± 1 °C; FAIXA DE UMDADE: 0 A 100% RH; PRECISÃO DE UMDADE: ± 3,5% RH; REQUISITOS DE ENERGIA: BATERIA INTERNA E OU PILHA; INTERFACE: SOFTWARE DE ANÁLISE: WINDOWS A PARTIR DO 98; COMUNICAÇÃO COM PC ATRAVÉS USB COM O RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO, POSSIBILITANDO GERAR RELATÓRIOS; ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO ITEM: CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM RASTREABILIDADE INMETRO/RBC, ATENDE NORMAS RDC304, RDC360 E RDC430; ASSISTENCIA TECNICA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL; GARANTIA: MÍNIMO 06 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

LOCAS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ CACHOEIRA DO SUL MARECHAL FLORIANO 493 CENTRO CACHOEIRA DO SUL RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1500

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

Lote 4 INCUBADORA DE CO2 JAQUETA DE AR QUENTE 5°A 60°C - 150 À 190 LITROS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 210.000,00

Item 1 - 0830.0183.010162

INCUBADORA DE CO2 JAQUETA DE AR QUENTE 5°A 60°C - 150 À 190 LITROS

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 70.000,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

INCUBADORA MICROBIOLÓGICA - TIPO: DE CO2 JAQUETA DE AR QUENTE; FAIXA DE TEMPERATURA: 5°C ACIMA DA AMBIENTE ATÉ O MÁXIMO DE 60°C; RESOLUÇÃO DA TEMPERATURA: 0,25 A 0,3°C; VOLUME: 150 À 190 LITROS; TENSÃO: INDIFERENTE; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: COM FILTRO HEPA INTERNO; SISTEMA DE AQUECIMENTO POR JAQUETA/CAMISA DE AR QUENTE; CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO (PID); CÂMARA INTERNA COM CANTOS ARREDONDADOS, EM AÇO INOX ESCOVADO; FAIXA DO CO2: DE 0,0 A 20%; ALARME DE CONCENTRAÇÃO DE CO2; ACOMPANHA 3 PRATELEIRAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

VALOR UNITÁRIO: R\$ 13,05



FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PONTEIRA MCROPIPETA - CAPACIDADE MÁXIMA: 200 MCL; FILTRO: SEM FILTRO; LIVRE DNASE/RNASE/PIROGÊNIO: NÃO; AUTOCLAVÁVEL: SIM; ESTÉRIL: SIM; TRANSLÚCIDA: SIM; COR: AMARELO; MATERIAL DA PONTEIRA: POLIPROPILENO VIRGEM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES;
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO
LOCAS DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 7
LOCAS DE ENTREGA: INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 20
LOCAS DE ENTREGA: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5
LOCAS DE ENTREGA: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL - DSA DR. CASTRO DE MENESES 275 ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Lote 7 PAPEL P/ GERMINAÇÃO - 380,00 MM X 280,00 MM - PH NEUTRO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 7.643,50

Item 1 - 0830.0507.000725
PAPEL P/ GERMINAÇÃO - 380,00 MM X 280,00 MM - PH NEUTRO
QUANTIDADE: 25,0000UNIDADE: cxVALOR UNITÁRIO: R\$ 305,74
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAPEL P/ GERMINAÇÃO - GRAMATURA DO PAPEL: 65 MG²; FORMATO PAPEL: RETANGULAR ; COMPRIMENTO: 380,00 MM; LARGURA: 280,00 MM; FORNECIMENTO: CAIXA COM 1.000 FOLHAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PH NEUTRO;
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO
LOCAS DE ENTREGA: INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ CACHOEIRA DO SUL MARECHAL FLORIANO 493 CENTRO CACHOEIRA DO SUL RS QUANTIDADE: 5
LOCAS DE ENTREGA: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Lote 8 MICROTUBO 2,0 ML PP GRADUADO S/ DNASE FUNDO CÔNICO 500 UNI

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 13.887,00

Item 1 - 0830.0507.000746
MICROTUBO 2,0 ML PP GRADUADO S/ DNASE FUNDO CÔNICO 500 UNI
QUANTIDADE: 90,0000UNIDADE: emVALOR UNITÁRIO: R\$ 154,30
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



MCROTUBO - VOLUME: 2,0 ML.; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: TRANSPARENTE; TIPO DE TAMPA: ACOPLADA; AUTOCLAVÁVEL: SIM; GRADUADO: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 500 MCROTUBOS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: LIVRE DE DNASE, RNASE, E PIROGÊNICOS. FUNDO CÔNICO. RESISTENTE ATÉ 20.000 RCF DE CENTRIFUGAÇÃO ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO; 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS E/OU DE INSTRUÇÕES ATUALIZADOS E, QUANDO NECESSÁRIO, ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.