



RES: PE 0020/2025 - LOTE 07 - ANALISE PROPOSTA FINAL E CATALOGO TÉCNICO.

De Sofia - Biogen <vendas1.biogen@uol.com.br>

Data Ter, 08/04/2025 10:30

Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Cc Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Bom dia! Tudo bem?

O produto só suporta no máximo 40 ciclos

Att.

Sofia Todeschini Adami

Auxiliar Administrativo | RS - Life Sciences Solutions – Dealer Autorizado

[Biogen Biotecnologia e Química Ltda.](#)

Rua Dr. João Dahne, 07 • Porto Alegre • RS • 91110-070

Phone: +55 51 3348 - 3906 ou +55 51 9 8042 - 9535

Cadastro Anvisa nº 8.10402.2

vendas1.biogen@uol.com.br

thermo
scientific

applied
biosystems

invitrogen

gibco

iontorrent

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 8 de abril de 2025 10:04

Para: Sofia - Biogen <vendas1.biogen@uol.com.br>

Cc: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Assunto: PE 0020/2025 - LOTE 07 - ANALISE PROPOSTA FINAL E CATALOGO TÉCNICO.

Prioridade: Alta

Senhor Licitante,

Tendo em vista a manifestação do Órgão Técnico, referente ao prouto ofertado no PE 0020/2025 - Lote 07 - (e-mail encaminhado em 12/03/2025), solicito com a maior urgência, manifestação da empresa Licitante, acerca da diligência requerida para complementação do catálogo técnico, conforme abaixo transcrito:

"Com relação a análise da proposta final do item 7 do pregão eletrônico 0020-2025, verificando o material encaminhado em anexo, o item ofertado atende a quase todos os itens, com exceção de suportar 55 ciclos de PCR. Pela ficha técnica do produto e minha experiência laboratorial eu acredito que ela suporte 55 ciclos, mas essa informação não está clara. Talvez a empresa possa identificar essa informação na ficha técnica. "

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

Pregoeiro.



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão

+55 (51) 3288 1172 • 1173 • 1178

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br