



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

POLÍCIA CIVIL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DMP PC - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

E-MAIL

DMP-SPA@POLICIACIVIL.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39519

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 07/05/2025

EDITAL NÚMERO: 461 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/05/2025 14:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/1204-0023566-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO E MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL. CONSIDERANDO QUE O TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO POSSUI UM PAPEL IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES, POR MEIO DA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO FÍSICA, A AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO GARANTIRÁ UMA MELHORIA NO TRATAMENTO E A REDUÇÃO DE COMPLICAÇÕES CLÍNICAS EM LONGO PRAZO, GARANTINDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA AOS PACIENTES E CONSEQUENTEMENTE, MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FÍSICO PRINCIPALMENTE DOS PACIENTES QUE SÃO POLICIAIS CIVIS DA ATIVA. É VIÁVEL A CONTRATAÇÃO JÁ QUE O ITEM EQUIPARÁ A DIVISÃO DE SAÚDE/DAP QUE TEM COMO FUNÇÃO PRECÍPUA O ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS CIVIS E SEUS DEPENDENTES.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CANETA LASER INFRAVERMELHO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.290,00

Item 1 - 0870.0190.010228

EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CANETA LASER INFRAVERMELHO 904NM DE 25W

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.290,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR - TIPO DE EQUIPAMENTO: A CANETA LASER INFRAVERMELHO 904NM DE 25W - FONTE EMISSORA DE LUZ, COERENTE E COLIMADA, ABRANGENDO DIVERSOS TRATAMENTOS.;

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPRIMENTO DE ONDA: 904NM±10% POTÊNCIA MÍNIMA DO LASER: 25W MODO DE EMISSÃO: PULSADO FREQUÊNCIA MÍNIMA: 5KHZ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, POLICLÍNICA - DIVISÃO DE SAÚDE DELEGADO GRANT 115 SANTANA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

**OBSERVAÇÃO 1013**

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA *