



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39394

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/04/2025

EDITAL NÚMERO: 534 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/05/2025 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0000650-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

O INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS REALIZA EXAMES PERICIAIS RELACIONADOS AOS MAIS VARIADOS TIPO DE CRIMES SEMPRE QUE DEMANDADO PELOS ÓRGÃOS SOLICITANTES. DENTRE OS TIPOS DE PERÍCIA MAIS DEMANDADAS, ESTÃO AS VÁRIAS OPÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS LABORATORIAIS. SOB O GUARDA-CHUVA DESTE DEPARTAMENTO, SÃO REALIZADOS EXAMES DE IDENTIFICAÇÃO DE DROGAS, TOXICOLOGIA, IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR DNA, ENTRE OUTROS. SEJA PARA IDENTIFICAR UM CORPO OU O SUSPEITO DE UM CRIME POR MEIO DE EXAME DE DNA, SEJA PARA CONSTATAR COM PRECISÃO O TIPO DE DROGA APREENDIDA COM SUSPEITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, FAZ-SE NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE MICROPIPETAS. ESSES INSTRUMENTOS PERMITEM O PREPARO E A INSERÇÃO DO MICROVOLUME CORRETO DAS AMOSTRAS, SEJAM ELAS QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS, NOS EQUIPAMENTOS. APÓS OS EXAMES, SÃO ELABORADOS OS LAUDOS PERICIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTRUÇÃO DOS INQUÉRITOS POLICIAIS. ASSIM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS, E CONSEQUENTEMENTE, MANTER A PRODUÇÃO DOS LAUDOS PERICIAIS PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS LABORATORIAIS, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO/REPOSIÇÃO DE MICROPIPETAS DE 0,2-2 ?L. O INSTRUMENTO INDICADO PERMITE A PIPETAGEM DE PEQUENAS QUANTIDADES DE LÍQUIDOS COM A PRECISÃO DOS RESULTADOS QUE A POPULAÇÃO GAÚCHA NECESSITA. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE VERBA ORIUNDA DO FESP 2025 – PROJETO 5991 – RECURSO 8008. TRATA-SE DE AQUISIÇÃO EXTRAORDINÁRIA AO PCA 2025, VISTO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO ITEM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS LABORATORIAIS DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS, SOBRETUDO À REPOSIÇÃO DE MICROPIPETAS QUE ESTRAGARAM EM 2025, PARA ATENDIMENTO À AUDITORIA DO INMETRO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MICROPIPETA MONOCANAL - 0,2 A 2,0 UL -COMPATÍVEL EPPENDORF, THERMO E KASVI

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 20.084,60

Item 1 - 0830.0507.010147

MICROPIPETA MONOCANAL - 0,2 A 2,0 UL -COMPATÍVEL EPPENDORF, THERMO E KASVI

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.008,46

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MICROPIPETA MONOCANAL - VOLUME REGULÁVEL: SIM; VOLUME: MÍNIMO NA FAIXA DE 0,1 A 0,2 UL E MÁXIMO NA FAIXA DE 2,0 A 2,5 UL; AUTOCALIVÁVEL: SIM; TOTAL DE DÍGITOS: MÍNIMO TRÊS DÍGITOS; INCREMENTO: 0,002 UL; IMPRECISÃO DO VOLUME MÍNIMO: MÁXIMO 6,6 %; IMPRECISÃO DO VOLUME MÁXIMO: MÁXIMO 1 %; INEXATIDÃO DO VOLUME MÍNIMO: MÁXIMO 13,2 %; INEXATIDÃO DO VOLUME MÁXIMO: MÁXIMO 2,5 %; MATERIAL DO CORPO: PLÁSTICO; MATERIAL DO CONE (PONTA): INDIFERENTE; MATERIAL DO EJETO DE PONTEIRAS: INDIFERENTE; MATERIAL DO PISTÃO: AÇO INOXIDÁVEL; POSSUI NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO NO CORPO: SIM; GARANTIA: MÍNIMO 24 MESES; ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS PONTEIRAS EPPENDORF, THERMO E KASVI. COMPATÍVEL COM PONTEIRAS PADRÃO DE MERCADO DE VOLUME ATÉ 10UL DOS MODELOS LONGOS E CURTOS.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEIMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.