



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DA - PREGÃO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

E-MAIL

PREVISAORPSES@SAUDE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39625

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 21/05/2025

EDITAL NÚMERO: 359 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/06/2025 09:45

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2000-0065862-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE COMPRAS/SES, SÃO INCLUÍDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. COMUNICADO 79/2025. PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATA DE 12 MESES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA SECRETARIA ESTA CENTRALIZANDO AS COMPRAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, CONVEXA, RESINA SINTÉTICA, PRÉ-CORTADA, ABERTURA 32MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.181.680,00

Item 1 - 0870.1000.000072

BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL, CONVEXA, RESINA SINTÉTICA, PRÉ-CORTADA, ABERTURA 32MM

QUANTIDADE: 32.400,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 98,20

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

BOLSA DE OSTOMIA - TIPO: BOLSA PARA COLOSTOMIA, DRENÁVEL, CONVEXA, COM RESINA SINTÉTICA, ADESIVO HIPOALERGÊNICO E PELÍCULA PROTETORA DE PELE, PRÉ-CORTADA, ABERTURA DE 32MM;

TRANSPARENTE: SIM; ABERTURA RECORTÁVEL: NÃO; MEDIDA DA ABERTURA: 32MM; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: PRÉ-CORTADA E CONVEXA; MARCA CONVATEC;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 32400

Lote 2 CONJUNTO DE COLOSTOMIA - BOLSA E PLACA TRANSPARENTE 22 - 33MM CONVATEC

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total



TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.654.400,00

Item 1 - 0870.1000.000092

CONJUNTO DE COLOSTOMIA - BOLSA E PLACA TRANSPARENTE 22 - 33MM CONVATEC

QUANTIDADE: 33.600,0000 UNIDADE: cj VALOR UNITÁRIO: R\$ 79,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOLSA DE OSTOMA - TIPO: CONJUNTO DE COLOSTOMIA; **TRANSPARENTE: NÃO; ABERTURA RECORTÁVEL: SIM; MEDIDA DA ABERTURA: 22 - 33MM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA; REGISTRO: ANVISA;**
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: APARELHO COLETOR PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMA / ILEOSTOMA). SISTEMA DE DUAS PEÇAS (PLACA E BOLSA). BOLSA COLETORA DRENÁVEL, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO, COMPOSTA POR MATERIAL MACIO, FLEXÍVEL, HIDROFÓBICO, NÃO ADERENTE E HIPOALERGÊNICO, FLANGE DE 45MM, FLEXÍVEL, COM SUPORTE PARA CINTO DE SUSTENTAÇÃO, SISTEMA DE FECHAMENTO POR ENCAIXE DE CONECTORES PLÁSTICOS (TIPO VELCRO), COM FILTRO ANTI-ODOR. PLACA ADESIVA PROTETORA PLANA, BAIXO PERFIL, COM ANEL DE ACOPLAMENTO PARA A BOLSA COLETORA. PLACA COMPOSTA POR UM OU MAIS AGENTES PROTETORES: CERAMIDA, HIDROCOLÓIDE E/OU PECTINA, COM BORDA ADESIVA COMPOSTA POR MATERIAL FLEXÍVEL E HIPOALERGÊNICO. SIMILAR/COMPATÍVEL COM AS REFERÊNCIAS 1736079 (PLACA) E 1732557 (BOLSA) DA MARCA CONVATEC. ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 33600

Lote 3 BOLSA COLOSTOMIA PEDIÁTRICA RECORTÁVEL DE 8 MM A 40 MM, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 327.744,00

Item 1 - 0870.1000.000083

BOLSA COLOSTOMIA PEDIÁTRICA RECORTÁVEL DE 8 MM A 40 MM, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO

QUANTIDADE: 9.600,0000 UNIDADE: un VALOR UNITÁRIO: R\$ 34,14

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOLSA DE OSTOMA - TIPO: BOLSA PARA COLOSTOMIA PEDIÁTRICA, PLANA, DRENÁVEL, COM TELA PROTETORA NÃO ADERENTE DE NÃO TECIDO EM AMBOS OS LADOS, COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, RECORTÁVEL DE 8 MM A 40 MM, E COM CLIP DE FECHAMENTO EM VELCRO, COM JANELA DE VISUALIZAÇÃO.; **TRANSPARENTE: NÃO; ABERTURA RECORTÁVEL: SIM; MEDIDA DA ABERTURA: DE 8 MM A 40 MM;**
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: MARCA SALTS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 9600

Lote 4 BOLSA PARA UROSTOMIA DRENÁVEL, PLANA RECORTÁVEL, DE 19-45MM, CAPACIDADE 350 A 400ML

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.656.480,00

Item 1 - 0870.1000.000077

BOLSA PARA UROSTOMIA DRENÁVEL, PLANA RECORTÁVEL, DE 19-45MM, CAPACIDADE 350 A 400ML



QUANTIDADE: 40.800,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 40,60

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOLSA DE OSTOMIA - TIPO: BOLSA PARA UROSTOMIA, DRENÁVEL, PLANA, COM RESINA SINTÉTICA, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, RECORTÁVEL, DE 19-45 MM, CAPACIDADE DE 350 A 400ML; TRANSPARENTE: SIM;
MEDIDA DA ABERTURA: 19-45 MM; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: MARCA CONVATEC;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40800

Lote 5 BOLSA DE OSTOMIA - UMA PEÇA TRANSPARENTE ABERTURA RECORTÁVEL - 10-13MM A 43-55MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.193.372,00

Item 1 - 0870.1000.000093

BOLSA DE OSTOMIA - UMA PEÇA TRANSPARENTE ABERTURA RECORTÁVEL - 10-13MM A 43-55MM

QUANTIDADE: 27.600,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 79,47

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOLSA DE OSTOMIA - TIPO: BOLSA DE UROSTOMIA; TRANSPARENTE: SIM; ABERTURA RECORTÁVEL: SIM; MEDIDA DA ABERTURA: 10-13MM A 43-55MM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: UNIDADE; REGISTRO: ANVISA; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: APARELHO COLETOR PARA ESTOMA URINÁRIA (UROSTOMIA, URETEROSTOMIA, NEFROSTOMIA); SISTEMA DE UMA PEÇA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 27600

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.