



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39657

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/05/2025

EDITAL NÚMERO: 567 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/06/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0001465-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GENÉTICOS E TOXICOLÓGICOS, PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS LABORATORIAIS DO PRESENTE INSTITUTO SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DO ÓRGÃO CONFORME SRO ANEXADA NO PRESENTE EXPEDIENTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 11.093,52

Item 1 - 0830.0507.000771

MICROTUBO - VOLUME: 1,5 ML POLIPROPILENO TRANSPARENTE LIVRE DNASE/RNASE 500 UNI

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 93,51

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MICROTUBO - VOLUME: 1,5 ML; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: TRANSPARENTE (NATURAL); TIPO DE TAMPÁ: ACOPLADA; AUTOCLAVÁVEL: SIM; GRADUADO: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 500 MICROTUBOS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PARA USO EM CENTRÍFUGA. LIVRE DE DNASE/RNASE. LIVRE DE PIROGÊNIOS. ESTÉRIL. DEVERÁ SER RESISTENTE ATÉ 14.000 RCF.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

Item 2 - 0830.0507.010145

PONTEIRA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - VOLUME: MÍNIMO 0,1 A 10UL

QUANTIDADE: 12,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 145,21

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PONTEIRA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - VOLUME: MÍNIMO 0,1 A 10UL; BARREIRA: SIM; LONGA: SIM; EMBALAGEM: EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.; VALOR UNITARIO: NÃO; UNIDADE LICITATÓRIA: EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM PIPETA GILSON, EPPENDORF E RAININ. DEVERÁ SER LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS E DEVERÁ APRESENTAR BAIXO ÍNDICE DE RETENÇÃO. TIPO AXYGEN, OLEN, KSMI OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.