



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39627

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 21/05/2025

EDITAL NÚMERO: 363 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/06/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1205-0002676-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM; 0870.0507.010028 - MESA NECRÓPSIA COM TRITURADOR E EXAUSTÃO DE GASES

JUSTIFICATIVA

O INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS (IGP) DESEMPENHA PAPEL CRUCIAL SENDO REPRESENTANTE DA PERÍCIA CRIMINAL OFICIAL DO ESTADO DO RS. UMA DAS ATIVIDADES-FIM EXECUTADAS PELO IGP CORRESPONDE À ATUAÇÃO NO CAMPO DA MEDICINA-LEGAL, OPERACIONALIZADA ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MÉDICO-LEGAL E DOS POSTOS MÉDICO-LEGAIS. O IGP POSSUI LOCAIS DISTRIBUÍDOS POR TODO O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CUJAS ATIVIDADES SE RAMIFICAM ENTRE CLÍNICA E NECROTÉRIO E IMPLICAM NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS. MESAS DE NECROPSIA SÃO ITENS ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE NA ÁREA DO NECROTÉRIO; SÃO ITENS, INCLUSIVE, PREVISTOS NO GUIA DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO ELABORADO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. ATUALMENTE, O IGP DISPÕE DE CERCA DE 60 MESAS DE NECROPSIA, NO ENTANTO, CERCA DE 80% DELAS ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE OBSOLESCÊNCIA, QUE INCLUI QUESTÕES ERGONÔMICAS, DE DESGASTE TEMPORAL E DE AUSÊNCIA E/OU MELHORAMENTO DE FUNCIONALIDADES FRENTE AO MERCADO. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA PLANILHA DE RESILIÊNCIA - FUNRIGS, CONFORME SINALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO. ESSA CONTRATAÇÃO ESTÁ CADASTRADA NO SISTEMA GCE SOB A DEMANDA DE AQUISIÇÃO Nº. 1003.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MESA NECRÓPSIA COM TRITURADOR E EXAUSTÃO DE GASES

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 209.088,00

Item 1 - 0870.0507.010028

MESA NECRÓPSIA COM TRITURADOR E EXAUSTÃO DE GASES

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 104.544,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MESA NECRÓPSIA - ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL (DO TIPO AISI 304 OU 316); MATERIAL DO TAMPO: AÇO INOXIDÁVEL (DO TIPO AISI 304 OU 316); LARGURA MÍNIMA: 75CM; ALTURA MÍNIMA: 85 CM; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; COMPRIMENTO MÍNIMO: 250 CM; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVERÁ POSSUIR: CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL (DO TIPO 304 OU 316) - COM LARGURA MÍNIMA DE 40 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 14 CM - E TORNEIRA(S) COM SAÍDA DE ÁGUA QUENTE E FRIA (EM BICA COM MISTURADOR OU EM BICAS SEPARADAS); SUPORTE CRANIANO COM REGULAGEM; HIDRO ASPIRADOR COM VÁLVULA REGULADORA PARA SUÇÃO DE LÍQUIDOS OU VÁLVULA DE DRENO MANUAL; TRITURADOR DE RESÍDUOS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 HP ; HIDROESGUICHO DE PRESSÃO (OU JATO DE ÁGUA) PARA A LAVAGEM DOS CORPOS; SISTEMA DE DUTOS (TUBULAÇÃO) PARA A EXAUSTÃO DE GASES.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO



FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.