



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELCI

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELCI - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELCI@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELCI.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39762

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 09/06/2025

EDITAL NÚMERO: 633 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 17/06/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0003551-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE ITENS A SEREM UTILIZADOS NA NOVA SEDE DO DMEST NO 6 ANDAR DO PRÉDIO DO IPE. CONSIDERANDO AS PERDAS DE BENS DECORRENTES DOS DANOS SEVEROS OCASIONADOS À ANTIGA SEDE DO DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE DO TRABALHADOR (DMEST), DECORRENTES DE CALAMIDADE PÚBLICA, OS QUais INVIAZILIZARAM A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES NO LOCAL, Torna-se NECESSÁRIA A SUA REALOCAÇÃO PARA O ESPAÇO SITUADO NO 6º ANDAR, ALA NORTE, DO EDIFÍCIO-SEDE DOS INSTITUTOS (IPE PREV E IPE SAÚDE). VISTO QUE OS ITENS (ESFIGMOMANÔMETROS) ESTÃO COM VALORES REFERENCIAIS VÁLIDOS E NÃO HÁ PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PUBLICADO, ENTENDEMOS QUE A DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA ELETRÔNICA COM BASE NO INCISO II, ART. 75 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 (VALOR - OUTROS SERVIÇOS E COMPRAS) É A OPÇÃO MAIS ADEQUADA E CÉLERE PARA A AQUISIÇÃO DOS ITENS REQUERIDOS. SOBRE OS ESTETOSCÓPIOS, A EMPRESA DETENTORA DA ARP 1390/2024 NEGOU A ADESÃO À MESMA, IMPOSSIBILITANDO A COMPRA VIA CONSUMO DE ARP.

DESCRÍÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ESTETOSCÓPIO - BIARTICULAR USO ADULTO - OLIVAS SILICONE - HASTE AÇO INOX

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.169,50

Item 1 - 0870.0186.000004

ESTETOSCÓPIO - BIARTICULAR USO ADULTO - OLIVAS SILICONE - HASTE AÇO INOX

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 316,95

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ESTETOSCÓPIO - TIPO: BIARTICULAR; USO: ADULTO; TIPO DE MATERIAL DAS OLIVAS: SILICONE; TIPO DE MATERIAL DA HASTES: AÇO INOX TIPO DE MATERIAL DA ARTICULAÇÃO "Y": PVC; TIPO DE MATERIAL DO AUSCULTADOR: AÇO INOX TIPO DE MATERIAL DO DIAFRAGMA: FIBRA DE VIDRO; GARANTIA: 05 ANOS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: AUSCULTADOR COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS; HASTES BINAURAIS AJUSTÁVEIS, PARA UM RETORNO ACÚSTICO ADEQUADO; SISTEMA ANTI-FRIO NO ANEL E DIAFRAGMA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Lote 2 ESFIGMOMANÔMETROS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 3.039,54

Item 1 - 0870.0182.009997

ESFIGMOMANÔMETRO - CLINICO ADULTO

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 239,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ESFIGMOMANÔMETRO - TIPO DE ESGMOMANÔMETRO: CLINICO; TIPO DE PACIENTE: ADULTO; TIPO DE MATERIAL: NYLON; ACABAMENTO: EMBORRACHADO; ESCALA: DE 0 A 300 MMHG; Tamanho da CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: MÍNIMO 18 MÁXIMO 36; FECHAMENTO: VELCRO; GARANTIA: MÍNIMO 36 MESES; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O ESFIGMOMANÔMETRO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - SEM PEDESTAL - POSSUIR BRAÇADEIRA - POSSUIR MANGUITO - POSSUIR PEÇA INSUFLADORA COM VÁLVULA DE EXTENSÃO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Item 2 - 0870.0182.000002

ESFIGMOMANOMETRO MANUAL PARA OBESOS

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 320,27

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ESFIGMOMANOMETRO MANUAL PARA OBESOS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BRACADEIRA PARA OBESO COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 100.000 CI CLOS; MANGUITO E BULBO EM LATEX MANOMETRO RESISTENTE A IMPACTO, EVITANDO QUEBRAR OU PERDER A FERIÇÃO PRECISA DEVIDO A QUEDA; GARANTIA DE CALIBRACAO POR 5 ANOS; DEVERÁ ACOMPANHAR ESTOJO DE TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 3, 4, 60, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 3

INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO MÍNIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NÃO INDICADO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES ATRELADAS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 4

1. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO A PROPOSTA A INDICAÇÃO DE POSTO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA. 2. CASO ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE E ESTE NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRA A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 2.1 CASO O FABRICANTE NÃO EMITA A DECLARAÇÃO CITADA NO ITEM 2, O LICITANTE VENCEDOR PODERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO PRÓPRIA ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 E SUB-ITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.

OBSERVAÇÃO 60

O LICITANTE DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PORTA RIA DO INMETRO COMPROVANDO HOMOLOGAÇÃO DO MODELO OFERTADO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE AFERIÇÃO EMI DO POR EMPRESA ACREDITADA PELO INMETRO, NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR



AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.