



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39756

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 09/06/2025

EDITAL NÚMERO: 647 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/06/2025 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1500-0014710-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

O DDPA TEM A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES DO ITEM SOB CÓDIGO 0830.0507.010051 - ELETRODO QUÍMICO - COMBINADO DE PH AG/CL + BARREIRA IÔNICA 0 A 14 PH CONSIDERANDO QUE OS LABORATÓRIOS DOS CENTROS DE PESQUISAS UTILIZAM O EQUIPAMENTO EM SUAS ATIVIDADES DE ROTINA E DE PESQUISA. O EQUIPAMENTO É DE USO ROTINEIRO NOS LABORATÓRIOS E NECESSÁRIO PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS. A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO É VIÁVEL CONSIDERANDO QUE SERÁ ADQUIRIDA PELO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 4170 – PDI & VT.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ELETRODO QUÍMICO - COMBINADO DE PH AG/CL + BARREIRA IÔNICA 0 A 14 PH

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 13.799,39

Item 1 - 0830.0507.010051

ELETRODO QUÍMICO - COMBINADO DE PH AG/CL + BARREIRA IÔNICA 0 A 14 PH

QUANTIDADE: 11,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.254,49

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ELETRODO QUÍMICO - TIPO: COMBINADO DE PH; TIPO DE REFERÊNCIA: AG/CL + BARREIRA IÔNICA; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 14 PH; MATERIAL DO CORPO: VIDRO; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 100 ° C;

JUNÇÃO: CERÂMICA; ESCOAMENTO: SIM; CONECTOR: BCN; SOLUÇÃO DE ENCHIMENTO: KCL 3M (DM-S4); CABO: SIM; COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO; DIMENSÕES DO ELETRODO: 108 MM X 12 MM;

GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES; USO: MEDIÇÃO DE PH; COMPATIBILIDADE: PHMETROS DIGIMED; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ELETRODO MARCA DIGIMED, MODELO DME-CV1;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 11

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

