

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA
BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS
BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL
DS-SECOM@BMRS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA
NÚMERO DA COMPRA: 40002
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 09/07/2025
EDITAL NÚMERO: 781 / 2025
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/07/2025 09:35
NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0008572-6
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 EQUIPAMENTO HOSPITALAR - COLPOSCÓPIO - BINOCULAR**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 6.623,53

Item 1 - 0870.0190.010302**EQUIPAMENTO HOSPITALAR - COLPOSCÓPIO - BINOCULAR**

QUANTIDADE: 1,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 6.623,53

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** COLPOSCÓPIO - BINOCULAR ; **GARANTIA MÍNIMA:** MÍNIMO 12 MESES; **VOLTAGEM:** 110/220 V; **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR:** ALTA RESOLUÇÃO; OCULAR AJUSTÁVEL; TIPO FILTRO LUZ: VERDE REMOVÍVEL; CAPACIDADE DE AUMENTO: AUMENTO EM ATÉ 17 VEZES; V; TIPO LÂMPADA: LED 0 A 20 W; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDESTAL COM RODÍZIO; ALTURA REGULÁVEL: MÍNIMA 80 CM E MÁXIMA ATÉ 140 CM; TIPO REGULAGEM: FILTRO REGULÁVEL, CAMPO 18 MM, MICROENFOQUE, DISTÂNCIA FOCAL 300 MM.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800
PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

Lote 2 LASER - EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA/LASERTERAPIA FISIOTERAPIA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 7.515,98

Item 1 - 0870.0192.009996

**LASER - EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA/LASERTERAPIA FISIOTERAPIA****QUANTIDADE:** 2,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 3.757,99**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

LASER - TIPO DE EQUIPAMENTO: EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA/LASERTERAPIA; **INDICAÇÃO DE USO:** FISIOTERAPIA; **FREQUÊNCIA:** ATÉ 2 KHZ; **MODO DE EMISSÃO:** CONTÍNUO OU PULSADO; **TIMER:** AJUSTÁVEL, NO MÍNIMO ATÉ 60 MINUTOS; **VOLTAGEM:** BIVOLT; **REGISTRO:** ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** DEVERÁ ACOMPANHAR 01 CANETA DE LASER INFRAVERMELHO DE 904 OU 905 NM, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 207**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800
PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

* PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

