

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BMRS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40020

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 10/07/2025

EDITAL NÚMERO: 790 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/07/2025 09:35

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0008474-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 TERMOINJETORA DE GUTA PERCHA MODELO FI-G MARCA WOODPECKER**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 29.242,80

Item 1 - 0910.0643.000032**TERMOINJETORA DE GUTA PERCHA MODELO FI-G MARCA WOODPECKER****QUANTIDADE:** 4,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 7.310,70**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

TERMOINJETORA DE GUTA PERCHA - **ITEM:** TERMOINJETORA DE GUTA PERCHA; **INDICAÇÃO DE USO:** AQUECIMENTO E INJEÇÃO DE GUTA PERCHA EM CANAIS RADICULARES LIMPOS E INSTRUMENTADOS; **FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** BATERIA DE LÍCIO; **VOLTAGEM:** BIVOLT; **COMPONENTES:** 01 CANETA EXTRUSORA SEM FIO, 01 BASE CARREGADORA, 01 CARREGADOR, AGULHA 23G E AGULHA 25G; **AUTONOMIA MÍNIMA DA BATERIA:** 2.000 AMPERES; **FAIXA DE TEMPERATURA:** PELO MENOS ENTRE 150 E 200 GRAUS CELSIUS; **GARANTIA MÍNIMA:** 12 MESES; **MODELO E MARCA COMERCIAL:** MODELO FI-G DA MARCA WOODPECKER;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800
PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO
HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO



TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.