



RE: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

De Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>

Data Qui, 31/07/2025 17:16

Para Anna Carolina Bandeira Barreto <anna-barreto@spgg.rs.gov.br>

 2 anexos (511 KB)

FORMULÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRAS 1.pdf; ateste filtros.pdf;

Boa tarde,

Segue em anexo retorno da análise técnica do item Filtro de seringa.

att,



Alessandra Latorre

Técnico em Perícias

Chefe da Divisão de Materiais/DA/IGP/SSP

INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS - IGP ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Comendador Álvaro Guaspari, 40

CEP 90035-020 - Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3288-5183 / (51) 99386-8500 - www.igp.rs.gov.br

De: Anna Carolina Bandeira Barreto <anna-barreto@spgg.rs.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 5 de maio de 2025 12:07

Para: Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>

Assunto: RE: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

Bom dia, foi possível analisar a proposta?



Anna Carolina Bandeira Barreto

Assessoria da Procuradoria Setorial Especializada junto à
Subsecretaria da Administração Central de Licitações

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 02º andar
(51) 3288-1166 • asjur-celic@planejamento.rs.gov.br

De: Anna Carolina Bandeira Barreto <anna-barreto@spgg.rs.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 2 de maio de 2025 16:33
Para: Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>
Assunto: RE: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

Alessandra, boa tarde!

Informo que a empresa anterior foi desclassificada, por não encaminhar documentos previstos pelo edital.

Deste modo, foi convocada a próxima classificada, sendo a empresa Tzion Comércio de Prod e Inst Científicos Ltda. Assim, encaminho a sua documentação para verificarem se atende aos requisitos técnicos.



Anna Carolina Bandeira Barreto
Assessoria da Procuradoria Setorial Especializada junto à
Subsecretaria da Administração Central de Licitações

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 02º andar
(51) 3288-1166 • asjur-celic@planejamento.rs.gov.br

De: Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 30 de abril de 2025 10:08
Para: Anna Carolina Bandeira Barreto <anna-barreto@spgg.rs.gov.br>
Assunto: RE: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

Bom dia,

As amostras devem ser enviadas para:

Av. Voluntários da Pátria, 1358 - 3º andar para Laboratório.

Att,



Alessandra Latorre
Técnico em Perícias
Chefe substituta da Divisão de Materiais/DA/IGP/SSP

Divisão de Materiais
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS - IGP ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Comendador Álvaro Guaspari, 40

CEP 90035-020 - Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3288-5183 / (51) 99386-8500 - www.igp.rs.gov.br**De:** Anna Carolina Bandeira Barreto <anna-barreto@spgg.rs.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 29 de abril de 2025 18:37**Para:** Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>**Assunto:** RE: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

Boa tarde!

Para onde devem ser enviadas as amostras?

**Anna Carolina Bandeira Barreto**Assessoria da Procuradoria Setorial Especializada junto à
Subsecretaria da Administração Central de LicitaçõesAv. Borges de Medeiros, 1501 - 02º andar
(51) 3288-1166 • asjur-celic@planejamento.rs.gov.br**De:** Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 29 de abril de 2025 15:08**Para:** Anna Carolina Bandeira Barreto <anna-barreto@spgg.rs.gov.br>**Assunto:** ENC: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

Prezada,

Segue retorno técnico, quanto ao questionamento.

Att,

**Alessandra Latorre**

Técnico em Perícias

Chefe substituta da Divisão de Materiais/DA/IGP/SSP

Divisão de Materiais

INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS - IGP ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Comendador Álvaro Guaspari, 40

CEP 90035-020 - Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3288-5183 / (51) 99386-8500 - www.igp.rs.gov.br**De:** Carolina Lupi Dias <carolina-dias@igp.rs.gov.br>**Enviado:** terça-feira, 29 de abril de 2025 14:34

Para: Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>

Cc: Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>; Lara Regina Soccol Gris <lara-gris@igp.rs.gov.br>; Gustavo Lucena kortmann <gustavo-kortmann@igp.rs.gov.br>; Laboratorio de Pericias - [IGP] <laboratorio@igp.rs.gov.br>

Assunto: RE: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

Boa tarde, Alessandra

O catálogo do produto (FILTROS DE SERINGA) foi avaliado e, inicialmente, parece atender ao descritivo do Termo de Referência, apresentando informações (tabela abaixo) sobre as respectivas especificações.

Material de Membrana	Diâmetro	Poro	Cor	Pré-filtro*	Pré-limpo	Quantidade	Part number
Celulose Regenerada	13 mm	0,22 µm	Bordô	Não	Não	100	2202213 8002
	13 mm	0,45 µm	Bordô	Não	Não	100	2204513 8002
	25 mm	0,22 µm	Bordô	Não	Não	100	2202225 8002
	25 mm	0,45 µm	Bordô	Não	Não	100	2204525 8002
	33 mm	0,22 µm	Bordô	Sim	Não	100	2202233 8001
	33 mm	0,45 µm	Bordô	Sim	Não	100	2204533 8001
Nylon	13 mm	0,22 µm	Verde	Não	Sim	100	2202213 500C
	13 mm	0,45 µm	Branca	Não	Sim	100	2204513 500C
	25 mm	0,20 µm	Verde	Não	Sim	100	2202025 500C
	25 mm	0,45 µm	Branca	Não	Sim	100	2204525 500C
PES	25 mm	0,45 µm	Azul	Não	Sim	100	2204525 600C
PTFE Hidrofóbico	13 mm	0,22 µm	Roxa	Não	Sim	100	2202213 200C
	13 mm	0,45 µm	Laranja	Não	Sim	100	2204513 200C
	25 mm	0,22 µm	Roxa	Não	Sim	100	2202225 200C
	25 mm	0,45 µm	Laranja	Não	Sim	100	2204525 200C

Para validar o material a ser fornecido, seria necessário realizar uma verificação técnica. Solicitamos uma amostra do produto que a empresa pretende fornecer (cerca de 10 unidades de cada tipo de filtro).

Atenciosamente,



Carolina Lupi Dias

Perita Química Forense

Chefe da Divisão de Toxicologia Forense

Departamento de Perícias Laboratoriais - IGP

Porto Alegre - RS

De: Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 29 de abril de 2025 11:49

Para: Laboratorio de Pericias - [IGP] <laboratorio@igp.rs.gov.br>; Gustavo Lucena kortmann <gustavo-kortmann@igp.rs.gov.br>; Carolina Lupi Dias <carolina-dias@igp.rs.gov.br>; Lara Regina Soccol Gris <lara-gris@igp.rs.gov.br>

Assunto: ENC: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

Prezados,

Segue para análise técnica, conforme o solicitado.

Att,



Alessandra Latorre

Técnico em Perícias

Chefe substituta da Divisão de Materiais/DA/IGP/SSP

Divisão de Materiais

INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS - IGP ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Rua Comendador Álvaro Guaspari, 40

CEP 90035-020 - Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3288-5183 / (51) 99386-8500 - www.igp.rs.gov.br

De: Anna Carolina Bandeira Barreto <anna-barreto@spgg.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 29 de abril de 2025 11:39

Para: Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>

Assunto: ANALISE DE PROPOSTA - PE 0253/2025

Prezados, bom dia!

Foi realizada a abertura o pregão eletrônico 0253-2025, tendo a empresa melhor classificada encaminhado os documentos da proposta final juntamente do catálogo técnico.

Assim, solicito auxílio do órgão para identificar se o produto ofertado atende ao descritivo técnico previsto no termo de referência.

Aguardo retorno para prosseguimento do certame.



Anna Carolina Bandeira Barreto

Assessoria da Procuradoria Setorial Especializada junto à
Subsecretaria da Administração Central de Licitações

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 02º andar
(51) 3288-1166 • asjur-celic@planejamento.rs.gov.br



RE: Pregao 0253/25 CELIC: Amostra 00205/25 - amostras de filtro de seringa

De Adriana Santos Andrade <adriana-andrade@igp.rs.gov.br>

Data Qui, 31/07/2025 13:22

Para Silvana Soledade <silvana.soledade@tzionscientific.com.br>

Cc Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>; Carla Cafarate Nunes <carla-nunes@igp.rs.gov.br>; Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>; Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>; meybel.lima@tzionscientific.com.br <meybel.lima@tzionscientific.com.br>

Boa tarde!

As amostras de teste de filtros de seringa encaminhadas pela empresa **TZION COMÉRCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA** foram **APROVADAS**, pela Divisão de Toxicologia Forense do DPL (cliente), para aquisição pela Subsecretária da Administração Central de Licitação – CELIC/RS.

O presente parecer considerou a adequação dos produtos em relação ao termo de referência, a documentação solicitada pelo cliente e encaminhada pelo fabricante **Zhejiang ALWSCI Technologies Co, Ltd.** a pedido da empresa, bem como, o desempenho das amostras de teste (20 peças do Lote M07014BSF do filtro de PTFE hidrofílico de 13 mm, 0,22 µm; 20 peças do Lote L04420BSF do filtro de celulose regenerada 13 mm, 0,22 µm) enviadas para nossa avaliação.

Foram encaminhados os seguintes documentos (Certificados de Análise do Lote M07014BSF do filtro de PTFE hidrofílico de 13 mm, 0,22 µm e do Lote L04420BSF do filtro de celulose regenerada 13 mm, 0,22 µm, Certificados de Produção ISO13485, Certificado de qualidade ISO9001 e declaração de conformidade técnica assinada pelo gerente de vendas do fabricante.

Segue, em anexo, o formulário para validação de amostras enviado por TZION COMÉRCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.

 [FORMULÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRAS 1.pdf](#)

Atenciosamente,

Adriana S. Andrade

Perito Químico-Forense

id3803481

De: Silvana Soledade <silvana.soledade@tzionscientific.com.br>

Enviado: terça-feira, 29 de julho de 2025 09:02

Para: Adriana Santos Andrade <adriana-andrade@igp.rs.gov.br>

Cc: Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>; Carla Cafarate Nunes <carla-nunes@igp.rs.gov.br>; Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>; Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>; meybel.lima@tzionscientific.com.br <meybel.lima@tzionscientific.com.br>

Assunto: RES: Pregao 0253/25 CELIC: Amostra 00205/25 - amostras de filtro de seringa

Geralmente, você não recebe emails de silvana.soledade@tzionscientific.com.br.

[Saiba por que isso é importante](#)

Prezada Sra. Adriana,

Segue em anexo os laudos atestando as especificações técnicas exigidas.
Ficamos no aguardo de seu parecer.

Respeitosamente,



Silvana Soledad | CEO / SALES

+55 21 99280-0201
+55 21 98000-1251

silvana.soledade@tzionscientific.com.br
www.tzionscientific.com.br

De: Silvana Soledade <silvana.soledade@tzionscientific.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 25 de julho de 2025 16:12

Para: 'adriana-andrade@igp.rs.gov.br' <adriana-andrade@igp.rs.gov.br>

Cc: 'Alessandra Pereira Latorre Rebello' <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>; 'carla-nunes@igp.rs.gov.br' <carla-nunes@igp.rs.gov.br>; 'paulini-wegner@igp.rs.gov.br' <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>; 'fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br' <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>; 'meybel.lima@tzionscientific.com.br' <meybel.lima@tzionscientific.com.br>

Assunto: ENC: Pregao 0253/25 CELIC: Amostra 00205/25 - amostras de filtro de seringa

Prezada Sra. Adriana Santos Andrade,

Boa tarde.

Agradecemos o retorno e informamos que já estamos em contato com o fabricante para providenciar os documentos técnicos solicitados, incluindo:

- Laudo técnico dos produtos,
- Declaração de conformidade,
- Certificados de qualidade (como ISO 9001 e ISO 13485).

Tão logo estejam em nossas mãos, faremos o envio imediato para avaliação por este Instituto.

Aproveitamos a oportunidade para confirmar, respeitosamente, se será de fato exigido o laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. Perguntamos em razão de os documentos técnicos enviados serem completos, emitidos pelo próprio fabricante, com os devidos selos de controle de qualidade e rastreabilidade.

Quanto ao apontamento feito, solicitamos o fabricante para proceder a identificação individual do filtro celulose regenerada e distinção por cor.

Atenciosamente,



Silvana Soledad | CEO / SALES
+55 21 99280-0201
+55 21 98000-1251
silvana.soledade@tzionscientific.com.br
www.tzionscientific.com.br

De: contato@tzionscientific.com.br <contato@tzionscientific.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 25 de julho de 2025 13:28

Para: meibel.lima@tzionscientific.com.br; silvana.soledade@tzionscientific.com.br

Assunto: Pregao 0253/25 CELIC: Amostra 00205/25 - amostras de filtro de seringa

De: Adriana Santos Andrade <adriana-andrade@igp.rs.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 25 de julho de 2025 13:12

Para: contato@tzionscientific.com.br

Cc: Alessandra Pereira Latorre Rebello <alessandra-rebello@igp.rs.gov.br>; Carla Cafarate Nunes <carla-nunes@igp.rs.gov.br>; Paulini Braun Wegner <paulini-wegner@igp.rs.gov.br>; Fabiane Marconato Stringhini <fabiane-stringhini@igp.rs.gov.br>

Assunto: Amostra 00205/25 - amostras de filtro de seringa

Boa tarde!

As amostras testes 00205/25 foram recebidas no nosso laboratório (IGP-RS) e os produtos aguardam avaliação técnica.

Conforme previsto no Processo Eletrônico nº 24/1205-0001871-7, referente a aquisição de filtros de seringa, solicito que a empresa encaminhe laudos atestando as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

Aproveito a oportunidade para informar que observamos a ausência de identificação individual na amostra dos filtros de celulose regenerada encaminhados. O lote que será entregue virá dessa forma ou é problema de fabricação? Dessa forma fica difícil a diferenciação dos filtros, celulose e PTFE, visto que ambos são da mesma cor.

Aguardo o envio das documentações solicitadas.

Atenciosamente,

Adriana Santos Andrade

Perita Químico-Forense



Não contém vírus. www.avast.com



TZION COMERCIO DE PRODUTOS E
INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA
TEL: 21-98280-0201 / 21-98000-1251

AMOSTRA Nº:
00205/25

FORMULÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE AMOSTRAS

EMPRESA: Subsecretaria da Administração Central de Licitações-CELIC/RS
NOME DO USUÁRIO: ADRIANA SANTOS ANDRADE A/C.:
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO PERÍCIAS LABORATORIAIS Laboratório TOXICOLOGIA

PRODUTOS:

20 UND - ITEM 01-COD TZW-FE1322I-FILTRO SERINGA - MATÉRIA PRIMA: PTFE; DIÂMETRO: 13 MM; TAMANHO DOS POROS: EMBALAGEM
0,20 A 0,22 MICRAS; NÃO ESTERIL; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: H-PTFE HYDROPHILIZED
20 UND - ITEM 02-COD TZW-FR1322-FILTRO SERINGA - MATÉRIA PRIMA: CELULOSE REGENERADA; DIÂMETRO: 13 MM; TAMANHO DOS
POROS: 0,20 A 0,22 UM; NÃO ESTÉRIL

APROVADO

As amostras encaminhadas para teste foram APROVADAS para aquisição pela CELIC/RS.

O parecer emitido considerou a documentação solicitada pelo cliente e encaminhada pelo Fabricante (Zhejiang ALWSEI technologies Co. Ltd, a pedido da empresa, bem como, o desempenho das amostras de teste encaminhadas por Tzion comercio de produtos e instrumentos científicos Ltda para avaliação do cliente (20 peças Filtro de seringa PTFE hidrofílico, 13mm, 0,22µm, Lote M07014BSF e 20 peças Filtro de seringa de celulose regenerada, 13mm, 0,22µm, Lote 104420BSF). Foram enviados os seguintes documentos: certificados de análise dos filtros de PTFE e celulose regenerada específicos dos lotes de amostras teste, certificado de produção ISO 13485, certificado de qualidade ISO 9001, e declaração de conformidade técnica assinada pelo gerente de vendas do Fabricante.

REPROVADO

15/07/2025

DATA

Adriana

CLIENTE

Silvana Soledade

VENDEDOR

Adriana Santos Andrade
Perita Químico Forense
ID. 3803481