



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

POLÍCIA CIVIL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DMP PC - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

E-MAIL

DMP-SPA@POLICIACIVIL.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40227

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 04/08/2025

EDITAL NÚMERO: 911 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 08/08/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1204-0009298-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DO KIT DE PILATES SE FAZ NECESSÁRIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO E MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA CIVIL, CONSIDERANDO QUE O TRATAMENTO FISIOTERÁPICO POSSUI UM PAPEL IMPORTANTE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES, POR MEIO DA PREVENÇÃO E DA REABILITAÇÃO FÍSICA, A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS GARANTIRÁ UMA MELHORIA NO TRATAMENTO E A REDUÇÃO DE COMPLICAÇÕES CLÍNICAS EM LONGO PRAZO, GARANTINDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA AOS PACIENTES E CONSEQUENTEMENTE, MELHORANDO O CONDICIONAMENTO FÍSICO PRINCIPALMENTE DOS PACIENTES QUE SÃO POLICIAIS CÍVIS DA ATIVA. PROA Nº 25/1204-0009298-8. O PRESENTE EXPEDIENTE TRATA DA AQUISIÇÃO DE 01 KIT ESTUDIO PILATES (CÓDIGO DE GCE 0870.0192.009999) PARA A POLÍCIA CIVIL, COM VERBA ORIUNDA A EMENDA PARLAMENTAR RS Nº 100-2025 – DEP. LEONEL RADDE. COMSRO 058054: NAD 4.4.90.52 - VALOR: R\$ 24.518,01 - RECURSO 0001.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AQUISIÇÃO KIT PILATES

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 24.518,01

Item 1 - 0870.0192.009999

KIT ESTUDIO PILATES (CADILLAC, REFORMER, STEP CHAIR, LADDER BARREL)

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 24.518,01

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT ESTUDIO PILATES - **EQUIPAMENTOS DO KIT:** MINIMO 01 CADILLAC, 01 REFORMER, 01 STEP CHAIR, 01 LADDER BARREL;

ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS: MADEIRA EUCALÍPTO E AÇO INOX OU AÇO CARBONO; **PINTURA:** ELETROSTÁTICA EPÓXI MICRO TEXTURIZADA OU REVESTIDO COM PELÍCULA DE SELADOR E ACABAMENTO EM VERNIZ; **GARANTIA:** MINIMO 24 MESES ESTRUTURAS EM MADEIRA E METAL, MINIMO 06 MESES PEÇAS PLÁSTICAS, MINIMO 03 MESES MOLAS E CORDAS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** AS QUANTIDADES DOS COMPONENTES SE REFEREN-SE ÀS MÍNIMAS, NÃO EXCLUINDO EQUIPAMENTOS COM QUANTIDADES MAIORES OU SUPERIORES, A GARANTIA REFERE-SE AO KIT.

CADILLAC:

DEVERÁ POSSUIR ESTOFAMENTO: ESPUMA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO DE COURISSIMO (AG150) OU EM COURISSIMO NAUTICO COMPOSTO POR EVA 20MM OU ESPUMA INJETADA; MOLAS: AÇO CARBONO; ALTURA: MÍNIMA 2110MM; LARGURA: MÍNIMA: 770MM; COMPRIMENTO: MÍNIMO: 2250MM; 01 PAR DE MOLAS ROXAS OU VERDES, 01 PAR DE MOLAS AMARELAS, 01 PAR DE MOLAS VERMELHAS, 01 PAR DE MOLAS AZUIS OU MOLAS SIMPLES, 01 PAR DE ALÇAS FUZZY, 01 ALÇA DE SUSTENTAÇÃO OU CINTO DE SEGURANÇA COM ARGOLAS OU BALANCINHO, 01 ALÇA DE SEGURANÇA OU BALANCINHO, 01 PAR ALÇAS PÉS, 01 PAR DE ALÇAS DE MÃO, 01 BARRA ROLL-DOWN OU TRAPÉZIO MADEIRA MÍNIMO 2 ARGOLAS.

REFORMER:

DEVERÁ POSSUIR ALTURA: MÍNIMA 800MM; LARGURA: MÍNIMA 700MM; COMPRIMENTO: MÍNIMO 2400MM; 02 PARES DE MOLAS VERMELHAS OU 01 PAR DE MOLAS VERDES E 01 PAR DE MOLAS AMARELAS OU AZUIS, 01 MOLA AZUL OU AMARELA, 01 PAR DE



ALÇAS DE MÃO, 01 PAR DE ALÇAS DE PÉ.

STEP CHAIR:

DEVERÁ POSSUIR 01 PAR DE BENGALAS, 02 PARES DE MOLAS STEP CHAIR OU 02 PARES DE MOLAS VERMELHAS OU 2 PARES DE MOLAS CURTAS SEM COR; ALTURA: MINIMA 620MM; ALTURA COM BENGALAS: MINIMA 1320MM; LARGURA: MINIMA 660MM; COMPRIMENTO: MINIMO 750MM.

LADDER BARREL:

DEVERÁ POSSUIR ESTOFAMENTO: ESPUMA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE OU COURVIN SINTÉTICO EVA 2,5 E 30MM OU ESPUMA INJETADA; ALTURA: MINIMA 980MM; LARGURA: MINIMA 700MM; COMPRIMENTO: MINIMO 1290MM.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1009

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA POLICLÍNICA - DIVISÃO DE SAÚDE DELEGADO GRANT 115 SANTANA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 1009

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO MOMENTO DO ENVIO DE SUA PROPOSTA FINAL, COMO CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE DA MESMA O COMPROVANTE DE REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS - CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, TANTO DA EMPRESA FABRICANTE, BEM COMO DA EMPRESA CONVERTEDORA (BENEFICIADORA).

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR A ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO CTF/APP, TANTO DA FABRICANTE QUANTO DA CONVERTEDORA BENEFICIADORA.