

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BMRS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40433

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/08/2025

EDITAL NÚMERO: 1044 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 03/09/2025 09:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0021215-9

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0805-EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 661,85

Item 1 - 0805.0177.010003**FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML****QUANTIDADE:** 35,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 18,91**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML - **CAPACIDADE DO FRASCO:** 250,0000 ML; **MATERIAL DO FRASCO:**POLIPROPILENO (PP);; **TAMPA DO FRASCO:** POLIPROPILENO (PP); **BICO DO FRASCO:** POLIAMIDA (PA);;**CONEXÃO DE ENTRADA DO UMIDIFICADOR:** CONEXÃO DE ENTRADA DO UMIDIFICADOR: CONFORME NORMA ABNT NBR –11906; **BORBOLETA COM INSERTO:** POLIPROPILENO (PP) COM INSERTO EM ZAMAK;; **BORBOLETA SEM INSERTO:**POLIPROPILENO (PP);; **FAIXA DE FLUXO:** DETERMINADO PELO FLUXÔMETRO; **PRESSÃO DE OPERAÇÃO::** 3,5 A 6,0 KGF/CM²(PRESSÃO RECOMENDADA);; **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE 90 DIAS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** FRASCO

EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); KIT BORBULHADOR: POLIPROPILENO (PP) / TUBO EM POLIETILENO (PE);

CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA METÁLICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT; REGISTRO: ANVISA/

MINISTÉRIO DA SAÚDE ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO

PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 35

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO



TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.