



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DSA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Aquisição de dois (01) KIT ESTUDIO DE PILATES, Código de GCE 0870.0192.009999).

02. DA JUSTIFICATIVA

A aquisição destes equipamentos faz-se necessária tendo em vista a necessidade de modernização e melhor atendimento aos pacientes que utilizam o serviço de fisioterapia da Policlínica da Polícia Civil.

Considerando que o tratamento fisioterapêutico possui um papel importante para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, por meio da prevenção e da reabilitação física, a aquisição de novos equipamentos garantirá uma melhoria no tratamento e a redução de complicações clínicas em longo prazo, garantindo maior qualidade de vida aos pacientes e consequentemente, melhorando o condicionamento físico principalmente dos pacientes que são policiais civis da ativa.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

As Especificações Técnica do aparelho estão descritas no Relatório de Especificação Técnica do GCE, juntado no Expediente Administrativo (PROA **25/1204-0009298-8**).





Relatório de Especificação Técnica

Código GCE	Nome Modificador	Tipo de Família	Categoria
0870.0192.009999	KIT ESTUDIO PILATES (CADILLAC, REFORMER, STEP CHAIR, LADDER BARREL)	BENS	NÃO DEFINIDA
Família	Sub Família	Situação	Data da Situação
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM	EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICO	Ativado	01/09/2023 14:42

Especificação Técnica:

KIT ESTUDIO PILATES - **EQUIPAMENTOS DO KIT:** MINIMO 01 CADILLAC, 01 REFORMER, 01 STEP CHAIR, 01 LADDER BARREL; **ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS:** MADEIRA EUCALIPTO E AÇO INOX OU AÇO CARBONO; **PINTURA:** ELETROSTÁTICA EPÓXI MICRO TEXTURIZADA OU REVESTIDO COM PELÍCULA DE SELADOR E ACABAMENTO EM VERNIZ; **GARANTIA:** MINIMO 24 MESES ESTRUTURAS EM MADEIRA E METAL, MINIMO 06 MESES PEÇAS PLÁSTICAS, MINIMO 03 MESES MOLAS E CORDAS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** AS QUANTIDADES DOS COMPONENTES SE REFEREN-SE ÀS MÍNIMAS, NÃO EXCLUINDO EQUIPAMENTOS COM QUANTIDADES MAIORES OU SUPERIORES, A GARANTIA REFERE-SE AO KIT.

CADILLAC:

DEVERÁ POSSUIR ESTOFAMENTO: ESPUMA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO DE COURISSIMO (AG150) OU EM COURISSIMO NAUTICO COMPOSTO POR EVA 20MM OU ESPUMA INJETADA; MOLAS: AÇO CARBONO; ALTURA: MINIMA 2110MM; LARGURA: MINIMA: 770MM; COMPRIMENTO: MINIMO: 2250MM; 01 PAR DE MOLAS ROXAS OU VERDES, 01 PAR DE MOLAS AMARELAS, 01 PAR DE MOLAS VERMELHAS, 01 PAR DE MOLAS AZUIS OU MOLAS SIMPLES, 01 PAR DE ALÇAS FUZZY, 01 ALÇA DE SUSTENTAÇÃO OU CINTO DE SEGURANÇA COM ARGOLAS OU BALANCINHO, 01 ALÇA DE SEGURANÇA OU BALANCINHO, 01 PAR ALÇAS PÉS, 01 PAR DE ALÇAS DE MÃO, 01 BARRA ROLL-DOWN OU TRAPÉZIO MADEIRA MINIMO 2 ARGOLAS.

REFORMER:

DEVERÁ POSSUIR ALTURA: MINIMA 800MM; LARGURA: MINIMA 700MM; COMPRIMENTO: MINIMO 2400MM; 02 PARES DE MOLAS VERMELHAS OU 01 PAR DE MOLAS VERDES E 01 PAR DE MOLAS AMARELAS OU AZUIS, 01 MOLA AZUL OU AMARELA, 01 PAR DE ALÇAS DE MÃO, 01 PAR DE ALÇAS DE PÉ.

STEP CHAIR:

DEVERÁ POSSUIR 01 PAR DE BENGALAS, 02 PARES DE MOLAS STEP CHAIR OU 02 PARES DE MOLAS VERMELHAS OU 2 PARES DE MOLAS CURTAS SEM COR; ALTURA: MINIMA 620MM; ALTURA COM BENGALAS: MINIMA 1320MM; LARGURA: MINIMA 660MM; COMPRIMENTO: MINIMO 750MM.

LADDER BARREL:

DEVERÁ POSSUIR ESTOFAMENTO: ESPUMA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE OU COURVIN SINTÉTICO EVA 2,5 E 30MM OU ESPUMA INJETADA; ALTURA: MINIMA 980MM; LARGURA: MINIMA 700MM; COMPRIMENTO: MINIMO 1290MM.;

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado das respectivas notas fiscais, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e **prazo de garantia**.

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 dias corridos, a partir da notificação, o objeto com avarias ou defeitos.

5. DA GARANTIA DO PRODUTO

A descrição do prazo de garantia do produto deverá estar contida no manual do fabricante e não poderá ser inferior a 12 meses.





6. PREÇO DE REFERÊNCIA

O preço de Referência está descrito no Relatório de Especificação Técnica do GCE, juntado no Expediente Administrativo.

Item		Relacionamento	Fechar
Código GCE:	Nome Modificador:	Unidade de Medida:	Situação:
0870.0192.009999	KIT ESTUDIO PILATES (CADILLAC, REFORMER, STEP CHAIR, LADDER BA)	KIT (kt)	Ativado
Anexos	Galeria	Processos	Histórico
Detalhes	Composição	Orçamentos	Observações
Histórico Importação		Sugestões	
Código de Barras		Valor de Referência	
Detalhes			
Valor de Referência:	Validade do Vir. de Referência:	Item disponível em Ata Vigente:	Últ. Compras Homolog.:
24.518,0100	24/02/2026	Não	1
Código LIC:	Tipo de Família:	Categoria:	Exclusividade:
	BENS	NÃO DEFINIDA	NÃO
Família:	Subfam.:		
0870	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/EN	0870.0192 EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICO	
Padrão de Especificação Técnica:			
11750	KIT ESTUDIO PILATES		

7. DA ENTREGA

O objeto será entregue no Departamento de Saúde da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, segundo andar, localizada na rua Delegado Grant nº115/2, Bairro Santana, Porto Alegre, RS.

A contratada terá prazo máximo de 30 dias corridos para realizar a entrega, após a expedição da Ordem de Fornecimento.

Porto Alegre, 20 de maio de 2025.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
 Escrivã de Polícia Giulia Giubel
 DPCT/DSA
 ID: 4596277

