



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

E-MAIL

DIVISAO-COMPRAS@SAUDE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40416

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/08/2025

EDITAL NÚMERO: 1034 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/09/2025 09:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2000-01 10772-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

SACOS UTILIZADOS PARA COLETA DE ÁGUA DE TODO O ESTADO, PARA ANÁLISE DE FLÚOR. ESTE MATERIAL É DISTRIBUÍDO PARA OS LABORATÓRIOS REGIONAIS. QUANTIDADE PREVISTA PARA CONSUMO EM 12 MESES, ESTIMADOS COM BASE NO CONSUMO HISTÓRICO RECENTE. EXISTE ARP VIGENTE, DE 2024, PORÉM O FORNECEDOR NÃO CONCEDEU ANUÊNCIA À NOSSA SOLICITAÇÃO DE COTA EXTRA, ALEGANDO VARIAÇÃO NO PREÇO. RECEBEMOS TAL NEGATIVA APÓS ESGOTADO O PRAZO PARA INSERIR O ITEM NO COMUNICADO DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO SENDO POSSÍVEL AGUARDAR A ABERTURA DE NOVO COMUNICADO PARA ESTA FAMÍLIA DEVIDO AO RISCO DE DESABASTECIMENTO, DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE ATENDER A ESTA NECESSIDADE QUE DESTINA INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO QUE PODERÁ SER UTILIZADO PARA ESTE FIM, DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 SACO PARA COLETA DE AMOSTRA - 532 ML STAND-UP COM TARJA

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.010020

SACO PARA COLETA DE AMOSTRA - 532 ML STAND-UP COM TARJA

QUANTIDADE: 110,0000

UNIDADE: cx

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SACO PARA COLETA DE AMOSTRA - **VOLUME:** 532 ML (VARIAÇÃO ACEITÁVEL: +/- 5%); **COMPOSIÇÃO DO SACO:** POLIETILENO; **COR:** TRANSPARENTE; **ESTÉRIL:** SIM; **COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO:** SIM; **TIPO STAND UP:** SIM; **COM TIOSSULFATO:** NÃO; **MEDIDAS DO SACO:** 115 MM X 230 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%); **COM LACRE DE FECHAMENTO INTEGRADO AO SACO:** SIM; **LACRE METÁLICO REVESTIDO DE PLÁSTICO:** SIM; **POSSUI LINHAS DEMARCADORAS DE VOLUME MÁX. E MÍN.:** NÃO; **ESPESSURA DA PAREDE DO SACO:** 0,08 MM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%); **APRESENTAÇÃO:** CAIXA COM 500 SACOS; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 12 MESES; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR::** PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS OU LÍQUIDOS, PARA FINS DE ANÁLISE QUANTITATIVA OU QUALITATIVA. DEVERÁ SE MANTER EM PÉ QUANDO CHEIO DE AMOSTRAS.

MARCA NASCO WHIRL-PAK STAND-UP 532 ML REFERÊNCIA B01365WA, ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 110

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).



DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.