



## **CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO - ÍNDICE**

### **Anexos**

#### **Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA**

## Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

### SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

### UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

### E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

### ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

### TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40673

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 25/09/2025

EDITAL NÚMERO: / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0023013-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;

## JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

### Lote 1 BOMBA DE INFUSÃO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 48.655,28

#### Item 1 - 0870.0190.010304

#### BOMBA - INFUSÃO COMPATIVEL COM SERINGAS PERFUSORAS HOSPITALAR

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$

12.163,82

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOMBA - **TIPO:** BOMBA DE INFUSÃO COMPATIVEL COM SERINGAS PERFUSORAS; **USO:** HOSPITALAR; **VELOCIDADE DE FLUXO:** 0,01 A 1000 ML/H; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** 1. COMPATÍVEIS COM PELO MENOS 3 SERINGAS PERFUSORAS (COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO PARA USO EM BOMBA DE SERINGA) COMERCIALIZADAS NO MERCADO, PARA OS TAMANHOS DE 5/10/20/30/50/60 ML E TER RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TAMANHO DA SERINGA; 2. MODO TCIALVO CONTROLADA COM NO MÍNIMO 4 PROCOTOLOS; 3. COM TELA PARA VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE NO MÍNIMO TRÊS POLEGADAS COM TECNOLOGIA TOUCHSCREEN, COM BRILHO DE TELA AJUSTÁVEL; 4. PESO MÁXIMO DE 2,5KG; 5. PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 2,5%;

6. MODOS: TCI, TIVA, ML/H, DOSAGEM, TEMPO DA DOSAGEM, TEMPO, SEQUENCIAL, RAMPA, MODO DESPERTAR, MODO PARA NEONATO;
7. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP32;
8. COM PROGRAMAÇÃO DO VOLUME DE 0,01 A 9.999 ML;
9. GARANTIR TAXA DE FLUXO DE 0,01 A 1000 ML/H;
10. PERMITIR A TROCA DA VAZÃO SEM PAUSAR A INFUSÃO;
11. KVO PROGRAMÁVEL;
12. DEVE CONTER O NOME DA DROGA NA TELA DE INFUSÃO;
13. DETECÇÃO DE OCLUSÃO DE NO MÍNIMO 3 NÍVEIS;
14. COM SISTEMA DE ALARMES E PRÉ-ALARMES VISUAIS E SONOROS;
15. COM PELO MENOS 2 NÍVEIS DE ALARME E VOLUME SELECIONÁVEL.
16. BATERIA DE LÍTIO DE NO MÍNIMO 5 HORAS COM CARREGAMENTO DE CARGA MÁXIMA DE ATÉ 8 HORAS.
17. POSSUIR CLAMP PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO;
18. DEVE ACOMPANHAR MANUAIS IMPRESSOS DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL) E SERVIÇO/SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA (BRASIL).
19. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO OPERACIONAL DE FORMA PRESENCIAL ADEQUADO AOS USUÁRIOS E DE SERVIÇO PARA EQUIPE TÉCNICA;
20. POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DEVERÁ SER INDICADA NA PROPOSTA);
21. INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO;
22. FORNECER DEMAIS ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO;; **ALIMENTAÇÃO:** 100-240V~50HZ/60HZ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO E CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (PADRÃO BRASILEIRO - NBR 14136); **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **REGISTRO:** NA ANVISA;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013**

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO**

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 4

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

**OBSERVAÇÃO 1013**

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE.

- FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.\*