

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - DS
HBMS/SM – HOSPITAL “CEL IZIDRO”

ANÁLISE E PARECER

Da: Adjunta do Setor Cirúrgico do HBM/SM

Assunto: Análise 0563/2025

Referente ao Processo nº PE PE 0563/2025, Lote 04, que trata da aquisição de Bombas de Infusão compatíveis com seringas perfusoras hospitalares, informo que o equipamento ofertado pela empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA modelo EN-S7 SMART. foi devidamente analisado quanto às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

Após avaliação técnica, constatou-se que a proposta não indica se o equipamento possui assistência técnica autorizada local no estado do Rio Grande do Sul conforme exigência do edital. Essa informação deveria constar na proposta, conforme item 20 do edital:

- 20. POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (DEVERÁ SER INDICADA NA PROPOSTA);

Dessa forma, informamos que o equipamento não atende as exigências do edital.

Santa Maria, 03 de outubro de 2025



Luana Lacerda Rosa – Cap Enf PM

Adjunta do Setor Cirúrgico