



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41020

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 06/11/2025

EDITAL NÚMERO: 1417/2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/11/2025 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0003100-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA ATENDER À NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E PERICIAL DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS DO RIO GRANDE DO SUL (IGP/RS), MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL DE IMAGEM DIGITAL. O EQUIPAMENTO É ESSENCIAL PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA RESOLUÇÃO, COM MAIOR PRECISÃO DIAGNÓSTICA, MENOR TEMPO DE PROCESSAMENTO E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO. SUA UTILIZAÇÃO É FUNDAMENTAL NAS PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS, ESPECIALMENTE NA IDENTIFICAÇÃO HUMANA POR COMPARAÇÃO ODONTOLÓGICA, CONTRIBUINDO SIGNIFICATIVAMENTE PARA A AGILIDADE E QUALIDADE DAS ANÁLISES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO MÉDICO-LEGAL E OUTROS SETORES TÉCNICOS. O ITEM SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS FESP 2025.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL - IMAGEM DIGITAL TAMANHO 1

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 9.432,66

Item 1 - 0910.0643.000034

SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL - IMAGEM DIGITAL TAMANHO 1

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 9.432,66

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL - TIPO DE SENSOR: SENSOR PARA RADIOGRAFIA INTRAORAL COM IMAGEM DIGITAL;

TAMANHO DO SENSOR DIGITAL: TAMANHO 1; TECNOLOGIA: CMOS; TIPO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM: DICOM;

RESOLUÇÃO MÍNIMA: 20 LP/MM (PARES DE LINHA POR MILÍMETRO); ÁREA SENSÍVEL DO SENSOR: MÍNIMA DE 20MM X

30MM; TIPO DE CONEXÃO: USB; MEDIDA EXTERNA: 24,3MM X 36,7MM; COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 3M;

TIPO DE SOFTWARE: SOFTWARE PRÓPRIO COM FERRAMENTAS DE ARQUIVAMENTO E EDIÇÃO DE IMAGENS;

GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; REGISTRO: ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.



ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE.

- FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*