

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41029

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 07/11/2025

EDITAL NÚMERO: 1419 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/11/2025 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0003101-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA ATENDER À NECESSIDADE DE EMBALAGEM E VEDAÇÃO SEGURA DE AMOSTRAS, EVIDÊNCIAS E MATERIAIS PERICIAIS EM LABORATÓRIOS E SETORES TÉCNICOS DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS DO RIO GRANDE DO SUL (IGP/RS), POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE SELADORA MANUAL. O EQUIPAMENTO É INDISPENSÁVEL PARA GARANTIR A INTEGRIDADE, CONSERVAÇÃO E INVIOABILIDADE DE MATERIAIS ACONDICIONADOS, ASSEGURANDO A RASTREABILIDADE E O CONTROLE DE EVIDÊNCIAS. A SELADORA MANUAL PERMITE A VEDAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE DE EMBALAGENS PLÁSTICAS, EVITANDO CONTAMINAÇÃO OU PERDA DE AMOSTRAS A AQUISIÇÃO ESTÁ PREVISTA COM RECURSOS PROVENIENTES DA PLANILHA DE INVESTIMENTOS FESP 2025 – PROJETO 5991, RECURSO 8008.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 SELADORA - MANUAL - 110 OU 220 V - EMBALAGEM PLÁSTICA**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 950,00

Item 1 - 0870.0700.000005**SELADORA - MANUAL - 110 OU 220 V - EMBALAGEM PLÁSTICA****QUANTIDADE:** 2,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 475,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

SELADORA - **MODELO:** MANUAL; **IMPULSAÇÃO:** MANUAL; **TEMPORIZADOR:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO; **ACABAMENTO:** PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ; **COR:** INDIFERENTE; **VOLTAGEM:** 110 OU 220 V; **POTÊNCIA:** MÍNIMA 50W; **TAMANHO MÍNIMO:** 300,00 MM; **ESPESSURA MÍNIMA:** 0,20 MM; **CERTIFICAÇÃO:** INMETRO; **GARANTIA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM::** VOLTAGEM E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ÁREA LIVRE PARA SELAGEM DE NO MÍNIMO 30CM DE LARGURA E ATÉ 0,20MM DE ESPESSURA.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.



ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.