

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41073

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 13/11/2025

EDITAL NÚMERO: 1457 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/11/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0002325-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

A DIVISÃO DE QUÍMICA FORENSE FORENSE E A DIVISÃO DE TOXICOLOGIA FORENSE DO IGP-RS POSSUEM DOIS CROMATÓGRAFOS A GÁS (GC-MS 7890A/ 5975C GC SAMPLER 120 E GC-MS 7890B/ 5977B PAL RSI 85). PARA QUE ESTES EQUIPAMENTOS POSSAM REALIZAR INJEÇÕES DE AMOSTRAS, É NECESSÁRIO UM MODELO ESPECÍFICO DE MICROSERINGA, CONFORME DESCRITO NO GCE 0830.0183.010088. CUSTEIO IGP

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 MICROSERINGA DE 10 MCL PARA CG-MS**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 4.190,60

Item 1 - 0830.0183.010088**MICROSERINGA DE 10 MCL PARA CG-MS****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 419,06**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MICROSERINGA PARA USO EM CROMATOGRAFIA - **UTILIZAÇÃO DA MICROSERINGA:** PARA AMOSTRADOR AUTOMÁTICO; **TIPO DE SERINGA:** MICROSERINGA DE VIDRO; **MODELO DA MICROSERINGA:** PARA GC MODELO 701N; **VOLUME:** 10 MICROLITROS; **AGULHA FIXA:** SIM; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA MICROSERINGA:** DEVERÁ TER A PONTA DA AGULHA ESTILO 2; DEVERÁ TER COMPRIMENTO DA AGULHA DE 51MM E CALIBRE DA AGULHA DE 26 S; A AGULHA DEVERÁ TER DIÂMETRO EXTERNO DE 0,47MM E DIÂMETRO INTERNO DA AGULHA DE 0,13MM; A AGULHA NÃO DEVERÁ TER VOLUME MORTO MAIOR DO QUE 0,64MCL; DEVERÁ PERMITIR TRABALHAR NA FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE 10°C A 50°C; MARCA DE REFERÊNCIA HAMILTON REF.: 80300 (CATÁLOGO #20174), MARCA AGILENT OU OUTRA MARCA COMPATÍVEL COM O DESCRITIVO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.



ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO.

PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.