



---

**RE: PE 0736/2025 - LOTES 1 - 2 - 3 - ANALISE PROPOSTA FIAL E CATALOGO TECNICO**

---

**De** HBMPA - Farmácia - [ BRIGADAMILITAR ] <hbmpa-farmacia@bm.rs.gov.br>

**Data** Qui, 11/12/2025 12:56

**Para** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>; HBMSM Setor de Compras - [ BRIGADAMILITAR ] <hbmsm-compras@bm.rs.gov.br>

Prezado, bom dia,

Informo parecer **FAVORÁVEL ao lote 03** - oxímetro de dedo empresa Marimax.

Entretanto, os **lotes 01 e 02** não atendem a especificação técnica, restando **REPROVADOS** tecnicamente:

**LOTE 1 CURATIVO OCLUSIVO DE SILICONE 15X15 CM**

**Empresa: BACE**

**Marca: PROXIMEL SILICONE 15,2 X 15,2**

**Justificativa:**

A marca PROXIMEL SILICONE 15,2 x 15,2 foi testada anteriormente em nosso nosocômio tendo o seguinte resultado:

**DADOS DA AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Paciente: Acamado, pele íntegra em região sacra

Indicação do produto: Prevenção de Lesão por Pressão (LPP) Local de aplicação: Região sacral

Data de instalação: 19/09/2025

Data da queda espontânea: 21/09/2025 (48 horas após instalação)

**1. Contexto da avaliação**

O fabricante indica que o curativo pode permanecer “até 7 dias” sob condições ideais.

**2. Achados observados**

- O curativo descolou-se totalmente após 48 horas, sem sinais de exsudato, suor excessivo ou manipulação inadequada.
- Pele da região sacra permaneceu íntegra, sem sinais de maceração ou irritação.
- A técnica de aplicação seguiu protocolo (limpeza suave da pele, secagem adequada, não uso de cremes/óleos e fixação segundo orientação do fabricante).

**3. Análise técnica**

- Desempenho inferior ao especificado:
  - A expectativa de permanência de até 7 dias não foi atingida, havendo falha de adesividade em menos de 1/3 do tempo recomendado.
- Risco para a prevenção de LPP:
  - A perda precoce do curativo interrompeu a proteção mecânica da pele sacral, expondo o paciente ao risco de fricção e cisalhamento.
- Custo-efetividade comprometida:
  - A necessidade de trocas antecipadas eleva custos e consumo de material, sem ganho clínico adicional.
- Ausência de fatores externos significativos:
  - Não foram identificadas condições cutâneas (exsudato, oleosidade, suor intenso) ou falhas na técnica de aplicação que justificassem a perda precoce.

#### 4. Conclusão e Parecer

Com base nos registros, o curativo Proxime! Silicone com película filme não apresentou desempenho compatível com as especificações do fabricante nem com as diretrizes de prevenção de lesão por pressão, uma vez que:

- Descolou-se em 48 horas, tempo muito inferior ao mínimo esperado de 7 dias;
- Não houve fatores clínicos ou técnicos que justificassem a perda de aderência;
- O risco de descontinuidade na prevenção de LPP aumenta quando há falha de fixação

#### **LOTE 02 CURATIVO OCLUSIVO DE SILICONE 10X10 CM**

**Empresa: POLARFIX**

**Marca: Polarfix FP0096 Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P**

#### **Justificativa:**

O curativo ofertado marca Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P não está em conformidade com as especificações do edital, pois o descritivo exige:

"MULTICAMADAS INTERNAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MACIA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, SISTEMA TRANCA FLUÍDO E CAMADA DE RETENÇÃO DO EXSUDATO; ", não possui a "SISTEMA TRANCA-FLUIDO E UMA CAMADA EXTRA DE RETENÇÃO DO EXSUDATO".

Características efetivas de absorção e retenção são essenciais para o tratamento de lesões. Quando uma cobertura não consegue absorver e reter quantidades relevantes de exsudato, o leito da ferida pode se tornar excessivamente úmido, resultando na saída do exsudato para a pele ao redor da ferida. Isso pode causar maceração, atraso no processo de cicatrização, aumento do risco de infecção, fricção e expansão da lesão.

**FLÁVIA CORVELLO S. DAVOGLIO - Cap Farm PM**  
**Chefe da Farmácia HBMPA**  
Fone (51) 3288-3556

---

**BRIGADA MILITAR**  
**HBMPA**

---

**De:** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

**Enviado:** quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 15:15

**Para:** HBMSM Setor de Compras - [ BRIGADAMILITAR ] <hbmsm-compras@bm.rs.gov.br>; HBMPA - Farmácia - [ BRIGADAMILITAR ] <hbmpa-farmacia@bm.rs.gov.br>

**Assunto:** ENC: PE 0736/2025 - LOTES 1 - 2 - 3 - ANALISE PROPOSTA FIAL E CATALOGO TECNICO

Boa tarde,

Tendo em vista a necessidade em dar continuidade no Certame, solicito informações acerca da realização da análise da proposta final e catalogo técnico do PE 0736/2025, lotes 1; 2 e 3.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira  
Pregoeiro.



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**

**Divisão de Pregoeiros  
DELIC/CELIC**

**Secretaria Planejamento, Governança e Gestão**  
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar  
Porto Alegre, RS • 90119-900

[planejamento.rs.gov.br](http://planejamento.rs.gov.br)

---

**De:** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

**Enviado:** terça-feira, 9 de dezembro de 2025 17:46

**Para:** HBMPA - Farmácia - [ BRIGADAMILITAR ] <hbmpa-farmacia@bm.rs.gov.br>

**Cc:** Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

**Assunto:** PE 0736/2025 - LOTES 1 - 2 - 3 - ANALISE PROPOSTA FIAL E CATALOGO TECNICO

Prezados,

Informo que hoje, dia 09/12/2025, foi recebida a propostas final e catálogo técnico **nos lotes 1; 2 e 3**, referente ao produto ofertado no **PE 0736/2025**, enviado pela empresa Licitante **BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA; POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA e MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIOS EIRELI ME**, respectivamente.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que, a divulgação do resultado restou AGENDADA para próxima quarta-feira, dia 10/12/2025 às 14hs.

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

**Pregoeiro.**



**GOVERNO DO ESTADO  
RIO GRANDE DO SUL**

**Divisão de Pregoeiros  
DELIC/CELIC**

**Secretaria Planejamento, Governança e Gestão**  
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar  
Porto Alegre, RS • 90119-900

[planejamento.rs.gov.br](http://planejamento.rs.gov.br)