



**RESULTADO DA ANÁLISE DA AMOSTRA E
CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO CERTAME**
Pregão Eletrônico nº 0011/2026 – Lote 3

A Pregoeira da Subsecretaria da Administração Central de Licitações, no uso de suas atribuições torna público o que segue:

A análise da amostra, enviada pela empresa CITY CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, foi conclusa pelo órgão demandante, conforme informações na sala de chat do Lote 3, sendo reprovada, como segue: “Após análise, informo que a amostra NÃO ATENDE ao solicitado no descriptivo do edital por não possuir ajuste no elástico de cabeça. Este item é fundamental por permitir o ajuste seguro da máscara na face do operador (pois cada operador possui um tamanho e formato diferente de cabeça e de rosto), reduzindo o risco de contaminação durante a manipulação dos cultivos de Mycobacterium tuberculosis. Desta forma, NÃO RECOMENDAMOS a aquisição do produto ofertado por NÃO ATENDER à necessidade do setor.”

Comunico que o prosseguimento do certame está agendado para o dia 05/02/2026, às 14h:30min, momento em que a empresa CITY CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA será desclassificada, e após o término do prazo para a intenção de recurso, será aberta a negociação com a empresa próxima classificada.

Assim, os Licitantes devem manter representante na sala do Chat na data e horário aprazados, sob pena de perda de prazo e prejuízo à empresa.

Em 04/02/2026

Susana Souza de Assumpção
Pregoeira