



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41538

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 19/02/2026

EDITAL NÚMERO: 79 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/03/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2000-0162982-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

MANTER O ABASTECIMENTO DOS INSUMOS ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME AS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS: ITEM A) BANHO MARIA DIGITAL 15 LITROS DE 5° A 100°C - 1.000 W - 0830.0183.010181 - O LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA DO LACEN-RS NECESSITA DESTE EQUIPAMENTO PARA GARANTIR A EXECUÇÃO ADEQUADA DE ENSAIOS QUE REQUEREM TEMPERATURA CONTROLADA E ESTÁVEL, COMO ETAPAS DE INCUBAÇÃO E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS PARASITOLÓGICAS. O EQUIPAMENTO É ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A PRECISÃO DAS CONDIÇÕES TÉRMICAS DOS MÉTODOS UTILIZADOS, CONTRIBUIR PARA A REPRODUTIBILIDADE DOS RESULTADOS E MANTER A CONFORMIDADE COM OS PROTOCOLOS LABORATORIAIS; ITEM B) HOMOGENEIZADOR STOMACHER DIGITAL 50 A 400 ML - 0830.0183.010190 - EQUIPAMENTO QUE POSSUI FUNÇÃO ESSENCIAL NA HOMOGENEIZAÇÃO DE AMOSTRAS. ESSA TÉCNICA CONSISTE EM MISTURAR OS COMPONENTES PRESENTES EM UMA AMOSTRA, GARANTINDO ASSIM A REPRESENTATIVIDADE DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS ANÁLISES REALIZADAS. A COMPRA DESSE EQUIPAMENTO É NECESSÁRIA PARA A HOMOGENEIZAÇÃO DE AMOSTRAS SÓLIDAS OU SEMISÓLIDAS DE ALIMENTOS PARA PREPARÁ-LAS PARA AS ANÁLISES SUBSEQUENTES; ITEM C) BANHO SECO COM TERMOBLOCO AQUECIMENTO+AGITAÇÃO 24 TUBOS DE 1,5 (100°C) - 0830.0183.010152 - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA A EXTRAÇÃO DE DNA DAS AMOSTRAS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, AGENTE CAUSADOR DA TUBERCULOSE. A EXTRAÇÃO DE DNA É ETAPA INICIAL E ESSENCIAL PARA OS TESTES DE SENSIBILIDADE GENOTÍPICOS, REALIZADOS EM TODAS AS AMOSTRAS POSITIVAS DO LABORATÓRIO DE MICOBACTÉRIAS; ITEM D) CABINE ASSÉPTICA WORKSTATION PARA PCR 800 X 520 X 505 MM - 0830.0183.010075 - SERÃO UTILIZADAS PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO POR RT-PCR PARA OS LABORATÓRIOS REGIONAIS E DE FRONTEIRAS COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A CAPACIDADE ANALÍTICA E RESPOSTAS A EPIDEMIAS COMO DENGUE, VÍRUS RESPIRATÓRIOS (SARS-COV-2). A DESCENTRALIZAÇÃO IRÁ OPORTUNIZAR A IMPLANTAÇÃO DO DNA-HPV, AUMENTANDO A COBERTURA E A EFICIÊNCIA NA DETECÇÃO PRECOZE DE INFECÇÕES POR HPV DE ALTO RISCO. À LUZ DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, E TENDO EM VISTA QUE, NO PRESENTE MOMENTO, EXISTE APENAS UMA ALTERNATIVA TÉCNICAMENTE VIÁVEL PARA ATENDER À DEMANDA, CONSIDERA-SE A AQUISIÇÃO PLENAMENTE JUSTIFICADA E ADEQUADA ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CABINE ASSÉPTICA WORKSTATION PARA PCR 800 X 520 X 505 MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 64.655,40

Item 1 - 0830.0183.010075

CABINE ASSÉPTICA WORKSTATION PARA PCR 800 X 520 X 505 MM

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.465,54

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CABINE ASSÉPTICA WORKSTATION PARA PCR - **USO:** FORNECIMENTO DE AMBIENTE ESTÉRIL PARA PROTOCOLOS DE PCR, MANUSEIO DE DNA/RNA, PREPARO DE OLIGONUCLEOTÍDEOS OU QUALQUER PROTOCOLO QUE PRECISE DE ESTERILIDADE OU DESCONTAMINAÇÃO GARANTIDOS; **PORTA FRONTAL:** SIM; **MATERIAL DA PORTA:** TRANSPARENTE;
NÚMERO MÍNIMO DE TOMADAS INTERNAS: UMA; **LÂMPADA UV:** SIM; **LÂMPADA BRANCA:** SIM;
INTERRUPTORES INDIVIDUAIS DAS LUZES: SIM; **DIMENSÕES EXTERNAS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 20%):** 800 X 520 X 505 MM (L X P X A); **TENSÃO:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES;
ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: EQUIPAMENTO PARA USO EM BANCADA;
- DEVERÁ TER APOIADORES COM ADERÊNCIA PARA NIVELAMENTO
- DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA DE PLÁSTICO PVC RÍGIDO BRANCO OU OUTRO MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTRA A MAIORIA DOS PRODUTOS SANITIZANTES
- DEVERÁ POSSUIR PESO MÁXIMO DE 20KG
- DEVERÁ POSSUIR PORTA COM TRATAMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA A LUZ ULTRAVIOLETA (UV) AO USUÁRIO, E COM TRATAMENTO QUÍMICO PARA EVITAR O AMARELAMENTO E SURGIMENTO DE RACHADURAS
- DEVERÁ POSSUIR TRANSPARÊNCIA PARA PERMITIR VISUALIZAÇÃO INTERNA
- DEVERÁ POSSUIR A(S) TOMADA(S) INTERNA(S) DEVERÁ TER A MESMA TENSÃO DO EQUIPAMENTO



- DEVERÁ POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES - DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Lote 2 BANHO SECO COM TERMOBLOCO AQUECIMENTO+AGITAÇÃO 24 TUBOS DE 1,5 (100°C)

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 9.328,67

Item 1 - 0830.0183.010152

BANHO SECO COM TERMOBLOCO AQUECIMENTO+AGITAÇÃO 24 TUBOS DE 1,5 (100°C)

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 9.328,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BANHO SECO COM TERMOBLOCO - **CAPACIDADE:** MÍNIMO 24 TUBOS DE 1,5 ML; **FAIXA DE TEMPERATURA:** AJUSTÁVEL ATÉ 100°C, NO MÍNIMO; **CONTROLE DIGITAL:** SIM; **DISPLAY DE LCD:** SIM; **VOLTAGEM:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **ACOMPANHA:** TERMOBLOCO DE ALUMÍNIO PARA UM MÍNIMO DE 24 TUBOS DE 1,5 ML; CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM A ABNT E MANUAL DE OPERAÇÃO;

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: COM AQUECIMENTO E COM AGITAÇÃO (THERMO SHAKER); TEMPERATURA AJUSTÁVEL, DE 5°C ACIMA DO AMBIENTE ATÉ 100°C OU MAIS; VELOCIDADE DE AGITAÇÃO AJUSTÁVEL; COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO FABRICANTE; PARA USO EM TÉCNICAS DE EXTRAÇÃO DE RNA/DNA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Lote 3 BANHO MARIA DIGITAL 15 LITROS DE 5° A 100°C - 1.000 W

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.088,76

Item 1 - 0830.0183.010181

BANHO MARIA DIGITAL 15 LITROS DE 5° A 100°C - 1.000 W

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.544,38

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BANHO MARIA DIGITAL - **TEMPERATURA:** 5 A 100°C; **CONTROLADOR:** DIGITAL COM SISTEMA PID; **VOLUME:** 15 LITROS; **SENSOR:** PT 100; **CUBA:** INOX; **TAMPA:** SIM; **RESISTÊNCIA:** BLINDADA; **RESOLUÇÃO:** 0,1° C; **PRECISÃO:** 0,5°C; **UNIFORMIDADE:** NÃO SE APLICA; **POTÊNCIA:** 1.000 W; **TENSÃO:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO NA EMISSÃO DO EMPENHO; **GARANTIA:** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; **ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:** CUBA COM ALTURA MÁXIMA DE 20 CM; SEM AGITAÇÃO; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 3 PINOS, CONFORME ABNT VIGENTE; COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; VOLTAGEM A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE, NO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Lote 4 HOMOGENEIZADOR STOMACHER DIGITAL 50 A 400 ML

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 27.894,66

Item 1 - 0830.0183.010190

HOMOGENEIZADOR STOMACHER DIGITAL 50 A 400 ML

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 27.894,66

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

HOMOGENEIZADOR STOMACHER - **FAIXA DE CAPACIDADE:** SACOS DE 50 A 400 ML; **TEMPORIZADOR:** TEMPORIZADOR ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL DE 1 SEG - 1 HORA / CONTAGEM REGRESSIVA; **VELOCIDADE DE HOMOGENEIZAÇÃO:** AJUSTÁVEL: 4, 6, 8 E 10 BATIDAS/ SEGUNDO; **TIPO DE ABERTURA/PORTA DE ACESSO:** PORTA FRONTAL, COM ABERTURA TOTAL DA PORTA E TOTAL ACESSO À CÂMARA DE HOMOGENEIZAÇÃO, PARA FÁCIL LIMPEZA;

CÂMARA DE HOMOGENEIZAÇÃO: CÂMARA DE HOMOGENEIZAÇÃO EM POLICARBONATO BRANCO OU AÇO INOX 304;;

GABINETE EXTERNO: GABINETE EXTERNO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO OU AÇO INOX 304;

DIMENSÕES MÁXIMAS: DIMENSÕES MÁXIMAS: 29 X 46 X 37 CM (L X P X A); **PESO MÁXIMO:** PESO MÁXIMO: 27 KG; **TENSÃO:** 110 OU 220 A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; **GARANTIA:** MINIMO 12 MESES;

COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS ALIMENTARES VARIADAS; COM DUAS PÁS DE AÇO INOXIDÁVEL, LADO A LADO, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS; PEDAIS REMOVÍVEIS; TELA DIGITAL MULTIFUNCIONAL; POTÊNCIA DE MISTURA AJUSTÁVEL, ATINGINDO A PRESSÃO DA PÁ ATÉ 28 KG; MOTOR SEM ESCOVAS (BRUSHLESS); DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO COM TAMP A ABERTA OU DESLIGA O EQUIPAMENTO SE A TAMP A FOR ABERTA COM EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO; SIMULADORES DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM DUAS PÁS; BANDEJA COLETORA DE SEGURANÇA EM AÇO INOX; ILUMINAÇÃO INDICATIVA DO ESTÁGIO DE HOMOGENEIZAÇÃO E/OU ALARME SONORO DE ALERTA O OPERADOR FINAL DA OPERAÇÃO; EM CONFORMIDADE COM NORMAS ABNT EQUIVALENTES E FDA BAM (BACTERIOLOGICAL ANALYTICAL MANUAL); COMPATÍVEL COM BOLSAS PLÁSTICAS DO MERCADO; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE QUALIDADE/CONFORMIDADE; CABO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME A ABNT OU COM ADAPTADOR COMPATÍVEL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.



O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):

1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE;

2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);

2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);

2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.

3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO;

4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS E/OU DE INSTRUÇÕES ATUALIZADOS E, QUANDO NECESSÁRIO, ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO;

5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);

6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;

7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S);

8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.