

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41600

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 02/03/2026

EDITAL NÚMERO: 119 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/03/2026 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2000-0139320-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

? CARRINHO DE EMERGÊNCIA – 0870.0190.010317 - 06 UNIDADES ? PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO HOSPITAL. PAR ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR QUE INDISPENSÁVEIS E DE USO CONTÍNUO NO ATENDIMENTO DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE ATENDER A ESTA NECESSIDADE E A EXISTÊNCIA DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO QUE PODERÁ SER UTILIZADO PARA ESTE FIM, DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO. A AQUISIÇÃO TORNA-SE VIÁVEL POIS EXISTE A NECESSIDADE DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO AO PACIENTE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR 4 GAVETAS**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 12.533,16

Item 1 - 0870.0190.010317**CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR 4 GAVETAS****QUANTIDADE:** 6,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 2.088,86**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - **ESTRUTURA:** ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; **PINTURA:** PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA; **TAMPO:** AÇO INOX COM BORDAS CURVAS E CANTOS ARREDONDADOS.; **HASTE DO SORO:** ALTURA AJUSTÁVEL, MÍNIMO ENTRE 760 -840 MM COM BASE GIRATÓRIA 360°.; **GAVETAS:** MÍNIMO DE 4 UNIDADES, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS.; **RODIZIOS:** 4 RODAS EMBORRACHADAS, GIRATÓRIAS, COM DIÂMETRO ENTRE 4,5” E 6,5”. PELO MENOS 2 DEVEM POSSUIR FREIOS.; **RODAS COM TRAVAS:** RODAS COM TRAVAS; **PARA-CHOQUES:** PROTEÇÃO NAS LATERAIS (PVC OU MATERIAL SIMILAR).; **FECHO GERAL PARA LACRE OU CADEADO:** TRAVA ÚNICA PARA LACRE OU CADEADO.; **GAVETAS COM DIVISÕES:** MÍNIMO 4 (QUATRO) GAVETAS, SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS E DEMAIS PARA USO EM GERAL.; **SUPORTE PARA CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR:** SIM; **PRANCHA DE MASSAGEM CARDIACA:** SIM; **SUPORTE PARA LIXEIRA:** SIM; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 45–66 CM; **LARGURA MÍNIMA:** 54-99 CM; **ALTURA MÍNIMA:** 72-121CM; **GARANTIA:** GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** , PRANCHA DE MASSAGEM CARDÍACA, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, TOMADA ELÉTRICA COM NO MÍNIMO 4 SAÍDAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 207**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 6

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.