



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41638

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 09/03/2026

EDITAL NÚMERO: 108 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/04/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1300-0000682-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO; 0515.0691.010138 - BOLSA/MOCHILA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - MOCHILA OXIGENOTERAPIA

JUSTIFICATIVA

MOCHILA DE OXIGENOTERAPIA COMPLETA, EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO A GARANTIR SUPORTE IMEDIATO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO CBMRS 2025/2026. SUA CONFIGURAÇÃO PERMITE TRANSPORTE ÁGIL ATÉ A BEIRA DA PRAIA E CONTÉM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PRIMEIRO ATENDIMENTO À VÍTIMA DE AFOGAMENTO, INCLUINDO CILINDRO PORTÁTIL, VÁLVULA REDUTORA, FLUXÔMETRO, MÁSCARAS, CÂNULAS, ASPIRADOR MANUAL E BOLSA VÁLVULA MÁSCARA ADULTO/INFANTIL. A CONTRATAÇÃO É JUSTIFICADA PELA SINGULARIDADE DO OBJETO E PELA IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SALVAMENTO, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR. O CBMRS É UM ÓRGÃO DE ESTADO QUE POSSUI DIVERSAS FONTES DE FINANCIAMENTO, COMO O TESOURO (ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DO PROGRAMA AVANÇAR NA SEGURANÇA), AS EMENDAS PARLAMENTARES, O PROGRAMA DE INCENTIVO AO APARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (PISEG), OS CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM O PODER JUDICIÁRIO, ALÉM DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (FNSP) E O PISEG, ONDE AS UNIDADES OPERACIONAIS ESPALHADAS PELO TERRITÓRIO GAÚCHO, SE MOBILIZAM PARA ARRECADAR RECURSOS JUNTO ÀS EMPRESAS CONTRIBUINTES DO ICMS PARA ATINGIREM O VALOR DE REFERÊNCIA DO BEM EM QUESTÃO E ASSIM ADQUIRIR OS REFERIDOS EQUIPAMENTOS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 BOLSA/MOCHILA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - MOCHILA OXIGENOTERAPIA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 711.375,00

Item 1 - 0515.0691.010138

BOLSA/MOCHILA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - MOCHILA OXIGENOTERAPIA

QUANTIDADE: 150,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.742,50

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOLSA/MOCHILA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - **TIPO:** MOCHILA OXIGENOTERAPIA; **TIPO DO MATERIAL:** POLIÉSTER 600 IMPERMEABILIZADO; **USO:** EM UNIDADES DE RESGATE; **COR:** VERDE; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** A MOCHILA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM TECIDO POLIÉSTER 600 IMPERMEABILIZADO; A COR DEVERÁ SER VERDE; A MOCHILA DEVERÁ TER 56 CM DE ALTURA, 31 CM DE LARGURA E 22 CM DE PROFUNDIDADE, POSSUINDO UM VOLUME APROXIMADO DE 30 LITROS, COM TOLERÂNCIA DE TODAS AS MEDIDAS DE +/- 5%; O INTERIOR DA BOLSA DEVERÁ SER CONFECCIONADO OXFORD PLASTIFICADO, NA COR CINZA; TODO O CONTO RNO DA BOLSA DEVERÁ TER ACABAMENTO EM PERFIL TERMOPLÁSTICO PRETO ENCAPADO; O FECHAMENTO DEVERÁ SER COM ZÍPER DE NYLON N.º 10 (DEZ), FIXADO POR MEIO DE COSTURA DUPLA, COM 02 (DOIS) CURSORES ESMALTADOS, TUDO NA COR PRETA;



NA PARTE EXTERNA, FRONTAL, DEVERÁ POSSUIR ABERTURA DE 180° E LOGOTIPIA DO ÓRGÃO REQUISITANTE GRAVADA EM SILK SCREEN, CONFORME ANEXO A;

NA PARTE INTERNA DA ABERTURA FRONTAL, DEVEM SER INSTALADOS 6 (SEIS) SUPORTES PARA CÂNULAS OROFARÍNGEAS NOS TAMANHOS Nº 00, 01, 02, 03, 04 E 05;

ACIMA DESSES SUPORTES, DEVE HAVER UM BOLSO EXPANSÍVEL CONFECCIONADO EM CRISTAL TRANSPARENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 31 CM X 22 CM. ESSE BOLSO DEVE TER UMA PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 7 CM NA PARTE SUPERIOR, FECHAMENTO EM ZÍPER E ACABAMENTO EM VIÉS PRETO;

LOGO ABAIXO DESSE BOLSO, DEVE HAVER UM SEGUNDO BOLSO EXPANSÍVEL, TAMBÉM CONFECCIONADO EM CRISTAL TRANSPARENTE E COM AS MESMAS DIMENSÕES 31 CM X 22 CM E PROFUNDIDADE APROXIMADAMENTE DE 7 CM. ESSE BOLSO TAMBÉM DEVE TER FECHAMENTO EM ZÍPER E ACABAMENTO EM VIÉS;

NA PARTE POSTERIOR INTERNA DA BOLSA DEVERÁ TER DUAS ALÇAS COSTURADAS E REFORÇADAS COM DOIS REBITES, CONFECCIONADAS NO MESMO TECIDO DO FORRO (52X8CM), ACABAMENTO EM VIÉS PRETO, PRESAS COM VELCRO DE 5 CM DE LARGURA, (VELCRO MACHO E FÊMEA) PARA FIXAR E ACONDICIONAR CILINDRO DE OXIGÊNIO DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE DE 3L NA EXTREMIDADE DE BOLSA;

NA PARTE INTERNA SUPERIOR DEVE SER EQUIPADA COM UM SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR DUAS FITAS DE POLIPROPILENO PRETAS. ESTAS FITAS, QUE SERVEM COMO ALÇAS PARA PRENDER E GARANTIR A FIXAÇÃO DO CILINDRO, APRESENTAM AS SEGUINTE DIMENSÕES: UMA NA HORIZONTAL (3 CM X 26 CM) E OUTRA NA VERTICAL (3 CM X 23 CM). AS ALÇAS DEVEM SER FIXADAS POR REBITES E SUAS EXTREMIDADES DEVEM POSSUIR VELCRO PRETO PARA O FECHAMENTO. ADICIONALMENTE, AO LADO DA FITA COSTURADA NA VERTICAL, DEVERÁ SER FIXADO UMA PLAQUETA DE 6 X 5 DE PLÁSTICO PARA MAIOR PROTEÇÃO DOS MATERIAIS ACOPLADOS AO CILINDRO;

AO LADO DO COMPARTIMENTO DESTINADO AO CILINDRO, A APROXIMADAMENTE 9 CM DA EXTREMIDADE INFERIOR, DEVERÁ SER COSTURADO UM VELCRO MACHO, COM 5 CM DE LARGURA POR 35 CM DE COMPRIMENTO, PARA FIXAÇÃO DE DUAS BOLSAS;

A PRIMEIRA BOLSA DEVE SER CONFECCIONADA EM POLIÉSTER 600 NA COR PRETA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26 X 18 X 12 CM. POSSUI TAMPA EM CRISTAL TRANSPARENTE, ABERTURA EM 180°, FECHAMENTO POR ZÍPER COM DOIS CURSORES, ACABAMENTO INTERNO EM VIÉS PRETO (SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS) E ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO TERMOPLÁSTICO PRETO NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR;

A SEGUNDA BOLSA, TAMBÉM EM POLIÉSTER 600 PRETO, MEDE 20 X 13 X 8 CM. ASSIM COMO A PRIMEIRA, TEM TAMPA EM CRISTAL TRANSPARENTE, ABERTURA EM 180°, FECHAMENTO POR ZÍPER COM UM CURSOR, ACABAMENTO INTERNO EM VIÉS PRETO (SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS) E ACABAMENTO EXTERNO EM VIVO TERMOPLÁSTICO PRETO NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR;

O CILINDRO DEVERÁ SER DOTADO DE CONJUNTO ÚNICO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E UM FLUXÔMETRO, PRÉ-CALIBRADAS FÁCIL AJUSTE E VISIBILIDADE COMPATÍVEIS A DIVERSOS PERIFÉRICOS (ACESSÓRIOS) NACIONAIS E IMPORTADOS, COM CONEXÃO DE ENTRADA (NORMA ABNT – NB 254 – 1.977 Nº 1240);

DEVERÁ POSSUIR NAS DUAS FACES DA MOCHILA (ANTERIOR E POSTERIOR) E EM TODO O SEU CONTO LATERAL UMA PLACA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO DE 0,3 CM DE ESPESSURA, FIXADAS POR REBITES, SENDO QUE A PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DEVERÁ ESTÃO DEVIDAMENTE FORRADOS, E ACOLCHOADOS COM UMA CAMADA DE ESPUMA NA PARTE EXTERNA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER E TORNAR A MOCHILA RÍGIDA E CONFORTÁVEL, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MAIOR PROTEÇÃO DOS MATERIAIS QUE COMPÕEM A BOLSA;

A PARTE EXTERNA INFERIOR DEVERÁ SER REVESTIDA EM TODA SUA EXTENSÃO COM CRISTAL PLÁSTICO TRANSPARENTE NA MEDIDA DE MÍNIMA DE 6 CM A PARTIR DA BASE;

A BASE DA MOCHILA DEVERÁ SER RÍGIDA E COM ACABAMENTO EXTERNO RESISTENTE A ABRASÃO E AO CONTATO COM PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATRAVÉS DE UMA CAMADA DE BORRACHA PRETA ANTIDERRAPANTE SOBRE O CRISTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 15 CM;

A PARTE SUPERIOR DA MOCHILA DEVERÁ POSSUIR UMA ALÇA DE MÃO PARA CARREGAMENTO, CONFECCIONADA EM FITA DE POLIPROPILENO DE 4 CM DE LARGURA COSTURADA NA MOCHILA DE MANEIRA REFORÇADA, NA COR PRETA, SENDO QUE NA EMPUNHADURA DEVE TER UM ACOLCHOADO DE 12 CM DE COMPRIMENTO E 12 CM DE LARGURA, QUE ENVOLVA TODA A ALÇA, CONFECCIONADO EXTERNAMENTE PELO MESMO TECIDO DA BOLSA, TENDO NO SEU INTERIOR UMA CAMADA DE ESPUMA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO MACHO E FÊMEA NA MEDIDA DE 12 CM X 2,5 CM;

A PARTE POSTERIOR DEVERÁ POSSUIR DUAS ALÇAS COSTAIS ANATÔMICAS, ACOLCHOADAS, CONFECCIONADAS DO MESMO TECIDO DA MOCHILA, COM ACABAMENTO DE VIÉS PRETO EM SUAS ALÇAS, EM SUA PARTE EXTERNA SUPERIOR, SAINDO A COSTURA DE UMA FITA PRETA DE 31 X 5 CM, COSTURADA HÁ UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 5 CM DA EXTREMIDADE SUPERIOR, COM REFORÇO EM X NA JUNÇÃO DA ALÇA;

AS ALÇAS DEVERÃO POSSUIR DIMENSÕES DE 11 CM DE LARGURA (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) EM SUA FACE SUPERIOR E 7 CM, NA FACE INFERIOR, COM COSTURA REFORÇADA E SISTEMA DE REGULAGEM, QUE PERMITA AJUSTE EM UM PERÍMETRO TOTAL INTERNO DE 54 A 92 CM;

O TIRANTE INFERIOR UTILIZADO PARA AJUSTE DA ALÇA DEVERÁ SER EM FITA DE POLIPROPILENO, COM LARGURA DE 5 CM, DEVENDO SER COSTURADO EM UMA PEÇA TRIANGULAR NA PARTE INFERIOR FEITA DO MESMO TECIDO DA BOLSA;



DEVERÁ POSSUIR 01 ALÇA ABDOMINAL, DE FORMA ACOLCHOADA INTERNAMENTE, COSTURADAS EM AMBOS LADOS LATERAIS, COM APROXIMADAMENTE 21 CM COMPRIMENTO, 9,5 CM LARGURA DE BASE E 6,5 CM LARGURA SUPERIOR, COM ACABAMENTO EM SUA PARTE SUPERIOR EXTERNA, EM VIÉS PRETO E COSTURA EM “X” NA PARTE SUPERIOR COM A COSTURA DA FITA;

A ALÇA ABDOMINAL DEVERÁ ESTAR SITUADA NA PARTE COSTAL, NO SENTIDO DA LARGURA, EM FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADA COM O MESMO MATERIAL EXTERNO DA BOLSA, COM COSTURA REFORÇADA E SISTEMA DE REGULAGEM, QUE PERMITA AJUSTE EM UM PERÍMETRO TOTAL INTERNO DE APROXIMADAMENTE 53 CM A 104 CM;

O TIRANTE PARA REGULAGEM DEVERÁ TER 5 CM DE LARGURA, EM POLIPROPILENO NA COR PRETA;
NAS EXTREMIDADES DAS ALÇAS COSTAIS E NA REGIÃO CENTRAL DA ALÇA ABDOMINAL DEVERÁ HAVER FECHAMENTO TIPO ENGATE RÁPIDO, MACHO E FÊMEA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE;
NAS ALÇAS COSTAIS DEVERÁ POSSUIR UMA FITA PEITORAL DE APROXIMADAMENTE 42 CM X 3 CM, ABERTA, NA COR PRETA, COM FECHAMENTO EM ENGATE RÁPIDO, COM REFORÇO DE COSTURA EM “X” EM SUAS EXTREMIDADES;
EM SUAS LATERAIS, DEVERÁ POSSUIR UMA FITA DE POLIPROPILENO PRETA DE APROXIMADAMENTE 127 CM X 4 CM, EM SUAS EXTREMIDADES FIXADAS COM REBITE, COSTURA EM “X”, COM REGULAGEM E OMBREIRA PARA MAIOR CONFORTO;
DA EMBALAGENS:
AS BOLSAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO DATA DE FABRICAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

DO CONTEÚDO INTERNO:

A MOCHILA DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE ITENS:

- 01 CONJUNTO DE CÂNULAS OROFARÍNGEAS (GUEDEL) — TAMANHOS 0, 1, 2, 3, 4 E 5 (6 UNIDADES);
- 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE APROXIMADA DE 3 LITROS;
- 01 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, FAIXA DE TRABALHO ENTRE 40 E 60 PSI, COM VISUALIZAÇÃO POR PONTEIRO ANALÓGICO COM TOMADA DUPLA;
- 01 FLUXÔMETRO DO TIPO BILHA PARA MEDIR VAZÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (ESCALA DE 0 A 15 L/MIN, CORPO EM METAL CROMADO, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO);
- 03 CATETERES DO TIPO ÓCULOS NASAL;
- 01 EXTENSÃO PARA ADAPTAÇÃO AO SISTEMA DE OXIGÊNIO;
- 01 MÁSCARA FACIAL ADULTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM BOLSA RESERVATÓRIO (BAG) E ELÁSTICO DE FIXAÇÃO;
- 01 MÁSCARA FACIAL INFANTIL DE ALTA CONCENTRAÇÃO, COM BOLSA RESERVATÓRIO (BAG) E ELÁSTICO DE FIXAÇÃO;
- 01 FRASCO UMIDIFICADOR DE 250 ML;
- 03 MÁSCARAS DE RCP DESCARTÁVEIS DO TIPO PRATIK MASK, COM BOCAL REDONDO E VÁLVULA UNIDIRECIONAL;
- 01 BOLSA VÁLVULA MÁSCARA (BVM) — TAMANHO ADULTO;
- 01 BOLSA VÁLVULA MÁSCARA (BVM) — TAMANHO INFANTIL;
- 01 MÁSCARA DE RCP POCKET MASK;
- 01 FRASCO ASPIRADOR DE REDE PARA OXIGÊNIO DE 250 ML;
- 01 ASPIRADOR RÍGIDO DO TIPO YANKAUER.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 150

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL, EXCETUANDO-SE OS CASOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO.

2. COMPROVAÇÃO TÉCNICA

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A VERIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM POR MEIO DE CATÁLOGO TÉCNICO, PROJETO OU FICHA TÉCNICA DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE, SEMPRE QUE SOLICITADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

3. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA



ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODERÁ SER SOLICITADA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR, A SER ENTREGUE E INSTALADA — QUANDO SE TRATAR DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA FINS DE TESTE — EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO.

4. PRAZO PARA ENTREGA DE AMOSTRAS

O PRAZO PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE SERÁ DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO O ITEM OU A COMPRA PREVEJA PRAZO DIVERSO PARA A APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA, PREVALECERÁ AQUELE ESPECIFICADO NO PRÓPRIO ITEM OU NA COMPRA.

5. LAUDO TÉCNICO

EM CASO DE DÚVIDA, O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ SOLICITAR LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, A FIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. TODAS AS DESPESAS RELATIVAS AO TRANSPORTE E À EMISSÃO DO LAUDO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE CONTRATADA.

6. EQUIPAMENTO DEMONSTRADO

O EQUIPAMENTO APRESENTADO PARA DEMONSTRAÇÃO DEVERÁ POSSUIR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO DA PROPOSTA, NÃO SENDO ADMITIDOS EQUIPAMENTOS SIMILARES PARA FINS DE AVALIAÇÃO. A FALTA DE AVALIAÇÃO PODERÁ RESULTAR NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES).

A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS.

TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.

SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO.

A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.



A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO .

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O LICITANTE DEVERA RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANALISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001