



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Aquisição de um 01 (um) FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR - 8.000 LUX - BIVOLT (GCE: 0870.0222.009996)

02. DA JUSTIFICATIVA

A aquisição do aparelho de um FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR - 8.000 LUX - BIVOLT é necessária para atender à demanda crescente por modernização dos equipamentos utilizados no serviço de enfermagem/ clínica médica da Policlínica da Polícia Civil.

Além disso, a aquisição visa substituir ou complementar equipamentos obsoletos, garantindo maior eficiência, segurança e qualidade nos atendimentos prestados, alinhando-se às boas práticas da clínica moderna e à diretriz institucional de melhoria contínua do serviço público de saúde.

A aquisição de foco auxiliar para o consultório de ginecologia faz-se necessária para garantir condições adequadas de iluminação durante a realização de consultas e procedimentos ginecológicos, contribuindo para maior precisão na avaliação clínica e segurança nos atendimentos. O equipamento é essencial para auxiliar o profissional de saúde na adequada visualização durante os exames, qualificando o atendimento prestado. Dessa forma, a aquisição visa promover melhores condições de trabalho aos profissionais e assegurar um atendimento mais eficiente e seguro aos pacientes atendidos pela Policlínica da Polícia Civil.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item				Relacionamento	Fechar
Código GCE:	Nome Modificador:	Unidade de Medida:	Situação:		
0870.0222.009996	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR - 8.000 LUX - BIVOLT	UNIDADE (un)	Ativado		
Anexos	Galeria	Processos	Histórico	Histórico Importação	Sugestões
Detalhes	Composição	Orçamentos	Observações	Configurações	Código de Barras
Valor de Referência					
Valor de Referência:		Validade do Vir. de Referência:		Item disponível em Ata Vigente:	
752,90		28/01/2027		Não	
Código LIC:	Tipo de Família:		Categoria:		Últ. Compras Homolog.:
	BENS		NÃO DEFINIDA		0
Família:	Subfam.:		Exclusividade:		
0870	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENF		NÃO		
Padrão de Especificação Técnica:					
12337		FOCO			
Especificação Técnica					Imprimir
Visualizar					
FOCO - TIPO DE FOCO: FOCO AUXILIAR; INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO: MÍNIMA DE 8.000 LUX; ASSISTÊNCIA TÉCNICA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FORNECEDOR NO BRASIL; TENSÃO: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICO OU CHAVE SELETORA; TIPO DE REDE: MONOFÁSICA; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; DIAMETRO DO FEIXE DE LUZ: MÍNIMO 500 MM; CERTIFICAÇÃO: INMETRO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HASTE FLEXÍVEL					
ALTURA AJUSTÁVEL; REGISTRO ANVISA: SIM;					

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência, acompanhado das respectivas notas fiscais, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e **prazo de garantia**.

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 dias corridos, a partir da notificação, o objeto com avarias ou defeitos.

5. DA GARANTIA DO PRODUTO

A descrição do prazo de garantia do produto deverá estar contida no manual do fabricante e não poderá ser inferior a 12 meses.

6. PREÇO DE REFERÊNCIA

O preço de Referência está descrito no Relatório de Especificação Técnica do GCE, que segue abaixo:

Item				Relacionamento	Fechar
Código GCE:	Nome Modificador:	Unidade de Medida:	Situação:		
0870.0222.009996	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR - 8.000 LUX - BIVOLT	UNIDADE (un)	Ativado		
Anexos	Galeria	Processos	Histórico	Histórico Importação	Sugestões
Detalhes	Composição	Orçamentos	Observações	Configurações	Código de Barras
Valor de Referência					
Valor de Referência:	Validade do Vlr. de Referência:	Item disponível em Ata Vigente:	Últ. Compras Homolog.:		
752,90	28/01/2027	Não	0		
Código LIC:	Tipo de Família:	Categoria:	Exclusividade:		

7. DA ENTREGA

O objeto será entregue na Divisão Policlínica/DSA, localizada na rua Delegado Grant nº115/2, Bairro Santana, Porto Alegre, RS.

A contratada terá prazo máximo de 30 dias corridos para realizar a entrega, após a expedição da Ordem de Fornecimento.

Porto Alegre, 16 de março de 2026

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Inspetora de Polícia Renata de Oliveira Freiburger

DPCT/DSA

ID: 4384644