



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA
SECRETARIA DA SAÚDEUNIDADE CENTRAL DE COMPRAS
DA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOE-MAIL
DIVISAO-COMPRAS@SAUDE.RS.GOV.BRENDEREÇO ELETRÔNICO
WWW.COMPRAS.RS.GOV.BRTERMO DE REFERÊNCIA
NÚMERO DA COMPRA: 41572
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 25/02/2026
EDITAL NÚMERO: 125 / 2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/03/2026 09:00
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-9001945-2
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

ESTE ITEM É UM INSUMO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES CONFIRMATÓRIOS PARA CANABINOIDES (MACONHA E METABÓLITOS), EM METODOLOGIA ESPECÍFICA. A REPOSIÇÃO IMEDIATA DAS CROMATOPLACAS É INDISPENSÁVEL PARA A CONTINUIDADE DAS ANÁLISES REALIZADAS PELO SERVIÇO, ESPECIALMENTE AQUELAS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE USO DE DROGAS DE ABUSO E OUTRAS INVESTIGAÇÕES TOXICOLÓGICAS. AS CROMATOPLACAS HPTLC GEL 60 SÃO INSUMOS DE USO CONTÍNUO E ESSENCIAL, NÃO HAVENDO SUBSTITUTOS QUE GARANTAM A MESMA PERFORMANCE METODOLÓGICA, REPRODUTIBILIDADE DOS RESULTADOS E ADERÊNCIA AOS PROTOCOLOS VIGENTES. ATUALMENTE, O ESTOQUE DO LABORATÓRIO ENCONTRA-SE INSUFICIENTE PARA MANTER A ROTINA ANALÍTICA, COM RISCO CONCRETO DE INTERRUPÇÃO DE EXAMES QUE POSSUEM CARÁTER URGENTE, MUITOS DELES RELACIONADOS A ATENDIMENTOS CLÍNICOS, EMERGÊNCIAS TOXICOLÓGICAS E DEMANDAS JUDICIAIS. A AUSÊNCIA DO MATERIAL IMPACTARIA DIRETAMENTE A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SERVIÇO, PODENDO COMPROMETER PRAZOS E A SEGURANÇA DAS ANÁLISES REALIZADAS. DIANTE DESSE CENÁRIO, A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EVITAR A DESCONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS CRÍTICOS E ASSEGURAR A INTEGRIDADE E CONFIABILIDADE DOS RESULTADOS EMITIDOS. ESTE ITEM ESTEVE PREVISTO NO PCA DE 2025, NA DEMANDA 1554, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. AO REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA, FOI CONSTATADO QUE O ITEM HAVIA SIDO DESATIVADO PELA CELIC E ENTÃO FOI NECESSÁRIO REALIZAR NOVA CATALOGAÇÃO. QUANDO O ITEM FOI NOVAMENTE ATIVADO, ENTROU EM COMPRA NO PROCESSO 25/2000-0164427-0, QUE AINDA NÃO TEVE CONCLUSÃO. TODAVIA, TODA A RESERVA DE ESTOQUE FOI CONSUMIDA NESTE INTERVALO DE TEMPO. DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE ATENDER O OBJETO DA CONTRATAÇÃO E A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO RECEBIDO POR PORTARIA SUPRAMENCIONADA, DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CROMATOPLACA HPTLC GEL 60

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 25.569,60

Item 1 - 0830.0507.010222

CROMATOPLACA HPTLC GEL 60

QUANTIDADE: 6,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.261,60

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CROMATOPLACA HPTLC - MATERIAL: VIDRO; TIPO DE ANÁLISE: HPTLC; GRANULOMETRIA DA SÍLICA: GEL 60;
FILTRO DE FLUORESCÊNCIA: COM UV F254 OU SEM INDICADOR; LARGURA DA PLACA: 10,00 CM;
COMPRIMENTO DA PLACA: 10,00 CM; APRESENTAÇÃO: CAIXA OU EMBALAGEM COM 25 UNIDADES;
COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: MARCAS PARA REFERÊNCIA: MERCK OU MACHEREY-NAGEL, OU SIMILAR DE IGUAL QUALIDADE OU SUPERIOR. PLACAS DE VIDRO REVESTIDAS COM SÍLICA GEL 60 DE FASE REVERSA OCTADECILSILANIZADAS (RP-18) OU REVESTIDAS COM NANO-SÍLICA GEL 60 (NANO-ADAMANT). USO PARA SEPARAR SUBSTÂNCIAS EXTREMAMENTE APOLARES E SUBSTÂNCIAS INSTÁVEIS QUE TENDEM A SOFRER DEGRADAÇÃO OXIDATIVA.;;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 6

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA