

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41735

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 24/03/2026

EDITAL NÚMERO: 219 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 31/03/2026 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1205-0000045-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

FILAMENTOS DE ALTA TEMPERATURA PARA GC-MS SÃO CONSUMÍVEIS INDISPENSÁVEIS PARA A ROTINA DE USO DO EQUIPAMENTO. UTILIZADOS EM FONTES DE ÍONS DE IMPACTO DE ELÉTRONS (EI ION SOURCE), SÃO PEÇAS FUNDAMENTAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESPECTRÔMETRO DE MASSA NA DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS ANALITOS (SUBSTÂNCIAS PESQUISADAS NAS AMOSTRAS). OS FILAMENTOS DE ALTA TEMPERATURA SOLICITADOS SÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS CROMATÓGRAFOS UTILIZADOS NA ROTINA DAS DIVISÕES DE QUÍMICA E TOXICOLOGIA FORENSE. LOGO, TRATA-SE DE MATERIAL IMPRESCINDÍVEL PARA ANDAMENTO DAS ANÁLISES DE DROGAS APREENDIDAS E MATERIAL BIOLÓGICO COLETADOS EM TODO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. A FALTA DESSE CONSUMÍVEL IMPEDE O USO DOS EQUIPAMENTOS E, CONSEQUENTEMENTE, HAVERÁ IMPACTO NA LIBERAÇÃO DOS RESPECTIVOS LAUDOS. A CONTRATAÇÃO ESTÁ ADEQUADA À NECESSIDADE DAS DIVISÕES DE QUÍMICA E TOXICOLOGIA FORENSE/DPL/IGP-RS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 FILAMENTO MSD - TUNGSTÊNIO**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 31.263,31

Item 1 - 0830.0555.000156**FILAMENTO MSD - TUNGSTÊNIO****QUANTIDADE:** 13,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 2.404,87**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

FILAMENTO MSD - **TIPO:** TUNGSTÊNIO; **USO:** PARA TEMPERATURAS ELEVADAS; **FUNÇÃO:** GERAR FEIXE DE ELÉTRONS DE ALTA ENERGIA COM O AQUECIMENTO, IMPACTO DE ELÉTRONS (EI); **APRESENTAÇÃO:** EMBALAGEM COM UMA UNIDADE; **INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS MODELO 5975C MARCA AGILENT. REFERÊNCIA DO FILAMENTO MSD G7005-60061;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 13

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1



O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA