

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - DS
CMOBM

PARECER TÉCNICO PE 0169/CELIC/2026

OBJETO DE ANÁLISE: Solicitação de parecer técnico do Pregão Eletrônico 0169/2026
LOTES 01 ao 09..

Assunto: Análise do catálogo técnico.

Destino: CELIC.

RELATÓRIO: Análise técnica do catálogo apresentado.

LOTE 1: Item 0910.0353.000017 - PINÇA CLÍNICA - Nº 317.

Catálogo apresentado na proposta:

Fabricante: IMPLA

Marca e modelo: IPIN CLI

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 2: Item 0910.0353.000036- PONTA DE ULTRASSOM - G4-S SCHUSTER

Catálogo apresentado na proposta:

Fabricante: SCHUSTER

Marca e modelo: G4-S

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 3: Item 0910.0457.000070 - LIMA ENDODONTICA MANUAL C-PILOT 06 21MM.

Catálogo apresentado na proposta:

Fabricante: IMPLA

Marca e modelo: Modelo: 21 006 ICP-

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, **não consta** no catálogo apresentado o descritivo: "AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310" - tem parecer técnico desfavorável.

LOTE 4: item 1- 0910.0457.010003 - LIMA ENDODÔNTICA MANUAL - TIPO: K
FLEXOFILE CALIBRE: 15 21MM - DENTSPLY SIRONA.

Catálogo apresentado na proposta:

Fabricante: DENTSPLY

Marca e modelo: K FLEXOFILE CALIBRE: 15 21MM

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 4: item 2- 0910.0507.010106- CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO - IRM -
MARCA: DENTSPLY SIRONA.

Catálogo apresentado na proposta:

Fabricante: DENTSPLY

Marca e modelo: - IRM

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 5: Item 01: 0910.0457.010040- LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE RECIPROC
BLUE R50 31MM MARCA VDW.

Catálogo apresentado na proposta:

Fabricante: VDW

Marca e modelo: RECIPROC BLUE R50 31MM.

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 5 : item 2 - 0910.0457.010041 - LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE RECIPROC
BLUE R50 25MM MARCA VDW.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: VDW

Marca e modelo: RECIPROC BLUE R50 25MM.

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 5 : Item 3 - 0910.0457.010042 - LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE
RECIPROC BLUE R50 21MM MARCA VDW.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: VDW

Marca e modelo: RECIPROC BLUE R50 21MM

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 5 : Item 4 - 0910.0457.010043- LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE - R40 31MM
MODELO RECIPROC BLUE MARCA VDW.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: VDW

Marca e modelo: RECIPROC BLUE- R40

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 5 : Item 5 - 0910.0457.010046- LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE RECIPROC BLUE R25 31MM MARCA VDW.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: VDW

Marca e modelo: RECIPROC BLUE R25 31MM

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 5 : Item 6 - 0910.0457.010044- LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE RECIPROC BLUE R40 25MM MARCA VDW.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: VDW

Marca e modelo: RECIPROC BLUE R40 25MM

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 5 : Item 7 - 0910.0457.010045- LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE RECIPROC BLUE R40 21MM MARCA VDW.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: VDM

Marca e modelo: RECIPROC BLUE R40 21MM

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 6 : 0910.0507.000020- FLUOR GEL NEUTRO 200 ML

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: IODONTOSUL

Marca e modelo: FLUOR GEL NEUTRO

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 7 : item 1- 0910.0507.000347- BROCA ZECKRYA - 23MM.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: IMPLA

Marca e modelo: Modelo: 23 IZC.

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 7 : Item 2 - 0910.0507.000369 - BROCA ZECKRYA - 28MM.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: IMPLA

Marca e modelo: Modelo: 28 IZC.

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 8 : Item 1 - 0910.0507.000473 - ARCO PARA DIQUE DE BORRACHA – YOUNG.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: IMPLA

Marca e modelo: IARC Y AD

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, consta em seu descritivo os requisitos básicos para o fim a que se destina, **atendendo** as necessidades de nossa unidade. Tem parecer favorável.

LOTE 9 : Item 1 - 0910.0507.000474 - PONTA DE ACABAMENTO - PARA RESINAS COMPOSTAS CILÍNDRICA.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: IMPLA

Marca e modelo: IFGARKCIL- Arkansas

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, não consta no catálogo apresentado o descritivo: "MATERIAL : ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICRO GRANULADO; tem parecer técnico desfavorável.

LOTE 9 : Item 2 - 0910.0507.000475 - PONTA DE ACABAMENTO - PARA RESINAS COMPOSTAS ESFÉRICA.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: IMPLA

Marca e modelo: IFGARKESF- arkansas

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, não consta no catálogo apresentado o descritivo: "MATERIAL : ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICRO GRANULADO; tem parecer técnico desfavorável.

LOTE 9 : Item 3- 0910.0507.000476 - PONTA DE ACABAMENTO - PARA RESINAS
COMPOSTAS FORMA DE CHAMA.

Catálogo apresentado na proposta

Fabricante: IMPLA

Marca e modelo: IFGARKCH- Arkansas

Observa-se que o material avaliado na proposta em questão, não consta no catálogo apresentado o descritivo: "MATERIAL : ÓXIDO DE ALUMÍNIO MICRO GRANULADO; tem parecer técnico desfavorável.

CONCLUSÃO:


Diante do exposto, conforme razões descritas neste documento segue o parecer conforme os lotes:

Lote: 01, 02, 04, 05, 07, e 08 do PE 0169/2026, tem o PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL;

Lote: 03 E 09 do PE 0169/2026, tem o PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL;

Devido as especificidades dos itens solicitamos para constar na Ata de registro de preços além do fabricante a marca e modelo que obtiveram parecer favorável.

Porto Alegre, 15 de maio de 2026.



CRISTINA DALL'AGNOL RODRIGUES- CAP DENT PM

Chefe do Setor de Compras

ID FUNC 2888971