

## **CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO - ÍNDICE**

### **Anexos**

#### **Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA**

## Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA  
BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS  
BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

**E-MAIL**  
DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

**ENDEREÇO ELETRÔNICO**  
WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

**TERMO DE REFERÊNCIA**  
NÚMERO DA COMPRA: 42228  
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 14/05/2026  
EDITAL NÚMERO: / 2026  
DATA DA REALIZAÇÃO:  
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1203-9011245-6  
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

## JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

### Lote 1 TIRA DE LIXA - AÇO INOXIDÁVEL 4MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 238,00

**Item 1 - 0910.0507.000439**

**TIRA DE LIXA - AÇO INOXIDÁVEL 4MM**

**QUANTIDADE:** 20,0000

**UNIDADE:** em

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 11,90

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

TIRA DE LIXA - **MATERIAL** : AÇO INOXIDÁVEL; **LARGURA** : 4MM; **COMPRIMENTO** : 150MM;

**TIPO DE ABRASIVO** : A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO; **GRANULAÇÃO** : MÉDIO;

**CENTRO NEUTRO** : SIM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL** : EMBALAGEM COM 12 TIRAS DE LIXA;

**VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA** : 48 MESES;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 187

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

### Lote 2 BANDA MATRIZ - AÇO INOX 7 MM - IODONTOSUL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 359,00

**Item 1 - 0910.0508.010008**

**BANDA MATRIZ - AÇO INOX 7 MM - IODONTOSUL**

**QUANTIDADE:** 100,0000

**UNIDADE:** rl

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 3,59

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

BANDA MATRIZ - **TIPO DE MATERIAL:** AÇO INOX; **ESPESSURA:** 0,05 MM; **ALTURA:** 7 MM; **USO:** ODONTOLÓGICO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** ROLO COM 50 CM; **MARCA COMERCIAL:** IODONTOSUL;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 187

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

### Lote 3 BANDA MATRIZ - AÇO INOX 5 MM 50 CM IODONTOSUL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 359,00

**Item 1 - 0910.0508.010007**

**BANDA MATRIZ - AÇO INOX 5 MM 50 CM IODONTOSUL**

**QUANTIDADE:** 100,0000

**UNIDADE:** rl

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 3,59

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

BANDA MATRIZ - **TIPO DE MATERIAL:** AÇO INOX; **ESPESSURA:** 0,05 MM; **ALTURA:** 5 MM; **USO:** ODONTOLÓGICO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** ROLO COM 50 CM; **MARCA COMERCIAL:** IODONTOSUL;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 187

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

### Lote 4 ALICATE PERFURADOR - AINSWORTH 15CM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.286,70

**Item 1 - 0910.0002.000002**

**ALICATE PERFURADOR - AINSWORTH 15CM**

**QUANTIDADE:** 10,0000

**UNIDADE:** un

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 128,67

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ALICATE PERFURADOR - **TIPO** : AINSWORTH; **TAMANHO** : 15CM; **ROLDANA** : COM 5 PERFURAÇÕES COM DIÂMETROS DIFERENTES; **PROTEÇÃO NA ARTICULAÇÃO** : APRESENTA DISPOSITIVO QUE IMPEDE QUE O LENÇOL DE BORRACHA ENTRE EM CONTATO COM A ARTICULAÇÃO DO ALICATE DURANTE O PROCESSO DE PERFURAÇÃO; **MATERIAL** : AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; **PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO** : CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); **APRESENTAÇÃO COMERCIAL** : EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; **REGISTRO** : NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; **GARANTIA** : MÍNIMA DE 08 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

**Lote 5 ARCO PARA DIQUE DE BORRACHA - YOUNG INFANTIL NÃO-DOBRÁVEL**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 281,90

**Item 1 - 0910.0507.010034**

**ARCO PARA DIQUE DE BORRACHA - YOUNG INFANTIL NÃO-DOBRÁVEL**

**QUANTIDADE:** 10,0000

**UNIDADE:** un

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 28,19

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ARCO PARA DIQUE DE BORRACHA - **TIPO DE ARCO PARA DIQUE:** YOUNG INFANTIL; **MATERIAL ARCO:** AÇO INOX; **MALEABILIDADE:** NÃO-DOBRÁVEL; **IMAGEM RADIOGRÁFICA:** RADIOPACO; **PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:** CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); **CARACTERÍSTICA DO ARCO:** GARRAS NÃO DEFORMÁVEIS; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE

SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

### Lote 6 HIPOCLORITO DE SÓDIO - 2,5% USO: ODONTOLÓGICO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 633,60

**Item 1 - 0910.0135.009998**

**HIPOCLORITO DE SÓDIO - 2,5% USO: ODONTOLÓGICO**

**QUANTIDADE:** 40,0000

**UNIDADE:** fr

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 15,84

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

HIPOCLORITO DE SÓDIO - **CONCENTRAÇÃO:** 2,5%; **USO:** ODONTOLÓGICO;

**INDICAÇÃO DE USO DO HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%:** DESINFECÇÃO DE ESTRUTURAS DENTÁRIAS, IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES;

**COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO:** HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% DE CLORO LIVRE, ALCALINIZANTE (HIDRÓXIDO DE CÁLCIO) ÁGUA DEIONIZADA;

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5 %:** FRASCO PLÁSTICO COM 1 L;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 183, 197

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40

### Lote 7 ABRIDOR DE BOCA ODONTOLOGICO AUTOCLAVAVEL- ADULTO E INFANTIL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 315,80

**Item 1 - 0910.0507.010109**

**ABRIDOR DE BOCA ODONTOLOGICO AUTOCLAVAVEL- ADULTO E INFANTIL**

**QUANTIDADE:** 20,0000

**UNIDADE:** kt

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 15,79

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ABRIDOR DE BOCA - **USO DO ABRIDOR DE BOCA:** ODONTOLÓGICO;

**MATERIAL DO ABRIDOR DE BOCA:** MATERIAL POLIMÉRICO ATÓXICO, BIOCOMPATÍVEL, PRÓPRIO PARA USO ODONTOLÓGICO; **AUTOCLAVÁVEL:** SIM;

**TAMANHO DO ABRIDOR DE BOCA:** ADULTO E INFANTIL;

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO ABRIDOR DE BOCA:** KIT COM UMA UNIDADE TAMANHO

ADULTO E UMA UNIDADE TAMANHO INFANTIL; **GARANTIA:** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

**REGISTRO ANVISA:** SIM;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

### **Lote 8 MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL - FINO (1,5 MM DIÂMETRO)**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 489,30

**Item 1 - 0910.0507.000409**

**MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL - FINO (1,5 MM DIÂMETRO)**

**QUANTIDADE:** 30,0000

**UNIDADE:** em

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 16,31

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL - **TAMANHO** : FINO (1,5 MM DIÂMETRO); **HASTE DO PINCEL** : DOBRÁVEL; **MATERIAL DO PINCEL** : PROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA MINÚSCULAS;

**FIBRAS DO MICRO APLICADOR** : NÃO-ABSORVENTES; **ISENTO DE FIAPO** : SIM;

**REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE** : SIM;

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PINCEL ODONTOLÓGICO** : EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 187

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

### **Lote 9 MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL - REGULAR (2MM DE DIÂMETRO)**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 420,90

**Item 1 - 0910.0507.000412**

**MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL - REGULAR (2MM DE DIÂMETRO)**

**QUANTIDADE:** 30,0000

**UNIDADE:** em

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 14,03

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL - **TAMANHO** : REGULAR (2MM DE DIÂMETRO);

**HASTE DO PINCEL** : DOBRÁVEL; **MATERIAL DO PINCEL** : PROPILENO E FIBRAS DE POLIAMIDA

MINÚSCULAS; **FIBRAS DO MICRO APLICADOR** : NÃO-ABSORVENTES; **ISENTO DE FIAPO** : SIM;  
**REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE** : SIM;  
**APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PINCEL ODONTOLÓGICO** : EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;  
**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187**  
**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO**  
**LOCAIS DE ENTREGA:**  
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

### Lote 10 APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PONTA: DUPLA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 434,20

#### Item 1 - 0910.0353.000033

##### APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PONTA: DUPLA

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 21,71

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

##### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - PONTA : DUPLA; TIPO DE MATERIAL : AÇO INOX;

REGISTRO : NA ANVISA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL : EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

##### LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

### Lote 11 GÁS - REFRIGERANTE -50°C

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 560,00

#### Item 1 - 0910.0507.000499

##### GÁS - REFRIGERANTE -50°C

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 56,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

##### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

GÁS - TIPO DE GÁS : REFRIGERANTE -50°C; USO : PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR;

COMPOSIÇÃO DO GÁS : BUTANO E PROPANO, SEM CONTER CFC;

VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA : 24 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL : FRASCO

METÁLICO COM BICO "SPRAY" CONTENDO 200ML OU 100G GÁS;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO**

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 ( CINCO ) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

**OBSERVAÇÃO 183**

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

**OBSERVAÇÃO 187**

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

\*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

\*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

\*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.