



---

**PE 0139/2026 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL**

---

**De** Compras HEMORGS - [ SES ] <compras-hemorgs@saude.rs.gov.br>  
**Data** Ter, 09/06/2026 11:19  
**Para** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>  
**Cc** Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

 2 anexos (316 KB)  
email ANDREA.pdf; Avaliação Amostra Agitador de Plaquetas.pdf;

Prezado Joycemar, bom dia

Segue em anexo o parecer favorável quanto a avaliação da amostra do 0830.183.010208 – Agitador de Plaquetas referente ao PE 0139/2026.

Atenciosamente,

**Daniele da Rosa**



**Setor Administrativo - HEMORGS**

COMPRAS E AQUISIÇÕES  
Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados - DESH  
Secretaria da Saúde RS  
(51) 3339-7323  
compras-hemorgs@saude.rs.gov.br

---

**De:** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 18 de maio de 2026 12:13  
**Para:** Compras HEMORGS - [ SES ] <compras-hemorgs@saude.rs.gov.br>; Daniela Carvalho <daniela@almeidaesilva.com.br>  
**Assunto:** ENC: PE 0139/2026 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezados,

Repasso o e-mail acerca do envio *do manual de uso/operação do equipamento, a fim de subsidiar a verificação detalhada dos requisitos técnicos e operacionais.*

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,  
Pregoeiro.



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**

**Divisão de Pregoeiros  
DELIC/CELIC**

**Secretaria Planejamento, Governança e Gestão**  
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar  
Porto Alegre, RS • 90119-900

[planejamento.rs.gov.br](http://planejamento.rs.gov.br)

---

**De:** licitacoes@cei-brasil.com <licitacoes@cei-brasil.com>  
**Enviado:** segunda-feira, 18 de maio de 2026 12:09  
**Para:** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>  
**Assunto:** RES: PE 0139/2026 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezado Pregoeiro, bom dia!

Segue em anexo proposta com manual, acabei de solicitar no chat do pregão a reabertura do campo para enviarmos os documentos por lá, de forma pública.

Referente a amostra, aguardaremos a solicitação e faremos o envio em momento oportuno.

Atenciosamente,



**ANA CLAUDIA**

Licitação

[ana.claudia@cei-brasil.com](mailto:ana.claudia@cei-brasil.com)

Av. das Américas, 3500 • bl. 1 • gr. 206 • Barra da Tijuca  
Rio de Janeiro • Brasil • cep 22640-102 • tel +55 21 3525-9450

---

**De:** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] [mailto:pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br]  
**Enviada em:** segunda-feira, 18 de maio de 2026 11:37  
**Para:** licitacoes@cei-brasil.com  
**Assunto:** ENC: PE 0139/2026 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL  
**Prioridade:** Alta

**URGENTE**

Prezado,

Senhor Licitante, solicito que se manifeste no chat no PE 0139/2026 - lote 1, para fins de atender as diligências solicitado pelo órgão técnico, a saber:

*"Para que seja possível realizar a análise técnica completa e adequada quanto ao atendimento às exigências do Termo de Referência, solicito, por gentileza, o envio do **manual de uso/operação do equipamento**, a fim de subsidiar a verificação detalhada dos requisitos técnicos e operacionais.*

*Adicionalmente, considerando a necessidade de avaliação prática quanto à aderência do produto à rotina operacional deste órgão, solicito informar a viabilidade de **disponibilização de amostra para testes**, conforme prática usual para este tipo de aquisição."*

Desta forma, aguardo manifestação para agendar e abrir o prazo para o envio da complementação da documentação.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

Pregoeiro.

(51) 3288-1192 ou (51) 993160474

Atenciosamente,

 <b>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL</b>	<b>Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC</b>  <b>Secretaria Planejamento, Governança e Gestão</b> +55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179  CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar Porto Alegre, RS • 90119-900  <a href="http://planejamento.rs.gov.br">planejamento.rs.gov.br</a>
---	---

**De:** Andréa Helena Hegner <[andrea-hegner@saude.rs.gov.br](mailto:andrea-hegner@saude.rs.gov.br)>

**Enviado:** segunda-feira, 18 de maio de 2026 10:57

**Para:** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <[pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br](mailto:pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br)>

**Cc:** Equipamentos Hemorgs <[equipamentos-hemorgs@saude.rs.gov.br](mailto:equipamentos-hemorgs@saude.rs.gov.br)>; Compras HEMORGS - [ SES ] <[compras-hemorgs@saude.rs.gov.br](mailto:compras-hemorgs@saude.rs.gov.br)>; Daniele Paula dos Santos da Rosa <[daniele-rosa@saude.rs.gov.br](mailto:daniele-rosa@saude.rs.gov.br)>;

Joycemar Moreira da Silva <[joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br](mailto:joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br)>

**Assunto:** RE: PE 0139/2026 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezados,

Bom dia.

Acuso o recebimento da proposta final encaminhada para o lote 01 do PE 0139/2026.

Para que seja possível realizar a análise técnica completa e adequada quanto ao atendimento às exigências do Termo de Referência, solicito, por gentileza, o envio do **manual de uso/operação do equipamento**, a fim de subsidiar a verificação detalhada dos requisitos técnicos e operacionais.

Adicionalmente, considerando a necessidade de avaliação prática quanto à aderência do produto à rotina operacional deste órgão, solicito informar a viabilidade de **disponibilização de amostra para testes**, conforme prática usual para este tipo de aquisição.

Ressalto que tais informações são essenciais para emissão de parecer técnico robusto e devidamente fundamentado, em conformidade com o disposto no edital.

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,



---

**De:** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <[pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br](mailto:pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br)>

**Enviado:** segunda-feira, 18 de maio de 2026 09:15

**Para:** Compras HEMORGS - [ SES ] <[compras-hemorgs@saude.rs.gov.br](mailto:compras-hemorgs@saude.rs.gov.br)>; Equipamentos Hemorgs <[equipamentos-hemorgs@saude.rs.gov.br](mailto:equipamentos-hemorgs@saude.rs.gov.br)>; Daniele Paula dos Santos da Rosa <[daniele-rosa@saude.rs.gov.br](mailto:daniele-rosa@saude.rs.gov.br)>

**Cc:** Joycemar Moreira da Silva <[joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br](mailto:joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br)>

**Assunto:** PE 0139/2026 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezados,

Informo que hoje, dia 27/04/2026, foi recebida a propostas final e catálogo técnico no lote 01, referente ao produto ofertado no PE 0139/2026, enviado pela empresa Licitante CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. (40.175.705/0001-64) .

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo), por esse Órgão.

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante. Informo que, a divulgação do resultado restou AGENDADO para a próxima terça-feira (19/05/2026) às 14hs.

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,  
Pregoeiro.

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL</b></p>	<p><b>Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC</b></p> <p><b>Secretaria Planejamento, Governança e Gestão</b> +55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179</p> <p>CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar Porto Alegre, RS • 90119-900</p> <p><a href="http://planejamento.rs.gov.br">planejamento.rs.gov.br</a></p>
---	--

"Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais. O uso não autorizado dessas informações é proibido e poderá estar sujeito às penalidades previstas em lei.

This message is intended exclusively for its recipient and may contain confidential information.

Unauthorized use of such information is prohibited and may be subject to applicable legal penalties."

---


## Análise de Amostra - agitador de plaquetas

---

De Andréa Helena Hegner <andrea-hegner@saude.rs.gov.br>

Data Ter, 09/06/2026 10:50

Para Daniele Paula dos Santos da Rosa <daniele-rosa@saude.rs.gov.br>

 1 anexo (174 KB)

Avaliação Amostra Agitador de Plaquetas.pdf;

Bom dia, Daniele,

Encaminho, em anexo, o relatório de análise referente ao Item 01-0830.183.010208 – Agitador de Plaquetas do Edital nº 139/2026.

O documento apresenta a avaliação técnica realizada, contendo as considerações pertinentes ao item em questão, para prosseguimento.

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Andréa Helena Hegner**

Especialista em Infraestrutura – Eng. Química

Engenharia Clínica – Albert Einstein (em andamento)

CREA RS 190482 – CRQ-V 5303470- ID4472845/01

Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados- DESH

Secretaria da Saúde RS

(51) 3339.7323, ramal 8742

andrea-hegner@saude.rs.gov.br

## RELATÓRIO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRA DE EQUIPAMENTO

### 1. IDENTIFICAÇÃO

Edital: 139/2026

Item 01-0830.183.010208 – Agitador de Plaquetas

Responsável pela Avaliação: Andréa Helena Hegner

Data da Avaliação: 09/06/2026

### 2. OBJETIVO:

Avaliar a conformidade técnica e funcional do Agitador de Plaquetas em relação às especificações do edital, verificando sua adequação para uso operacional.

### 3. DESCRIÇÃO DO TESTE:

O equipamento foi submetido a uso operacional no setor de Processamento, com objetivo de avaliar a capacidade operacional, a distribuição das bolsas nos compartimentos, o ajuste do alarme sonoro, o ajuste da faixa de rotação e todos os demais itens descritos no Termo de Referência.

### 4. DESCRIÇÃO DA ANÁLISE:

O equipamento foi submetido a testes operacionais em ambiente de uso real no setor de Processamento, com a finalidade de verificar sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência.

Durante a avaliação, foram analisados os seguintes aspectos: capacidade de armazenamento de bolsas, organização em compartimentos independentes, funcionamento do sistema de alarme sonoro, ajuste da faixa de rotação e desempenho geral do sistema de agitação.

Os testes incluíram a simulação das condições normais de uso, permitindo a verificação prática da funcionalidade, estabilidade operacional e adequação do equipamento às exigências técnicas previstas em edital.

### 5. RESULTADO OBTIDO

O equipamento apresentou desempenho satisfatório durante os testes realizados.

Verificou-se que atende à capacidade de até 48 bolsas não sobrepostas, com adequada distribuição em compartimentos independentes. O sistema de agitação horizontal operou de forma estável, com faixa de rotação ajustável entre 50 e 70 RPM, conforme especificado.

O alarme sonoro funcionou corretamente, sendo possível ajustar seu acionamento após interrupção do movimento. As prateleiras mostraram-se removíveis, laváveis e resistentes à corrosão, adequadas para o uso proposto.

A estrutura do equipamento demonstrou conformidade com os requisitos de resistência e acabamento, e o manual técnico em língua portuguesa foi disponibilizado.

De modo geral, o equipamento apresentou funcionalidade compatível com as exigências do edital, sem intercorrências durante a avaliação.

## 6. CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, conclui-se que a amostra está CONFORME, atendendo às especificações técnicas e requisitos do Edital nº 139/2026.

## 7. PARECER

Opina-se pela aprovação da amostra e manutenção da proposta do licitante para o item, com prosseguimento regular do certame.



Documento assinado digitalmente

ANDREA HELENA HEGNER

Data: 09/06/2026 10:47:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Andréa Helena Hegner**

Especialista em Infraestrutura – Eng. Química

Engenharia Clínica – Albert Einstein (em andamento)

CREA RS 190482 – CRQ-V 5303470- ID4472845/01

Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados- DESH

Secretaria da Saúde RS

(51) 3339.7323, ramal 8742

[andrea-hegner@saude.rs.gov.br](mailto:andrea-hegner@saude.rs.gov.br)