

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42430

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 08/06/2026

EDITAL NÚMERO: 315 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/07/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1203-0005042-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;

JUSTIFICATIVA

FREQÜENTEMENTE SÃO REALIZADOS PROCEDIMENTOS QUE NECESSITAM DO USO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ENDOSCÓPICOS DE UROLOGIA, OS QUAIS SERVEM PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DO TRATO URINÁRIO, COMO POR EXEMPLO, CÁLCULOS URINÁRIOS, CÂNCER DE BEXIGA E HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. NO HBMPA, SÃO REALIZADAS MAIS DE 200 CIRURGIAS POR ANO NAS QUAIS O USO DESTES EQUIPAMENTOS É NECESSÁRIO. PORTANTO, A AQUISIÇÃO É FUNDAMENTAL PARA MELHOR ATENDER NOSSO PÚBLICO. CABE INFORMAR QUE O HBMPA POSSUI TAIS EQUIPAMENTOS. CONTUDO, ESTÃO OBSOLETOS (FORAM ADQUIRIDOS HÁ MAIS DE 20 ANOS) E MUITOS COMPONENTES DO KIT NÃO FUNCIONAM MAIS. E A NECESSIDADE DE 3 KITS SE DEVE AO FATO DE QUE DIVERSAS VEZES SÃO REALIZADOS MAIS DE UM PROCEDIMENTO POR DIA, SENDO QUE, A CADA CIRURGIA OS INSTRUMENTAIS DEVEM PASSAR PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, PARA UMA MELHOR AGILIDADE E ATENDIMENTO AOS PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIO MAIS DE UM KIT. DIANTE DO EXPOSTO ACIMA O ENQUADRAMENTO LEGAL MAIS ADEQUADO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ENDOUROLOGIA NOS TERMOS ANTERIORMENTE DESCRITOS E ALMEJADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO HBMPA É O PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DA LEI. PORTANTO, TRATA-SE DE UM PROCESSO DE EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, POIS EXISTEM, NO MÍNIMO, TRÊS FORNECEDORES CAPAZES DE FORNECER O EQUIPAMENTO NAS CONDIÇÕES PRÉ-DEFINIDAS PELA DIREÇÃO DO HBMPA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 KIT INSTRUMENTAIS - INSTRUMENTAIS CIRURGICO UROLOGIA MINIMO 26 PEÇAS**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 350.252,80

Item 1 - 0870.0507.010086**KIT INSTRUMENTAIS - INSTRUMENTAIS CIRURGICO UROLOGIA MINIMO 26 PEÇAS****QUANTIDADE:** 1,0000**UNIDADE:** kt**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 350.252,80**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

KIT INSTRUMENTAIS - **TIPO:** INSTRUMENTAIS CIRURGICO; **QUANTIDADE DE PEÇAS:** MINIMO 26; **INDICAÇÃO:** PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE UROLOGIA; **COMPOSIÇÃO:** - ENDOSCÓPIO RIGIDO 4MM 30° 300MM - CAMISA CISTOSCOPIA COM OBTURADOR COMPLETA 21FR 2 TORNEIRAS - CAMISA CISTOSCOPIA COM OBTURADOR COMPLETA 19FR 2 TORNEIRAS - CAMISA CISTOSCOPIA COM OBTURADOR COMPLETA 23FR 2 TORNEIRAS - URETERORRENOSCÓPIO DE 8FR A 13.5FR, COM PONTE MÓVEL DE 2 CANAIS DE TRABALHO, AV:6°, 430MM - URETERORRENOSCÓPIO DE 9,5FR A 13.5FR, COM PONTE MÓVEL DE 2 CANAIS DE TRABALHO, AV:6°, 340MM - PONTE 2 CANAL - PONTE 1 CANAL - ELEMENTO DE TRABALHO MONOPOLAR - EVACUADOR DE ELLIK - PINÇA ENDOSCÓPICA FLEXÍVEL PONTA JACARÉ 7FR/400MM - PINÇA ENDOSCÓPICA FLEXÍVEL BIOPSIA 7FR/400MM - CABO ELEMENTO MONOPOLAR - CÂNULA DE ACESSO C/ OBTURADOR RESSECTOSCOPIA, 26FR FLUXO CONTINUO, ROTATÓRIA; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** ESTERELIZAVEL: SIM
REGISTRO: ANVISA

**LISTAGEM DE ANEXOS:**

ANEXO A - NUMERO DE INSTRUMENTAIS DO KIT;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 207**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO
PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

