



RE: Solicitação de Análise da proposta - PE 315/2026 CELIC

De HBMPA - BLOCO - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-bloco@bm.rs.gov.br>

Data Ter, 2026-07-14 16:21

Para Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>; HBMPA - Compras - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-compras@bm.rs.gov.br>

Cc DS - Seção de Compras - [BRIGADAMILITAR] <ds-secom@bm.rs.gov.br>; Ricardo Gonçalves da Costa <ricardo-costa@bm.rs.gov.br>; Renan Desimon Cabral <renan-cabral@bm.rs.gov.br>; Antônio Rebello Horta Gorgen <antonio-gorgen@bm.rs.gov.br>; Gabriela Hartmann Schneider <gabriela-cardozo@bm.rs.gov.br>; HBMPA - Enfermagem - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-enfermagem@bm.rs.gov.br>

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR-DS
HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR/PA

Porto Alegre, 14 de Julho de 2026
MEx nº 2961 /Chefia Bloco Cir./HBM-PA/2026.

Do: Chefe do Bloco Cirúrgico
Ao: pregoeiro Ramis Azevedo
Assunto: Análise Técnica da Proposta – Pregão Eletrônico nº 0315/2026

Prezado Sr. Ramis Azevedo,

Ao cumprimentar cordialmente V.Sa., em atenção à solicitação de análise da proposta apresentada pela empresa **ATS Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda.**, referente ao Pregão Eletrônico nº 0315/2026, informo que foi realizada a avaliação da proposta comercial e da documentação técnica apresentada. Após a análise, verificou-se que os quantitativos ofertados estão em conformidade com o Termo de Referência. Entretanto, permanecem alguns aspectos técnicos que necessitam de esclarecimento antes da emissão do parecer conclusivo, motivo pelo qual esta área técnica sugere a realização de diligência para os seguintes pontos:

1. Ureterorrenoscópios

Esclarecer a correspondência dos modelos de ureterorrenoscópios ofertados com as especificações constantes no Termo de Referência. A proposta apresenta ureterorrenoscópios com **6,0 Fr na extremidade distal e 7,5 Fr na proximal**, bem como modelos com **7,5 Fr na extremidade distal e 10,0 Fr na proximal**, enquanto o Termo de Referência solicita ureterorrenoscópios com calibres de **8 Fr a 13,5 Fr e 9,5 Fr a 13,5 Fr**, respectivamente.

Solicita-se informar se os modelos ofertados atendem funcionalmente às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou, alternativamente, se o fabricante dispõe de modelos que atendam integralmente aos calibres e demais características previstas no Edital.

2. Assistência técnica

Esclarecer a localização da assistência técnica autorizada indicada na proposta, informando se esta encontra-se estabelecida no Estado do Rio Grande do Sul ou em outro Estado, bem como os respectivos canais de atendimento.

3. Avaliação técnica dos instrumentais

Apresentar os instrumentais ofertados como amostra para avaliação técnica presencial pela equipe do HBMPA, conforme previsto no Termo de Referência.

Considerando tratar-se de instrumental cirúrgico permanente de alta complexidade e elevado valor agregado, destinado à realização de procedimentos endourológicos, a avaliação técnica presencial permitirá verificar aspectos que não podem ser aferidos apenas por meio da documentação apresentada, tais como qualidade construtiva, ergonomia, funcionalidade, qualidade óptica, compatibilidade entre os componentes do conjunto e adequação dos instrumentais às necessidades assistenciais da Instituição.

Para melhor organização da avaliação técnica, sugere-se que a apresentação dos instrumentais ocorra, preferencialmente, na manhã do dia **15/07/2026**, oportunidade em que estarão reunidos os profissionais responsáveis pela avaliação técnica, dentre eles o Diretor Técnico do HBMPA, **Tenente-Coronel Médico PM Renan Cabral**, médico urologista e usuário dos equipamentos. Não sendo possível o comparecimento nesta data, sugere-se, como segunda opção, a manhã do dia **29/07/2026**.

Após o atendimento da diligência e a realização da avaliação técnica dos materiais, esta área técnica realizará a análise complementar e emitirá parecer conclusivo quanto ao atendimento das especificações previstas no Edital e no Termo de Referência. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Maj. Med. PM Ricardo **Gonçalves** da Costa
Chefe Bloco Cirúrgico
ID Func 2889439

Operador: Sd. PM Marcio Cortelini **DORNELES**
Aux. Adm. Bloco Cirúrgico
Id. Func. 2917033
Bloco Cirúrgico/HBMPA
Fone: (51) 3288-3554

De: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: terça-feira, 14 de julho de 2026 15:12

Para: HBMPA - BLOCO - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-bloco@bm.rs.gov.br>; HBMPA - Compras - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-compras@bm.rs.gov.br>

Cc: DS - Seção de Compras - [BRIGADAMILITAR] <ds-secom@bm.rs.gov.br>; Ricardo Gonçalves da Costa <ricardo-costa@bm.rs.gov.br>; Renan Desimon Cabral <renan-cabral@bm.rs.gov.br>; Antônio Rebello Horta Gorgen <antonio-gorgen@bm.rs.gov.br>; Gabriela Hartmann Schneider <gabriela-cardozo@bm.rs.gov.br>; HBMPA - Enfermagem - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-enfermagem@bm.rs.gov.br>

Assunto: RE: Solicitação de Análise da proposta - PE 315/2026 CELIC

Bom dia

Edital: 315/2026 - Aquisição de KIT INSTRUMENTAIS - INSTRUMENTAIS CIRURGICO UROLOGIA MINIMO 26 PEÇAS

A empresa MANANCIAL MEDICAL LTDA solicitou a desclassificação da sua proposta, portanto, peço a avaliação da proposta da empresa **ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS**, se atende o solicitado no Edital.

Att

Ramis Azevedo
Pregoeiro

De: HBMPA - BLOCO - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-bloco@bm.rs.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 10 de julho de 2026 15:42

Para: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>; HBMPA - Compras - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-compras@bm.rs.gov.br>

Cc: DS - Seção de Compras - [BRIGADAMILITAR] <ds-secom@bm.rs.gov.br>; Ricardo Gonçalves da Costa <ricardo-costa@bm.rs.gov.br>; Renan Desimon Cabral <renan-cabral@bm.rs.gov.br>; Antônio Rebello Horta Gorgen <antonio-gorgen@bm.rs.gov.br>; Gabriela Hartmann Schneider <gabriela-cardozo@bm.rs.gov.br>; HBMPA - Enfermagem - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-enfermagem@bm.rs.gov.br>

Assunto: RE: Solicitação de Análise da proposta - PE 315/2026 CELIC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR-DS
HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR/PA

Porto Alegre, 10 de Julho de 2026
MEx nº 2926 /Chefia Bloco Cir./HBM-PA/2026.

Do: Chefe do Bloco Cirúrgico
Ao: pregoeiro Ramis Azevedo

Assunto: Análise Técnica da Proposta – Pregão Eletrônico nº 0315/2026

Prezado Sr. Ramis Azevedo,

Ao cumprimentar cordialmente V.Sa., em atenção à solicitação de análise técnica da proposta apresentada pela empresa **MANANCIAL MEDICAL LTDA**, referente ao Pregão Eletrônico nº 0315/2026, foi realizada a comparação entre a proposta comercial, o catálogo técnico apresentado e as especificações constantes no Termo de Referência.

Após a análise preliminar, verificou-se que a documentação apresentada não permite concluir, de forma inequívoca, que os equipamentos ofertados atendem integralmente às especificações técnicas exigidas, tornando necessária a realização de diligência para complementação das informações e avaliação técnica dos materiais.

Foram observados os seguintes pontos:

1. Os ureterorrenoscópios ofertados apresentam calibres de **6,0 Fr na porção distal e 7,5 Fr na proximal**, bem como **7,5 Fr na porção distal e 10,0 Fr na proximal**, ambos com comprimento de 425 mm. Entretanto, o Termo de Referência exige ureterorrenoscópios com calibres de **8 Fr a 13,5 Fr e 9,5 Fr a 13,5 Fr**, respectivamente, não havendo correspondência entre os modelos informados na proposta e aqueles especificados no edital. Faz-se necessário esclarecer se o fabricante dispõe de modelos compatíveis com as especificações exigidas.
2. A proposta apresenta camisa de cistoscopia completa de **22,5 Fr**, enquanto o Termo de Referência exige camisa de **23 Fr**, sendo necessário esclarecer se houve equívoco na descrição do item ou se existe modelo compatível com a especificação solicitada.
3. A proposta comercial não discrimina individualmente os componentes do kit, seus respectivos modelos e quantidades, impossibilitando confirmar se todos os instrumentais previstos no Termo de Referência estão sendo ofertados nas quantidades exigidas, tais como óticas, ureterorrenoscópios de cada calibre, camisas, pontes, elementos de trabalho e demais componentes do conjunto.
4. A documentação apresentada informa a existência de assistência técnica, porém não permite identificar de forma clara se esta está localizada no Estado do Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais, informação relevante para a adequada execução contratual e para o suporte técnico dos equipamentos.

Diante do exposto, esta área técnica entende ser necessária a realização de diligência junto à empresa licitante para que:

- apresente proposta comercial revisada, discriminando individualmente todos os componentes do kit, seus respectivos modelos e respectivas quantidades;
- esclareça os modelos efetivamente ofertados, especialmente dos ureterorrenoscópios e da camisa de cistoscopia, informando se o fabricante dispõe de equipamentos compatíveis com as especificações constantes no Termo de Referência;
- esclareça a localização da assistência técnica autorizada indicada na proposta, informando se esta se encontra estabelecida no Estado do Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais;
- apresente os instrumentais ofertados **como amostra para avaliação técnica presencial**, nos termos do Termo de Referência, pela equipe técnica do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. Considerando tratar-se de instrumental cirúrgico permanente de alta complexidade e elevado valor agregado, destinado à realização de procedimentos endourológicos, bem como a ausência de experiência prévia desta Instituição com os instrumentais ofertados pelo fabricante, entende-se imprescindível a avaliação presencial pelos profissionais que farão uso dos equipamentos, com a finalidade de verificar a conformidade técnica, a qualidade construtiva, a ergonomia, a funcionalidade, a compatibilidade entre os componentes do conjunto e sua adequação às necessidades assistenciais do HBMPA.

Para fins de organização da avaliação técnica, sugere-se que a apresentação da amostra ocorra, **preferencialmente na manhã do dia 15/07/2026**, oportunidade em que estarão reunidos os profissionais responsáveis pela avaliação técnica dos instrumentais, dentre eles o Diretor Técnico do HBMPA, **Tenente-Coronel Médico PM Renan Cabral**, médico urologista e usuário dos equipamentos. Não sendo possível o comparecimento nesta data, sugere-se, como segunda opção, a **manhã do dia 29/07/2026**.

Após o atendimento da diligência e a realização da avaliação técnica presencial, esta área técnica emitirá parecer conclusivo quanto ao atendimento das especificações previstas no Edital e no Termo de Referência.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Maj. Med. PM Ricardo **Gonçalves** da Costa
Chefe Bloco Cirúrgico
ID Func 2889439

Operador: Sd. PM Marcio Cortelini **DORNELES**
Aux. Adm. Bloco Cirúrgico
Id. Func. 2917033
Bloco Cirúrgico/HBMPA
Fone: (51) 3288-3554