

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42561

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 24/06/2026

EDITAL NÚMERO: 388 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/08/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-9006591-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;

JUSTIFICATIVA

AS JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS FORAM ELABORADAS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE E ENCONTRAM-SE DESCRITAS INDIVIDUALMENTE EM CADA UMA DAS RESPECTIVAS REQUISIÇÕES DE COMPRA QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO DE COMPRA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 MATERIAIS PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 4.596,00

Item 1 - 0870.0507.000618**CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA****QUANTIDADE:** 600,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 2,04**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****CATETER - USO:** HOSPITALAR; **TIPO DO CATETER:** INTRAVENOSO PERIFÉRICO; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL;
RADIOPACIDADE: RADIOPACO; **DESCARTÁVEL:** SIM; **DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:** SIM; **NORMA:** NR 32; **CALIBRE:** 18G; **COMPOSIÇÃO:** AGULHA SILICONIZADA COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DA AGULHA E PROTETOR TRANSPARENTE DO CONJUNTO CATETER/AGULHA; **REGISTRO:** ANVISA; **CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL:** APIROGÊNICO;
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°:** 1, 18, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300**Item 2 - 0870.0507.010153**

**GARROTE - TECIDO ELASTICO (TORNQUETE) - COM TRAVA****QUANTIDADE:** 300,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 11,24**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**DISPOSITIVO HOSPITALAR - **TIPO:** GARROTE; **USO:** ADULTO E REUTILIZÁVEL; **FUNÇÃO DO MATERIAL:** PARA IMPEDIR O FLUXO SANGUÍNEO; **FECHAMENTO:** SISTEMA DE TRAVA EM PLÁSTICO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; **MATERIAL:** FAIXA ELÁSTICA; **UNIDADE LICITATÓRIA:** UNIDADE;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300**Lote 2 SELADORA - MANUAL - 110 OU 220 V - EMBALAGEM PLÁSTICA**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 950,00

Item 1 - 0870.0700.000005**SELADORA - MANUAL - 110 OU 220 V - EMBALAGEM PLÁSTICA****QUANTIDADE:** 2,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 475,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**SELADORA - **MODELO:** MANUAL; **IMPULSÃO:** MANUAL; **TEMPORIZADOR:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO; **ACABAMENTO:** PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ; **COR:** INDIFERENTE; **VOLTAGEM:** 110 OU 220 V; **POTÊNCIA:** MÍNIMA 50W; **TAMANHO MÍNIMO:** 300,00 MM; **ESPESSURA MÍNIMA:** 0,20 MM; **CERTIFICAÇÃO:** INMETRO; **GARANTIA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM::** VOLTAGEM E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ÁREA LIVRE PARA SELAGEM DE NO MÍNIMO 30CM DE LARGURA E ATÉ 0,20MM DE ESPESSURA.;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 39**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2**Lote 3 ELETROENCEFALÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL - MÍNIMO 32 CANAIS - BIVOLT**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 23.950,00

Item 1 - 0870.0179.009991**ELETROENCEFALÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL - MÍNIMO 32 CANAIS - BIVOLT****QUANTIDADE:** 1,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 23.950,00

**FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ELETOENCEFALÓGRAFO - **TIPO:** MODELO DESKTOP; **CANAIS:** MÍNIMO 32 CANAIS; **ALIMENTAÇÃO:** 127V OU BIVOLT;
REGISTRO: ANVISA; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DEVE POSSUIR:
 1)CAPACIDADE DE MONITORAMENTO DE SPO2 E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR); 2)CAPACIDADE DE AQUISIÇÃO DE EEG DE LONGO PRAZO; 3)CAPACIDADE DE OBTENÇÃO DE POTENCIAIS EVOCADOS; 4) SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR; 5) CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO VIA USB, ETHERNET, CARTÃO SD OU OUTROS MEIOS DIGITAIS; 6) MÍNIMO DE 12 ELETRODOS REUTILIZÁVEIS COMPATÍVEIS COM O SISTEMA.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE
 RS QUANTIDADE: 1

Lote 4 POLTRONA PARA DOAÇÃO DE SANGUE ELÉTRICA E MOTORIZADA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 271.600,00

Item 1 - 0870.0190.010325**POLTRONA PARA DOAÇÃO DE SANGUE ELÉTRICA E MOTORIZADA****QUANTIDADE:** 28,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 9.700,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MÓVEIS HOSPITALARES - **TIPO:** POLTRONA ELÉTRICA E MOTORIZADA; **USO:** POLTRONA PARA DOAÇÃO DE SANGUE;
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONO; COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E COM EFICIÊNCIA ANTICORROSIVA; EQUIPAMENTO DOTADO DE RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIOS, POSSIBILITANDO FÁCIL DESLOCAMENTO E SEGURANÇA DURANTE O USO; DIVIDIDO EM 3 PARTES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, DEVERÁ POSSUIR MOVIMENTOS INDEPENDENTES, PERMITINDO A ELEVAÇÃO DO DORSO, ELEVAÇÃO DAS PERNAS E ELEVAÇÃO TOTAL DO LEITO; APOIO PARA OS BRAÇOS COM EXTENSÃO EM TODO ANTEBRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, ELEVÁVEIS (GIRO LATERAL) OU REMOVÍVEIS; ESTOFAMENTO ANATÔMICO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, DE NO MÍNIMO D28, COM REVESTIMENTO EM COURVIM RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR MOTORES ELÉTRICOS COM CONTROLE REMOTO A FIO; DEVERÁ POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL; DEVERÁ REALIZAR A INCLINAÇÃO DE TREDELEMBURG ATRAVÉS DE ACIONAMENTO NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO, CHEGANDO A INCLINAÇÃO NEGATIVA DE 12°C; OPERAÇÃO EM 110-220V; **REGISTRO:** ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE;
DENSIDADE: MÍNIMA D-28; **CAPACIDADE MÍNIMA:** 110 KG; **REVESTIMENTO:** COURVIN; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 117**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE
 RS QUANTIDADE: 4

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE
 RS QUANTIDADE: 6

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE
 RS QUANTIDADE: 6

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

OBSERVAÇÃO 18

OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):

1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE;

2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);

2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESSA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);



2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.

3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO;

4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS E/OU DE INSTRUÇÕES ATUALIZADOS E, QUANDO NECESSÁRIO, ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO;

5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);

6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;

7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S);

8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 117

TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, INSTALADOS E FUNCIONANDO CORRETAMENTE, PORTANTO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):



A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;